

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
ul. Kościuszki 15, 07-100 Węgrów

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie informuje, że po rozpoznaniu cenowym na **dostawę próbek i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb SPZOZ w Węgrowie, Znak sprawy Z/LP/11/23** o wartości poniżej 130 000 zł. netto wybrano do realizacji zamówienia oferty:

1. **Medlab Products Sp. z o. o. ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn** w zakresie pakietu 1, 2, 4, oraz 5 z ceną ofertową brutto: pakiet 1 – 6 501,60 zł., pakiet 2 – 7 110,72 zł., pakiet 4 – 6 091,20 zł, pakiet 5 – 12 286,08 zł.
2. **Eclipse Boluk-Sobolewska Sp. k. ul. Prof. M. Życzkowskiego 18, 31-864 Kraków** w zakresie pakietu 3, z ceną ofertową brutto – 88 700,40 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrane oferty nie podlegają odrzuceniu i spełniają wymagania Zamawiającego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia

W postępowaniu udział wzięli:

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena ofertowa brutto w PLN
1	GRASO Zenon Sobiecki ul. Krąg 4A 83-200 Starogard Gdański	Pakiet: 2 – 9 659,40
2	Medlab Products Sp. z o. o. ul. Gałczyńskiego 8 05-090 Raszyn	Pakiet: 1 – 6 501,60 2 – 7 110,72 3 – 64 902,60 4 – 6 091,20 5 – 12 286,08
3	ECLIPSE Boluk-Sobolewska Sp. k. ul. Prof. M. Życzkowskiego 18 31-864 Kraków	Pakiet: 3 – 88 700,40
4	Profilab s.c. Włodzimierz Stachura, Jerzy Holli, Anna Wiącek-Żychlińska ul. Emaliowa 28 02-295 Warszawa	Pakiet: 1 – 8 276,25 2 – 9 199,44 5 – 17 403,36

Oferty odrzucone:

Zamawiający odrzucił ofertę złożoną na pakiet 3 przez firmę Medlab Products Sp. z o. o. z/s w Raszynie ponieważ nie była zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

Uzasadnienie:

Zamawiający wymagał w pakiecie 3 (System próżniowy pobierania krwi z kalibrowaną próżnią) w poz. 1-6,13-15 probówek **sterylizowanych finalnie** (Sterile-R) oraz w poz. 10 igieł systemowych bezpiecznych motylkowych z łącznikiem Luer, kompletu sterylnego gotowego do użycia po rozpakowaniu, **długość wężyka do 13 cm**, igła 21 G 0,8 mm.

W dniu 20.06.2023 r. Zamawiający wezwał firmę Medlab Products Sp. z o. o. o złożenie dokumentów potwierdzających zgodność z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu cenowym oraz dokumentów potwierdzających sterylność zaoferowanych probówek.

W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca złożył folder/katalog, w którym brak jest potwierdzenia parametrów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. Ponadto Laboratorium Szpitala Powiatowego w Węgrowie jest w posiadaniu probówek o numerach katalogowych zgodnych z zaoferowanymi w ofercie i z etykiet wynika iż są to probówki Sterile-A. W związku z powyższym oferta firmy Medlab Products nie spełnia parametru wymaganego w zakresie finalnej sterylizacji probówek.

Ponadto z przesłanego folderu nie można uzyskać informacji o długości drenu w zaoferowanych przez tę firmę igłach motylkowych o nr kat: 34-6819KZ-2S.

Podpisał:
Dyrektor SPZOZ w Węgrowie
Lek. med. Artur Skóra