

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Katowice dnia 05.10.2023

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Dostawa aparatu do dializy pozaustrojowej, Nr sprawy: ZP-23-162BN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1 Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ Formularz parametrów techniczno—użytkowych aparat do dializy pozaustrojowej: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nowoczesnego aparatu do hemodializy z kontrolowaną w sposób ciągły ultrafiltracją metodą przepływową, z płynną regulacją przepływu pompy krwi w zakresie 20-600 ml/min, z programem dezynfekcji termicznej w temperaturze 93 st C, z indywidualnym systemem blokady kół, z dotykowym kolorowym ekranem, z automatycznym programem dezynfekcji ssawek bez bagnetów? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.