



**SZPITAL ŚW. ŁUKASZA**  
w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu  
ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507  
KRS: 0000024307  
REGON: 000310338

T.: 75 738 00 00  
E.: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZOZ:  
000000001137

Bolesławiec, dnia 12 września 2023 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**  
**e-mail: platforma zakupowa**

**Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na „Sukcesywne dostawy jałowych i niejadalnych kompresów do Apteki Szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”. Znak sprawy 33/PN/2023.**

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Działając zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi w tym zakresie.

**1) Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ- Formularza cenowego, poz. 4, 5, 6, 7, 8, 9**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby kompresy przewiązane były papierową banderolą?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu, aby kompresy przewiązane były papierową banderolą.

**2) Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ- Formularza cenowego, poz. 4, 6, 8**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby na opakowaniu jednostkowym były dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu, aby na opakowaniu jednostkowym były dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG.

**3) Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ- Formularza cenowego, poz. 5, 7, 9**

Czy Zamawiający dopuści naklejki typu TAG zawierające następujące informacje: numer katalogowy, LOT, datę ważności, pozostałe dane znajdują się na etykiecie głównej?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza naklejek typu TAG zawierających następujące informacje: numer katalogowy, LOT, datę ważności.

**4) Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ- Formularza cenowego, poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści kompresy 12-warstwowe?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza kompresy 12-warstwowe.

**5) Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ- Formularza cenowego, poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'2 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza serwet pakowanych a'2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

**6) Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ- Formularza cenowego, poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'5 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza serwet pakowanych a'5 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

**7) Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ- Formularza cenowego, poz. 10**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby zawartość zbiorczego kartonu posiadała dodatkowe opakowanie foliowe.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu, aby zawartość zbiorczego kartonu posiadała dodatkowe opakowanie foliowe.

**8) Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ- Formularza cenowego, poz. 12, 13**

Czy Zamawiający dopuści kompres oczny w opakowaniu papier-papier?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza kompres oczny w opakowaniu papier-papier.

**9) Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ- Formularza cenowego, poz. 1-3**

Z dniem wejścia w życie ustawy MDR produkty winny spełniać nałożone jej treścią wymogi, zgodnie z tym prosimy o odstąpienie od wymogu klasy II a reg.7 i dopuszczenie klasy I reg. 4, w przeciwnym razie prosimy o uzasadnienie podjętej decyzji. W związku z powyższym, czy zamawiający dopuści w pozycji wyroby z gazy niejałowej - sklasyfikowane w klasie I reg.4, gdyż zgodnie z normą MDR produkty gazowe niejałowe wcześniej sklasyfikowane w klasie IIa reg. 7 aktualnie zostały zaszeregowane do klasy I reg. 4?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza wyrobów z gazy niejałowej - sklasyfikowanych w klasie I reg.4, z uwagi na ich docelowe zastosowanie do celów chirurgicznych inwazyjnych.

**10) Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ- Formularza cenowego, poz. 1-3**

Prosimy o precyzyjne wskazanie przez Zamawiającego jakie parametry w zakresie zgodności z EN 14079 ma spełniać wyrób?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga, aby wyroby spełniały wszystkie parametry dla ww. normy, ponieważ jest to norma obligatoryjna dla gaz i wyrobów z gazy, bez względu czy są to wyroby jałowe czy niejłowe.

**11) Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ- Formularza cenowego, poz. 1-3**

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 1-3 do osobnego pakietu.

**12) Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ- Formularza cenowego, poz. 4, 6, 8, 10**

Czy zamawiający wydzieli poz. 4,6,8,10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 4,6,8,10 do osobnego pakietu.

**13) Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ- Formularza cenowego, poz. 4, 6, 8**

Czy zamawiający dopuści sterylizację EO, w myśl zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu, gdyż sterylizacja metodą EO jest zgodna z obowiązującym prawem i produkty gazowe sterylizowane tlenkiem etylenu spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych.?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza sterylizacji metodą EO.

**14) Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ- Formularza cenowego, poz. 4, 6, 8**

Czy zamawiający dopuści kompresy z brzegami z dwóch stron złożonymi do wewnątrz?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza kompresów z brzegami z dwóch stron złożonymi do wewnątrz.

**15) Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ- Formularza cenowego, poz. 4, 6, 8**

Czy zamawiający dopuści kompresy nieprzewiązywane banderolą/ nitką?



**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza kompresy nieprzewiązywane banderolą/ nitką.

**16) Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ- Formularza cenowego, poz. 4, 6, 8**

Czy zamawiający dopuści kompresy bez etykiet na opakowaniu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza kompresów bez etykiet na opakowaniu.

**17) Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ- Formularza cenowego, poz. 10**

Czy zamawiający dopuści serwety bez etykiet na opakowaniu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza serwet bez etykiet na opakowaniu.

**18) Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ- Formularza cenowego, poz. 10**

Czy zamawiający dopuści serwety w opakowaniu po 1 szt z przeliczeniem?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza serwet w opakowaniu po 1 szt. z przeliczeniem.

**19) Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ- Formularza cenowego**

Czy Szpital wymaga aby wszystkie wyroby pakowane w opakowania foliowo - papierowe typu torebka foliowo-papierowa posiadały na opakowaniu czytelny zmieniający kolor wskaźnik po odbyciu procesu sterylizacji?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak, Zamawiający wymaga, aby wszystkie wyroby pakowane w opakowania foliowo - papierowe typu torebka foliowo-papierowa posiadały na opakowaniu czytelny zmieniający kolor wskaźnik po odbyciu procesu sterylizacji.

**20) Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ- Formularza cenowego, poz. 5, 6**

Czy Zamawiający wymaga, aby pozycje kompresów przewiązywanych koniecznie zapakowane były w opakowanie z wycięciem na kciuk ułatwiające otwarcie w warunkach sali operacyjnej tj. poz. 5, 6,

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak, Zamawiający wymaga, aby kompresy przewiązywane koniecznie zapakowane były w opakowanie z wycięciem na kciuk ułatwiające otwarcie w warunkach sali operacyjnej.

**21) Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ- Formularza cenowego, poz. 4,7,8,9**

Czy Zamawiający dopuści kompresy bez przewiązania nitką dla poz. 4,7,8,9 ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza kompresy bez przewiązania nitką dla poz. 4,7,8,9.

**22) Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ- Formularza cenowego**

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie wyroby jałowe w pakiecie pochodziły od jednego producenta, co umożliwi w przypadku reklamacji, bądź zdarzenia niepożądanego łatwą identyfikację wyrobu medycznego?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak, Zamawiający wymaga, aby wszystkie wyroby jałowe w pakiecie pochodziły od jednego producenta, co umożliwi w przypadku reklamacji, bądź zdarzenia niepożądanego łatwą identyfikację wyrobu medycznego.

**23) Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ- Formularza cenowego, poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści jako opakowanie zbiorcze tylko karton?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza jako opakowanie zbiorcze tylko karton.

**24) Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ- Formularza cenowego, poz. 10**

Czy Zamawiający wymaga aby serwety miały tasiemkę?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga aby serwety miały tasiemkę.

**25) Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ- Formularza cenowego, poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek niejałowy o wymiarach 5x6cm w opakowaniu zbiorczym 180 szt z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza opatrunek niejałowy o wymiarach 5x6cm w opakowaniu zbiorczym 180 szt. z przeliczeniem ilości.

**26) Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ- Formularza cenowego, poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek jałowy o wymiarach 5x6cm w opakowaniu zbiorczym 80 szt z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza opatrunek jałowy o wymiarach 5x6cm w opakowaniu zbiorczym 80 szt. z przeliczeniem ilości.

**27) Dotyczy zapisów §7 projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 7 KARY UMOWNE w następujący sposób:

**§7**

**KARY UMOWNE**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych:

- a) w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie dostarczenia towaru w terminie, wynikającym z zapisów §3 ust. 6 niniejszej umowy- w wysokości 0,5 % wartości brutto nie dostarczonej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 7 dni i 0,5 % wartości brutto nie dostarczonej partii towaru za każdy następny dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30 dni, to Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu §7 ust. 1 pkt c. Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonania umowy;
- b) za opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji w wysokości 0,5% od wartości brutto reklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 7 dni i 0,5 % wartości brutto reklamowanego towaru za każdy następny dzień opóźnienia;
- c) odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy;
- d) w przypadku nie złożenia w terminie informacji, wymaganych zapisami §1 ust. 6 niniejszej umowy, w wysokości 10 zł za każdy przypadek, za każdy dzień zwłoki.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje zapisów §7 KARY UMOWNE projektu umowy.

DYREKTOR  
ZSZ w Bolesławcu  
Kamila Karczmarczyk