



Znak: AE/ZP-27-27/20

Tarnów, 2020-06-15

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214.000 EURO na dostawę 30 sztuk kardiomonitorów, 5 sztuk central monitorujących, 2 sztuk monitorów podglądowych dla Oddziału Kardiologii

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. Dotyczy: Załącznik Nr 6 do SIWZ pkt 94 i 95 TRANSPORTOWY Kardiomonitor transportowy 1 szt. – Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor transportowy bez możliwości pracy w sieci, bez współpracy z centralą monitorującą, wyposażony w port USB ale bez gniazda do łączności w sieci LAN?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie kardiomonitora transportowego bez możliwości pracy w sieci, bez współpracy z centralą monitorującą, wyposażonego w port USB, ale bez gniazda do łączności w sieci LAN.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Platforma Zamawiającego
3. a/a

DYREKTOR  
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika  
w Tarnowie  
*Marcin Kuta*

