

Sosnowiec, dnia 21.12.2023r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (podstawa prawna: art. 132 ustawy Pzp) na:

„Dostawa wyrobów medycznych.”

Nr postępowania: (PZ/34/2023)

Platforma zakupowa: ID 864580

Działając w trybie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1 Pytania do Pak. 3


Czy Zamawiający w pak. 3 dopuści implanty tytanowe do korekcji koślawości podskokowej, w kształcie nagwintowanego stożka, kaniulowane z tępym gwintem, bez otworów poprzecznych, minimum 6 rozmiarów. Średnice od 7 do 12mm i długości odpowiednio od 13 do 18mm. Implanty sterylne, jednokolorowe, pakowane pojedynczo.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści bezpieczną igłę Hubera, niesilikonowaną, zakrzywioną o atraumatycznym szlifie, z karbowanymi, odpinanymi skrzydełkami, z drenem o dł. 18cm, z zaciskiem i złączem luer-lock, z osłoną zabezpieczającą przeciw samozakłuciu, z przezroczystą podstawą i miękką, nienasiąkliwą pianką o grubości 4mm, zapewniającą pacjentowi komfort użytkowania, stosowana do wstrzyknięć ciśnieniowych – maksymalne ciśnienie do 325 Psi (oznaczenie na opakowaniu), do podawania kontrastu, do wlewów, możliwe w środowisku CT, nie zawiera lateksu i DEHP.
Igły w rozmiarach 19G, 20G i 22G o długościach: 15, 20, 25mm.



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia.

DYREKTOR
ds. Ekonomicznych i Sprzedaży
PRACOWNIA

Dorota Surma-Kus