



Gdynia, dnia 30-09-2022 r.

Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:

Dostawa sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego – cystoskopów giętkich

nr D25M/252/N/30-60rj/22

Zamawiający – Szpital Pomorski Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.); zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

1. Czy Zamawiający w zadaniu CYSTOSKOPY GIĘTKIE-10szt (w tym 2 szt z zaworem ssącym) dopuści możliwość zaoferowania przenośnego, kieszonkowego, ledowego, zasilanego bateryjnie źródła światła, przykręcanego do oferowanych cystoskopów, szt 2. Umożliwi to Zamawiającemu potwierdzenie wymaganego OPZ w pkt. IA 11 I IIB ppkt11 parametru technicznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści cystoskopy, które można sterylizować zgodnie z wytycznymi producenta w sterylizacja niskotemperaturowa- plazmowa: STERIS V-PRO maX, STERRAD NX/100NX oraz 100S (cykl długi z urządzeniem wspomagającym) i uzna to za równoważne cykle do tych, które posiada w swoim systemie sterylizacji niskotemperaturowej-plazmowej RENOS130D?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych, Projekt umowy par. 8 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji ale wyprodukowanym w 2021 r.?

Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga urządzenia wyprodukowanego w 2022 roku.

Szpital Pomorski Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 175 874 500,00 zł

NIP 584 22 96 770 | REGON 190 14 14 12 | Bank: PKO BP S.A. nr 48 1140 1094 0000 0000 0011 0149
strona: www.podmiotleczniczy.eu | szpitalpomorskie.eu



4. Dot. projektu umowy Par. 8 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na liczenie terminu reakcji serwisu w dni robocze wydłużenie go do 48 godzin w dni robocze?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

5. Dot. projektu umowy Par 8 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy awarii wymagających napraw poza Polską lub sprowadzenia części zamiennych spoza Polski do 12 dni roboczych od zgłoszenia awarii?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

6. Dot. projektu umowy Par 8 ust. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni robocze Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zastępczego elementu przedmiotu umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

7. Dot. projektu umowy Par. 9 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby maksymalna wysokość kar nie mogła przekroczyć 30% łącznej wartości przedmiotu umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Dokonuje modyfikacji do poziomu kar 50 % łącznej wartości przedmiotu umowy.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Beata Martyn-Mrozowska

DYREKTOR
DS. ZAMÓWIENIA PUBLICZNYCH I IT

mgr Beata Martyn-Mrozowska

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 175 874 500,00 zł

NIP 583 22 84 770 | REGON 190 14 14 12 | Bank PKO BP S.A. nr 43 1410 1084 0000 0000 0011 0149
| zamowienia@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu