



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 17.06.2024 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 15/2024

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego do Przychodni 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 1

1. Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne z ilością diod LED w kopule głównej wynoszącą 84 ?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.
2. Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne z regulacją temperatury barwowej w zakresie 3650 – 5000 K realizowaną w 10 krokach?
Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie jeżeli w jednym z kroków regulacji osiągnie wymaganą temperaturę barwową 4300K.
3. Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne w których oświetlenie endoskopowe jest realizowane poprzez obniżenie natężenia światła dla wszystkich źródeł LED w kopułach do 6000 lux i z funkcją zmiany koloru tego światła na zielony lub ciepły biały lub zimny biały w zależności od potrzeby?
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

KOMENDANT

Z upoważnienia
KOMENDANTA
109. SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ
SPZOZ w Szczecinie

ppłk mgr farm. Jacek SYPKO
Zastępca Komendanta

BD 91/ 810 59 82