



Świątokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5



REGON 000290110
NIP 657-21-87-534
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000009702

www.morawica.com.pl
szpital@morawica.com.pl

centrala
Izba Przyjęć
fax

(41) 36 41 399
(41) 36 41 302
(41) 36 41 299

Morawica, dnia 13.04.2023 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust.1 ustawy PZP (Dz.U. z 2022 r. poz 1710) **pn. Zakup i dostawa wózków anestezjologicznych, Nr postępowania EZP-252-9/2023**

Świątokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy jako Zamawiający działając na podst. art. 284 ust 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej przekazuje odpowiedzi na zadane pytania Wykonawców:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 42 dni kalendarzowych (6 tygodni) od daty zawarcia umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.


Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózków anestezjologicznych o poniższych parametrach?

- Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego:
 - szerokość: 720 mm
 - głębokość: 610 mm
 - wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm
- Wymiary szafki:
 - szerokość: 650 mm
 - głębokość: 550 mm
 - wysokość z kołami do blatu: 1000 mm
- Wózek wyposażony w 5 szuflad:
 - 2 szuflady o wysokości frontu 75 mm
 - 2 szuflady o wysokości frontu 150 mm
 - 1 szuflada o wysokości frontu 225 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej szuflad:
 - przy wysokości frontów 2 x 75 mm: 390 x 450 x 55 mm
 - przy wysokości frontów 2 x 150 mm: 390 x 450 x 130 mm
 - przy wysokości frontu 1 x 225 mm: 390 x 450 x 200 mm
- Wózek wykonany z blachy stalowej, pokrytej wysokiej jakości farbą epoksydową oraz estetycznego tworzywa sztucznego

- Prowadnice szuflad z samodociągiem
- Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi, wykonane z tworzywa sztucznego
- Błat szafki wykonany ze tworzywa sztucznego ABS, z przegłębieniem, obudowany z 3 stron bandami zabezpieczającymi przed zsunieniem się przedmiotów o wysokości ok. 45 mm po bokach i ok. 75 mm z tyłu
- Podstawa ze stali pokrytej wysokiej jakości farbą epoksydową osłonięta estetycznym tworzywem sztucznym ABS (bez rogów i kątów prostych, zaprojektowana w celu łatwej i dokładnej dezynfekcji) z krążkami odbojowymi nad kołami, wyposażona w 4 koła w obudowie z tworzywa sztucznego w kolorze szarym o średnicy 150 mm, w tym 2 z blokadą
- Korpus szafki wygłuszony, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje, absorbujący drgania, tworzący barierę akustyczną dla różnych częstotliwości
- Możliwość wyboru koloru uchwytów szuflad przez Zamawiającego (6 kolorów do wyboru)
- Wózek wyposażony w błat boczny wysuwany, wykonany z tworzywa sztucznego o wym. 360 x 360 mm
- WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA:
 - 1 x wieszak kroplówki z regulacją wysokości, głowica na 2 haczyki
 - 1 x kosz na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą, poj. 14L
 - 1 x deska do przeprowadzania RKO z odpornego tworzywa sztucznego o wym. 550 x 390 mm
 - 1 x półka pod defibrylator z możliwością blokowania w 4 pozycjach, o wym. 320 x 400 mm, wyposażona w pasy zabezpieczające defibrylator przed zsunieniem się przedmiotów
 - 1 x uchwyt ze stali lakierowanej z pojemnikiem na zużyte igły (możliwość dopasowania uchwytu do pojemnika Zamawiającego)
 - 1 x uchwyt na rękawiczki ze stali lakierowanej z zabezpieczeniem przed wypadnięciem pudełka o wym. 140 x 195 x 215 mm
 - z boku wózka trzy tworzywowe, uchylne pojemniki na akcesoria
 - 1 x uchwyt z miską ze stali nierdzewnej na odpadki o wym. 255 x 245 x 90 mm
 - 1 x uchwyt do przetaczania ze stali lakierowanej umiejscowiony z prawej strony wózka
 - 1 x zamek centralny do szuflad
- Dodatkowe akcesoria mocowane bezpośrednio do korpusu wózka lub do specjalnego stelaża nad blatem wózka
- Rok produkcji 2023



(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 3 - dot. załącznik nr 2 do SWZ

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że oferowany wózek anestezjologiczny ma być przystosowany konstrukcyjnie do ewentualnej rozbudowy w przyszłości o stelaż nadstawki oraz szyny instrumentalne do zawieszenia wyposażenia dodatkowego.

Odpowiedz: Tak, Zamawiający potwierdza

Powyższe informacje prosimy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Treść odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/morawica> w dniu 13.04.2023 r.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
Grzegorz Kaleta