

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wymagania dotyczące lodówki do przechowywania krwi dla Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi.

1. Urządzenie dedykowane do specjalistycznego przechowywania krwi.
2. Wyrób spełniający wymagania Ustawy z dnia 20.05.2010 roku o wyrobach medycznych.
3. Utrzymanie temperatury pracy $+4^{\circ}\text{C}(\pm 2^{\circ}\text{C})$.
4. Wnętrze łatwe do czyszczenia i sterylizacji.
5. Akustyczny sygnał ostrzegawczy w przypadku odchylenia temperatury (górną granicą ostrzegania $+6^{\circ}\text{C}$, dolną $+2^{\circ}\text{C}$).
6. 2 czujniki temperatury.
7. Baterijne zasilanie alarmu braku zasilania na co najmniej 12 godzin.
8. Urządzenie kontrolne, które zapobiega spadkowi temperatury poniżej $+2^{\circ}\text{C}$.
9. Pojemność lodówki umożliwiająca przechowywanie od min 100 do max 130 worków z krwią.
10. Wymiary zewnętrzne nie przekraczające szerokości 60 cm.
11. Wyposażona w 4 szuflady do przechowywania krwi. W każdej z szuflad przynajmniej 4 przegrody, umożliwiające uporządkowane przechowywanie krwi.
12. Przeszkłone drzwi zewnętrzne.