



Znak: AE/ZP-27-17/23

Tarnów, 2023-03-23

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dostawy: materiałów do sterylizacji: opakowań, testów i innych.**

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

**Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-2.** Czy Zamawiający dopuści włókninę w 100% polipropylenową, pięciowarstwową o strukturze SSMMS o gramaturze minimum 55g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim, oraz o gramaturze minimum 47g/m<sup>2</sup> w kolorze zielonym spełniające pozostałe wymagania SWZ?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1-2** włókniny w 100% polipropylenowej, pięciowarstwowej o strukturze SSMMS o gramaturze minimum 55g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim, oraz o gramaturze minimum 47g/m<sup>2</sup> w kolorze zielonym, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w Załączniku Nr 4 do SWZ w pozycji „Pakiet Nr 1 poz. 1-2” w pkt.3 w kolumnie „Wymagane parametry” **zapis o treści:**

„Gramatura włókniny minimum 55 g/m2, rozmiar 900 x 900 mm“

**zmienia na zapis o treści:**

„Gramatura włókniny minimum 55 g/m2 w jednym kolorze oraz minimum 47 g/m2 w drugim kolorze, rozmiar 900 x 900 mm“

W związku z odpowiedzią udzieloną powyżej działając na podstawie art.286 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź.zm.), Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 29.03.2023r. godz. 09:00,**

- **otwarcie ofert w dniu 29.03.2023r. godz. 10:00,**

W związku z przedłużonym terminem składania ofert Wykonawca jest związany ofertą do dnia 27.04.2023r.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w punkcie 16.1., 17.1., 18.1., Załączniku Nr 4 oraz działając na podstawie art.286 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź.zm.) zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 4 do SWZ po dokonanej zmianie treści SWZ.

Otrzymują:

Platforma Zamawiającego

a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

