



# SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PILE

im. Stanisława Staszica  
64-920 Pila, ul. Rydygiera 1



Sekretariat 67 210 62 05  
Centrala 67 210 66 66  
Fax 67 212 40 85  
e-mail: kancelaria@szpital.pila.pl  
www.szpitalpila.pl

Piła, 06.09.2023 roku

FZP.II – 241/54/23

## Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: **DOSTAWA MATERIAŁÓW DIAGNOSTYCZNYCH**

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

### Pytanie 1

Zadanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie formularza asortymentowo-cenowego o kolumnę zawierającą numer katalogowy produktu? Uzasadnienie: numer katalogowy jest niezbędny w celu prawidłowej identyfikacji zaofertowanego przedmiotu zamówienia oraz właściwej realizacji

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### Pytanie 2

Zadanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy aparatu docelowego do 8 tygodni oraz zmodyfikuje zapis projektu umowy §1 ust. 3? Wykonawca zobowiązuje się na czas oczekiwania dostarczyć aparat zastępczy w spełniający wymagania zamawiającego, który umożliwi pracę laboratorium zgodnie z wymienionymi odczytnikami.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni oraz dodaje § 1 ust. 4 w projekcie umowy, który otrzymuje brzmienie Wykonawca zobowiązuje się na czas oczekiwania dostarczyć aparat zastępczy w spełniający wymagania zamawiającego, który umożliwi pracę laboratorium (dot. zadania 6).**

### Pytanie 3

Zadanie 6

Dotyczy: „możliwość wymiany uszkodzonych, niezgodnych z zamówieniem podłoży bez dodatkowych kosztów ze strony zamawiającego” Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwrot reklamacyjny w postaci korekty faktury? Wykonawca nie może otwierać opakowań zbiorczych i wymieniać produktów których reklamacja została pozytywnie rozpatrzona.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### Pytanie 4

Zadanie 6

Czy Zamawiający wymaga aby producent butelek posiadał zwalidowaną, przez EUCAST procedurę wykonywania lekowrażliwości bezpośredniego z dodanej próbki (RAST – Rapid Antimicrobial Susceptibility testing)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

#### Pytanie 5

Zadanie 6

Czy w punkcie „podłoża zapewniają wzrost również bakteriom o zwiększonych wymaganiach bez konieczności dodawania dodatkowych substratów do hodowli – potwierdzenie instrukcją producenta w języku polskim” Zamawiający ma na myśli podłoża kompletne bez konieczności dodawania substancji wzbogacających dla rutynowo pobieranych objętości krwi zalecanych przez producenta?

**Odpowiedź: Dla krwi tak, natomiast przy płynach ustrojowych np. mózgowo-rdzeniowym jeżeli należy podłożyć suplementować to należy to ująć w ofercie.**

#### Pytanie 6

SWZ – czy nie nastąpiła pomyłka w zapisie rozdziału III punkt 2 i termin składania oraz otwarcia nie powinien być 8 września 2023 roku?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w SWZ nastąpiła omyłka pisarska. Termin składania ofert to 08.09.2023 r. godz. 09:30, termin otwarcia ofert 08.09 2023 r. godz. 10:00.**

#### Pytanie 7

Pytania do Umowy (zał. nr 4):

§1 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu i modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne dokumenty oferowanego przedmiotu zamówienia, dopuszczające do obrotu i stosowania w ochronie zdrowia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej oraz wszystkie pozostałe dokumenty wskazane w złączniku nr 1 do umowy (załącznik nr 2 do SWZ) i udostępni je na każde żądanie Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### Pytanie 8

Pytania do Umowy (zał. nr 4):

§6 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury VAT wraz z dostawą danej partii towaru. W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczania faktur VAT wraz z realizowanym zamówieniem, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktur za pośrednictwem poczty/ kuriera w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty dostawy na adres siedziby Zamawiającego lub faktur elektronicznych (format PDF) za pośrednictwem maila na adres: .....”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmiany w projekcie umowy. Zamawiający akceptuje wysyłanie faktur drogą elektroniczną na adres: [e-faktury@szpital.pila.pl](mailto:e-faktury@szpital.pila.pl)**

### Pytanie 9

Pytania do Umowy (zał. nr 4):

§6 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Jeżeli w dostarczonej partii towaru Zamawiający stwierdzi wady jakościowe lub ilościowe, niezwłocznie zawiadomi o nich Wykonawcę, który wymieni towar na wolny od wad w ciągu 3 dni roboczych od daty uwzględnienia zgłoszonej reklamacji, nie obciążając Zamawiającego kosztami wymiany”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, dokonuje tylko zmiany terminu wymiany na 3 dni robocze.**

### Pytanie 10

Pytania do Umowy (zał. nr 4):

§6 ust. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca dostarczy wraz z pierwszą dostawą instrukcję stosowania w języku polskim, kartę charakterystyki oraz certyfikat jakości do każdego realizowanego zamówienia. W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczenia powyższych dokumentów na zasadach i w sposób wskazany powyżej, Zamawiający uzna za spełnienie warunku udostępnienie dokumentów w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem: [www. ....](http://www. ....)”? Uzasadnienie: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie możliwości wprowadzenia do umowy powyższego sformułowania. Dzięki nieograniczonemu dostępowi do biblioteki technicznej Zamawiający będzie miał całodobowy i bezpłatny dostęp do wymienionych dokumentów w ich zawsze najbardziej aktualnej wersji.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przekazanie dokumentów wskazanych w §6 ust. 8 umowy poprzez udostępnienie ich na stronie internetowej podanej przez Wykonawcę.**

### Pytanie 11

Pytania do Umowy (zał. nr 4):

§8 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,2% wartości brutto zadania za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10% wartości umownej brutto W przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, w terminie określonym w § 6 ust. 4, a także w przypadku naruszeń postanowień § 6 ust. 7 i/lub ust. 11 ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### Pytanie 12

Pytania do Umowy (zał. nr 4):

§8 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 2 podlegają udostępnieniu na każde żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od wezwania Zamawiającego. W przypadku niedostarczenia przedmiotowych dokumentów w terminie określonym w zdaniu 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto zadania za każdy dzień zwłoki”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### Pytanie 13

Dotyczy zadania 6 Warunki konieczne dotyczące aparatu:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie aparatu z wbudowanym komputerem, bez konieczności dostawiania dodatkowego zestawu komputerowego zajmującego przestrzeń laboratoryjną?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 14**

Dotyczy zadania 6 Warunki konieczne dotyczące aparatu:

Czy Zamawiający dopuści aparat o roku produkcji nie starszy niż czerwiec 2020, po pełnym przeglądzie i gwarancją przez cały okres umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 15**

Dotyczy zadania 6 Warunki konieczne dotyczące aparatu:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie 16**

Dotyczy zadania 6 Warunki konieczne dotyczące aparatu:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu naprawy do 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 16 dni roboczych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie 17**

Dotyczy zadania 6 Warunki konieczne dotyczące podłoży:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie suplementu pozwalającego na większy odzysk drobnoustrojów w oferowanych butelkach dla objętości poniżej 0,5 ml oraz płynów innych niż krew? Suplement pochodzi od tego samego producenta co podłoża.

Prosimy o możliwość rozszerzenia tabelki asortymentowo cenowej o pozycję suplement.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wyraża zgody na wydzielenie dodatkowej pozycji.**

#### **Pytanie 18**

Dotyczy zadania 6 Warunki konieczne dotyczące podłoży:

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany suplement pozwolił na zabezpieczenie suplementacji ww. butelek pediatrycznych uwzględniając stabilność po otwarciu?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga.**

#### **Pytanie 19**

Dotyczy zadania 6 Warunki konieczne dotyczące podłoży:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dotyczącego możliwości opóźnionego wkładania butelek do aparatu (do 24h)? Powyższe argumentujemy zupełnie przeciwstawnymi zaleceniami cenionych krajowych i zagranicznych instytucji z dziedziny mikrobiologii (m.in. CLSI). Rekomendacje CLSI (M47-A vol.27.17, Principles and procedures for blood cultures; approved guidelines) i Cumitech (rozdział 1c: „Transport and initial processing of blood cultures”) wskazują na konieczność umieszczenia butelki w aparacie jak najszybciej, co jest działaniem zgodnym z opisanymi i przyjętymi najlepszymi praktykami laboratoryjnymi. Zwracamy uwagę, iż to nie Producent ustala procedury kliniczne.

Do procedur klinicznych natomiast odwołują się wymienione dwa dokumenty: Rekomendacje CLSI i Cumitech. Producent natomiast jest zobligowany do przekazania instrukcji użytkowania produktów (do obsługi aparatu manual, do używania butelki insert techniczny).

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 20**

Dotyczy zadania 6

Czy Zamawiający wymaga, aby butelki z podłożami do posiewu krwi były walidowane przez EUCAST pod względem możliwości wykonania szybkiego oznaczenia lekowrażliwości izolatów bezpośrednio z dodatkowej butelki (RAST)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

#### **Pytanie 21**

Dotyczy Zadania 6

Czy Zamawiający wymaga zintegrowania aparatu do posiewu krwi razem z aparatem MALDI TOF będący własnością Zamawiającego za pomocą oprogramowania CE IVD zapewniającego możliwość tworzenia raportów mikrobiologicznych oraz epidemiologicznych dotyczących m.in. posiewów krwi, identyfikacji drobnoustrojów oraz gromadzącym dane istotne diagnostycznie?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

#### **Pytanie 22**

Dotyczy Zadania 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży pakowanych po 50 szt. wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie 23**

Dotyczy Zadania 6:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania minimum raz w roku szkolenia na oddziałach szpitala z dobrych praktyk pobierania krwi na posiew?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga**

#### **Pytanie 24**

Dotyczy Zadania 6 Inne warunki konieczne:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aktualnego certyfikatu ISO 13485.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

#### **Pytanie 25**

Dotyczy §6 ust. 5 wzoru umowy dostawy (załącznik nr 4 do SWZ):

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wysyłanie faktury w formacie PDF na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wysyłanie faktur drogą elektroniczną na adres: e-faktury@szpital.pila.pl**

#### **Pytanie 26**

Dotyczy §6 ust. 7 wzoru umowy dostawy (załącznik nr 4 do SWZ):

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na rozpatrywanie terminu wymiany towaru na

wolny od wad w dni robocze

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie 27**

Dotyczy §6 ust. 8 wzoru umowy dostawy (załącznik nr 4 do SWZ):

Zwracamy się z prośbą o ujednoczenie zapisów z wymogami dla Zadania 6 poprzez umożliwienie podania strony internetowej, z której Zamawiający będzie mógł samodzielnie w prosty sposób pobrać dokumenty dla określonego numeru katalogowego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przekazanie dokumentów wskazanych w §6 ust. 8 umowy poprzez udostępnienie ich na stronie internetowej podanej przez Wykonawcę. Nie dokonuje modyfikacji §6 ust. 8 umowy.**

#### **Pytanie 28**

Dotyczy §8 ust. 2 wzoru umowy dostawy (załącznik nr 4 do SWZ):

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na naliczanie wysokości kar umownych od wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 29**

Zadanie 6

Warunki konieczne dotyczące aparatu: Czy Zamawiający dopuści aparat z wbudowanym komputerem do którego można podłączyć drukarkę, mysz i klawiaturę.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 30**

Zadanie 6

Warunki konieczne dotyczące aparatu: Czy Zamawiający dopuści aparat którego warunki pracy są w zakresie temperatury 10-30 st. C

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 31**

Zadanie 6

Warunki konieczne dotyczące aparatu: Czy Zamawiający dopuści aparat nie starszy niż z 2019 roku, po pełnym przeglądzie i pełną gwarancją?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie 32**

Zadanie 6

Warunki konieczne dotyczące podłoży: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży tzw. pediatrycznych zapewniających wzrost drobnoustrojów przy objętości badanej próbki minimum 1 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 33**

Zadanie 6

Warunki konieczne dotyczące podłoży: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży zapewniających wzrost drobnoustrojów pobranym z innych płynów ustrojowych niż krew, w ilości

minimalnej 1 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 34**

Czy Zamawiający w zadaniu 1 grupie A

dopuszcza zaoferowanie krążków antybiotykowych z około 12 miesięcznym terminem ważności?

Uzasadnienie: Niektóre, krążki z antybiotykami, szczególnie karbapenemami posiadają 12 miesięczny termin ważności od daty produkcji, odliczając czas na kontrolę jakości oraz transport w dniu dostawy będą miały niecałe 12 miesięcy.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 35**

Czy Zamawiający w zadaniu 1 grupie C pozycji 3 dopuszcza podłoże z

terminem ważności około 2 tygodnie? Uzasadnienie: Oferowane podłoże posiada termin ważności, który wynosi około 4 tygodnie od daty produkcji, odliczając czas potrzebny na kontrolę jakości oraz transport podłoża w dniu dostawy będzie posiadało około 2 tygodniowy termin ważności, w związku z tym oferujemy dostawy cząstkowe bądź ustalenie harmonogramu dostaw.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 36**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę

na dostarczanie instrukcji używania wyrobów medycznych dla użytkowników profesjonalnych w języku angielskim? Obowiązująca Ustawa o wyrobach medycznych z 07.04.2022, Art. 12 oficjalnie to umożliwia.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 37**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów umowy w taki sposób, aby kary umowne były naliczane od wartości netto?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**