



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33
e-mail: sekretariat@mpcz.pl
www.mpcz.pl

Mogilno, dnia 17.04.2023 r.

**Wykonawcy,
którzy złożyli pytania**

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z ZAPYTANIEM OFERTOWYM

dot. zapytania ofertowego – Dostawa surowic kontrolnych do serologii ABO i Rh oraz szybkie testy diagnostyczne
W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

Czy Do Zadania nr 1 należy załączyć do oferty świadectwa kontroli jakości dla pozycji nr 1 do 6?

Ad. TAK.

Pytanie 2

Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie odczynników zgodnie z zalecenia cmi Ministerstwa Zdrowia w pozycji nr 1 do 4 o mianie minimum 128 w metodzie próbówkowej?

Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Czy złożenie próbek dotyczy zadania nr 2?

Ad. NIE.

Pytanie 4

Prosimy o sprostowanie załącznika nr 1 -zadanie nr 1 bowiem zadanie nie zawiera krwinek zatem certyfikaty kontroli jakości nie będą wymagane.

Ad. Zamawiający potwierdza błąd. Certyfikaty kontroli jakości nie będą wymagane do zadania nr 1.

Pytanie 5

Czy Zamawiający będzie płacił za próbki czy nie ulegają one wzrotowi i należy ująć koszt próbek w cenie?

Ad. Zamawiający rezygnuje z dostarczenia próbek.

Pytanie 6

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie?

Uzasadnienie:

W art. 433 pkt 4 PZP uznano, że projektowane postanowienia umowy o zamówienia publiczne nie mogą przewidywać możliwości samodzielnego, jednostronnego ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia bez jednoczesnego wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.

Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji ofertowej ceny. W wyroku z dnia 7 maja 2014 roku KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczona pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podejmowaniu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Ad. NIE, Zamawiający nie jest w stanie zagwarantować realizacji przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie.

Pytanie 7

W związku z art. 44 ustawy z dnia 7 października 2022r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, a trwających ponad 6 miesięcy wnosimy jak poniżej:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby Umowa mogła być zmieniona w sytuacji:

- a) zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,
- b) zmiany numeru katalogowego produktu,
- c) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy
– w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa,
- d) opóźnień w realizacji umowy o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,
- e) zmiany terminu ważności odczynników z przyczyn niezależnych od obu stron, a których nie dało się przewidzieć na etapie składania ofert i podpisania umowy.

Ad. TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby odczynniki wyspecyfikowane w części nr 3 odbywały się również wg. Harmonogramu dostaw?

Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9

Czy Zamawiający zaakceptuje załączenie do próbek faktury po cenach zaoferowanych ,skoro próbki nie ulegają zwrotowi zgodnie z art. 134 ust. 2 pkt 13 i art. 281 ust. 2 pkt 14 ustawy Pzp.

KOmentarz z 16-01-2023

Zamawiający nie powinien żądać próbek, gdy ze względu na przedmiot zamówienia możliwe jest potwierdzenie spełniania przez np. oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego na podstawie innych przedmiotowych środków dowodowych (np. fotografii, opisów, katalogów).

Zgodnie z art. 77 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający zwraca wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, na jego wniosek, złożone przez niego plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały, o ile nie stanowią one załączników do umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ad. Powyższe pytanie jest bezprzedmiotowe.

Pytanie 10

Czy w pozycji nr 5 można zaoferować klon równoważny odczynnika monoklonalnego anty-D IgM?

Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11

Czy można zaoferować płyty przezroczyste w pozycji nr 8?

Ad. NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują:

1. wykonawcy
2. a/a

Zatwierdził:
Z-ca Dyrektora
ds. Organizacyjno-Technicznych
Jarosław Głowacki
/podpis na oryginale/