



WYKONAWCY

ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym, pn.: „Dostawa aparatury laboratoryjnej na potrzeby Uniwersyteckiej Wytwórni Farmaceutycznej PUM w Szczecinie”, sygn. DZP-240/11/TP2/2024.

Zamawiający, działając na podstawie **art. 286 ust. 1** ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dokonał zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia, w następującym zakresie:

1. W **SWZ**, jak poniżej:

1) w **rozdziale V ust. 1, lit a)**:

Było:

- a) Etap 1, o którym mowa w § 1 ust. 6 pkt 1) i 3) - w terminie maksymalnym do 56 dni kalendarzowych, od daty zawarcia niniejszej umowy.
Termin realizacji etapu 1 stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca może zaoferować termin krótszy, za który otrzyma dodatkowe punkty na zasadach określonych w rozdziale XIV.

Po zmianie jest:

- a) Etap 1, o którym mowa w § 1 ust. 6 pkt 1) i 3) - w terminie maksymalnym do 56 dni kalendarzowych, **od daty wysłania zamówienia drogą elektroniczną, jednak nie później niż do dnia 31 lipca 2024 r.**
Strony ustalają, iż zamówienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym uznaje się za skutecznie doręczone z chwilą jego wysłania przez Zamawiającego na adres email Wykonawcy W przypadku, gdy zamówienie zostanie wysłane po godz. 15:30 lub w dni wolne od pracy, uznaje się je za skutecznie doręczone o godz. 7.30 następnego dnia roboczego.
Termin realizacji etapu 1 stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca może zaoferować termin krótszy, za który otrzyma dodatkowe punkty na zasadach określonych w rozdziale XIV.

2) w rozdziale XIV ust. 1, pkt 2 w tabeli:

Było:

Kryterium - Termin realizacji etapu 1 „T1”

Kryterium określa termin realizacji etapu 1 przedmiotu zamówienia, od daty zawarcia umowy, który Wykonawca zadeklaruje w ofercie.

Po zmianie jest:

Kryterium - Termin realizacji etapu 1 „T1”

Kryterium określa termin realizacji etapu 1 przedmiotu zamówienia, [od daty wysłania zamówienia drogą elektroniczną \(zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy\)](#), który Wykonawca zadeklaruje w ofercie.

3) w rozdziale XIV ust. 4, pkt 1:

Było:

- 1) Wykonawca określi deklarowany maksymalny termin realizacji etapu 1, od daty zawarcia umowy, w Formularzu ofertowym,
- 2) (...),
- 3) Zamawiający wymaga aby zamówienie w każdej z części, było zrealizowane w maksymalnym terminie **do 56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy**,
- 4) Wykonawca może zaproponować krótszy termin realizacji etapu 1. Najkrótszy **punktowany termin** realizacji etapu 1 wynosi **14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy**;

Po zmianie jest:

- 1) Wykonawca określi deklarowany maksymalny termin realizacji etapu 1, [od daty wysłania zamówienia drogą elektroniczną \(zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy\)](#), w Formularzu ofertowym,
- 2) (...),
- 3) Zamawiający wymaga aby zamówienie w każdej z części, było zrealizowane w maksymalnym terminie do 56 dni kalendarzowych [od daty wysłania zamówienia drogą elektroniczną \(zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy\)](#),
- 4) Wykonawca może zaproponować krótszy termin realizacji etapu 1. Najkrótszy punktowany termin realizacji etapu 1 wynosi 14 dni kalendarzowych [od daty wysłania zamówienia drogą elektroniczną \(zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy\)](#);

2. w załączniku nr 6 do SWZ „**Wzór umowy**”, jak poniżej:

- w § 4 ust. 1 pkt 1) w zdaniu pierwszym treści: „*od daty zawarcia niniejszej umowy*” otrzymuje nowe brzmienie:
[od daty wysłania zamówienia drogą elektroniczną, jednak nie później niż do dnia 31 lipca 2024 r.](#)

- w § 4 ust. 1 pkt 1) dodaje się zdanie drugie o treści:
Strony ustalają, iż zamówienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym uznaje się za skutecznie doręczone z chwilą jego wysłania przez Zamawiającego na adres email Wykonawcy (adres e-mail wykonawcy wskaże przed zawarciem umowy).
W przypadku, gdy zamówienie zostanie wysłane po godz. 15:30 lub w dni wolne od pracy, uznaje się je za skutecznie doręczone o godz. 7.30 następnego dnia roboczego.

3. w Formularzu ofertowym, jak poniżej:

- w tabeli dla części 1, części 2, części 3, części 4, części 5,
w kryterium – **Termin realizacji etapu 1 „T1”**

każdorazowo gdzie jest treść:

(...) termin wykonania etapu 1 Przedmiotu zamówienia - w wymiarze: ... dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy

zastępuje się treścią:

termin wykonania etapu 1 Przedmiotu zamówienia - w wymiarze: ... dni kalendarzowych od daty wysłania zamówienia drogą elektroniczną.

- Uwaga!: **Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty na nowym wzorze Formularza ofertowego**, z zastrzeżeniem tiret trzeci.
- W przypadku złożenia oferty bez uwzględnionej powyższej zmiany, Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje termin wykonania etapu 1 - w wymiarze (zadeklarowanej ilości dni kalendarzowych w formularzu ofertowym) od daty wysłania zamówienia drogą elektroniczną.
Brak zmiany formularza ofertowego w powyższym zakresie, Zamawiający poprawi jako inną omyłkę.

4. W załączniku nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” dla części 1 - **Dostawa komory laminarnej**, jak poniżej:

- w tabeli **pozycja 12** otrzymuje nowe brzmienie:

Było:

Szerokość wewnętrzna minimalnie 1500 mm

Po zmianie jest:

Szerokość wewnętrzna minimalnie 1495 mm

- w tabeli **pozycja 27** otrzymuje nowe brzmienie:

Było:

Lampa UV dwu żarnikowa umiejscowiona w panelach bocznych w tylnej części komory roboczej, z programatorem czasu pracy i blokowaniem wszystkich pozostałych funkcji komory podczas jej prac.

Po zmianie jest:

Lampy UV dwużarnikowe umiejscowione w panelach bocznych w tylnej części komory roboczej, z programatorem czasu pracy i blokowaniem wszystkich pozostałych funkcji komory podczas jej pracy.

- w tabeli **pozycja 29** otrzymuje nowe brzmienie:
Było:
Min. 2 x 2 gniazda elektryczne umieszczone na ścianie tylnej komory
Po zmianie jest:
Minimum **cztery** gniazda elektryczne **wszystkie** umieszczone na tylnej ścianie komory.

5. W załączniku nr 2 do SWZ „**Opis przedmiotu zamówienia**”
dla części 2 - Dostawa inkubatorów, jak poniżej:

- Zamawiający rezygnuje z wymogu posiadania przez inkubator certyfikatu na zgodność z europejską normą EN 12469:2000 lub równoważną.
- W związku z powyższym Zamawiający wykreśla:
 - w tabeli pozycję 38,
 - pkt 6 pkt 3) - w dodatkowych wymaganiach dla zaoferowanych urządzeń.

Zamawiający w powyższym zakresie odpowiednio zmodyfikował załączniki do SWZ i ogłoszenie o zamówieniu.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.