

COZL/DZP/MBK/3411/PN- 49/24

Lublin, dnia 23.05.2024 r.

## Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

### „Dostawa nici chirurgicznych.”

Działając w oparciu o zapisy art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

#### **Pytanie Nr 1**

Dot. części 1A poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podwiązek endoskopowych z aplikatorem o długości 52 cm, reszta parametrów bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie Nr 2**

##### **Dot. Części 1**

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm dopuści również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, o ile pozostałe parametry bez zmian.**

#### **Pytanie Nr 3**

##### **Dot. Części 1A, poz. 1**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie ww. pozycji do osobnego zadania.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **Pytanie Nr 4**

##### **Dot. Części 1A, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na Część 1 z pominięciem ww. pozycji?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie Nr 5**

**Dot. Części 1B**

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, wchłaniające, syntetyczne, monofilamentowe, z polidoksanonu, o okresie wchłaniania 180-210 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60% i po 57 dniach 40%, bez powleczenia antybakteryjnego?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie Nr 6**

**Dot. Części 1B, poz. 1-2**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną, bez określenia „dwuwklęsła”, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie Nr 7**

**Dot. Części 1B, poz. 1-2**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie Nr 8**

**Dot. Części 1C**

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, wchłaniające, syntetyczne, monofilamentowe, z polidoksanonu, o okresie wchłaniania 180-210 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60% i po 57 dniach 40%?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie Nr 9**

**Dot. Części 1C, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą bez określenia „czarna”, „rozwarstwiająca”, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie Nr 10**

**Dot. Części 1C, poz. 6**

Zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji szwu z igłą rozwarstwiającą bez opisu „wzmocniona”, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie Nr 11**

**Dot. Części 1C, poz. 8, 9, 13-15**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie Nr 12**

**Dot. Części 1C, poz. 16-17**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie ww. pozycji do osobnego zadania.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie Nr 13**

**Dot. Części 1C, poz. 18-20**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną, bez określenia „dwuwkłęśta”, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie Nr 14**

**Dot. Części 1C, poz. 18-20**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie Nr 15**

**Dot. Części 1D**

Czy Zamawiający dopuści nić wchłaniającą, plecioną, syntetyczną, wykonaną z kopolimeru 90% glikolidu i 10% laktydu, powlekaną 50% kopolimerem glikolidu i l-laktydu (30/70) oraz 50% stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 60-70 dni i podtrzymywaniu tkankowym 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach, bez powleczenia antybakteryjnego?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie Nr 16**

**Dot. Części 1D, poz. 4, 7, 12, 35, 38**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą bez określenia „rozwarstwiająca”, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie Nr 17**

**Dot. Części 1D, poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie Nr 18**

**Dot. Części 1D, poz. 15**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą bez określenia „czarna”, „rozwarstwiająca”, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie Nr 19**

**Dot. Części 1D, poz. 3,6,14, 32**

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 30mm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie Nr 20**

**Dot. Części 1E**

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłaniający w okresie 90-120 dni, monofilamentowy, o wytrzymałości węzła (podtrzymywanie tkankowe) 70% pierwotnej wytrzymałości węzła po 7 dniach, 40% pierwotnej wytrzymałości węzła po 14 dniach, 15% pierwotnej wytrzymałości węzła po 21 dniach, bez powleczenia antybakteryjnego?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie Nr 21**

**Dot. Części 1E, poz. 1-4**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną, bez określenia „dwuwklęsta”, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie Nr 22**

**Dot. Części 1E, poz. 1-4**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie Nr 23**

**Dot. Części 1F, poz. 8, 34**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą bez określenia „rozwarstwiająca”, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie Nr 24**

**Dot. Części 1F, poz. 19, 31, 37, 38, 40**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną, bez określenia „dwuwklęsta”, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie Nr 25**

**Dot. Części 1F, poz. 19, 31, 37, 38, 40**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie Nr 26**

**Dot. Części 1F, poz. 30**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie ww. pozycji do osobnego zadania.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie Nr 27**

**Dot. Części 1F, poz. 30**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na Część 1 z pominięciem ww. pozycji?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie Nr 28**

**Dot. Części 2A**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny powlekany silikonem?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie Nr 29**

**Dot. Części 2B**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez udokumentowanego kontrolowanego rozciągania i plastycznego odkształcania węzła?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie Nr 30**

**Dot. Części 2B, poz. 7, 8, 12, 13**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną, bez określenia „dwuwklęsa”, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie Nr 31**

**Dot. Części 2B, poz. 7, 8, 12, 13**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie Nr 32**

**Dot. Części 2B, poz. 18**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby szew posiadał właściwości samouszczelniające, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie Nr 33**

**Dot. Części 2B, poz. 7, 8, 12, 13**

Czy Zamawiający dopuści szwy pakowane w tradycyjny sposób, nie „na mokro”?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie Nr 34**

**Dot. Części 2D**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny powlekany silikonem?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie Nr 35**

**Dot. Części 3A**

Czy Zamawiający dopuści szew jednowłóknowy wykonany z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu o całkowitym okresie wchłaniania 90-120 dni i okresie podtrzymywania tkankowego 40% po 14 dniach?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie Nr 36**

**Dot. Części 3**

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm dopuści również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie Nr 37**

**Dot. Części 3B**

Czy Zamawiający dopuści nić wchłaniającą, plecioną, syntetyczną, wykonaną z kopolimeru 90% glikolidu i 10% laktynu, powlekaną 50% kopolimerem glikolidu i l-laktynu (30/70) oraz 50% stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 60-70 dni i podtrzymywaniu tkankowym 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie Nr 38**

**Dot. Części 3C, poz. 15**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie Nr 39**

**Dot. Części 3D**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez dodatku polietylenu?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie Nr 40**

**Dot. Części 3E**

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny niewchłaniający, poliestrowy, pleciony, powlekany w całości silikonem?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie Nr 41**

**Dot. Części 3F**

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny niewchłaniający, poliestrowy, pleciony, powlekany w całości silikonem?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie Nr 42**

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 6 ust. 1c projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„c) w przypadku 3 (trzy) krotnej zwłoki w dostawach, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy w terminie 90 dni od zaistnienia przyczyny odstąpienia, a Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy.”

Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.”

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie Nr 43**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptuje, że Wykonawca będzie przekazywał faktury VAT za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, co będzie równoznaczne z realizacją przez Wykonawcę wszystkich wskazanych w projekcie umowy obowiązków w zakresie przekazania faktury

VAT (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym)?

Powyższe postulaty zgodne są z art. 4 ust. 1 wspomnianej powyżej ustawy, na jego podstawie Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **Pytanie Nr 44**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 6 pkt. 1:

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych:

c) w przypadku 3 (trzy) krotnej zwłoki w dostawach, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy w terminie 90 dni od zaistnienia przyczyny odstąpienia, a Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**