



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 30.09.2022 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 25/2022

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych oraz sprzętu medycznego jednorazowego użytku do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 14

1. Pytanie do zadania 52 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów z łącznikiem z końcówką Luer-Lock.

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

2. Pytanie do zadania 64 2. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie chwytaków z siatka rozpostartą na owalnej pętli o średnicy 32 mm, długość narzędzia 240 cm, średnica osłonki 2,4 mm. 3.

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

3. Pytanie do zadania 64. 3. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 10 mm, 15 mm, 25 mm i 32 mm, średnica cewnika 2,4 mm, długość narzędzia 240 cm, rękojeść skalowana co 10 mm.

Odp. Zamawiający rozumie, że pytanie dotyczy zadania 64 pozycja 2. Jeśli tak, to Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

4. Pytanie do zadania 68 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu z cewnikiem o długości 60 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

5. Pytanie do zadania 70 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypic o długości 160 i 230 cm, średnica szczęk 1,8 mm, 2,4 mm i 2,8 mm, łyżeczki z pojedynczymi otworami w szczękach, pokrytych tworzywem o właściwościach poślizgowych, wyposażonych w system wielu markerów na końcu proksymalnym i dystalnym określających położenie narzędzia wewnątrz endoskopu i sygnalizujących moment wyjścia szczypic z kanału roboczego, łyżeczki elipsoidalne, 2 wielkości łyżeczek -standardowe i powiększone dla średnicy 2,4 mm, szczypcy o średnicy 1,8 mm gładkie i ząbkowane, bez igły.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.

6. Pytanie do zadania 71 Czy Zamawiający w pozycji 2 i 3 dopuści zaoferowanie kleszczy o średnicy 2,2 – 2,4 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

7. Pytanie do zadania 71. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie klipsownicy o średnicy 2,6 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

8. Pytanie do zadania 71. Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie szczotki o długości 230 cm

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

KOMENDANT


płk mgr Krzysztof Jurkowski

BD 91/ 810 59 82