

DEZ/1312/2023

Jelenia Góra 11.10.2023 r.

## DO WYKONAWCÓW

### KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU TELERADIOLOGII

polegających na wykonywaniu opisów badań diagnostyki obrazowej poprzez zdalne  
opisy badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego

Nr postępowania konkursowego: 1/KO/2023

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, jako Udzielający zamówienia (zamiennie: Zamawiający) informuje, że od potencjalnych Przyjmujących zamówienie (zamiennie: Wykonawców) wpłynęły zapytania do konkursu ofert jak w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami

#### ZESTAW NR 1

##### Pytanie Nr 1

Punkt 6 podpunkt A. Jaki System zamawiający ma na myśli? Czy chodzi o system do obsługi Teleradiologii?

**Odpowiedź: Wykonawca dostarcza System i sprzęt do obsługi Teleradiologii.**

##### Pytanie Nr 2

Czy wymienione w SWK aparaty SIEMENS SOMATOM DEFINITION AS+, SIEMENS SOMATOM EDGE, SIEMENS MAGNETOM AVANTO 1,5T są już zintegrowane z systemem PACS Zamawiającego?

**Odpowiedź: Tak, wymienione w pytaniu urządzenia są zintegrowane z PACS Zamawiającego.**

##### Pytanie Nr 3

Czy Zamawiający zwróci Przyjmującemu zamówienie koszty integracji na podstawie osobnej faktury płatne do 60 dni od zakończonej integracji?

**Odpowiedź: Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na wydzielenie kosztów integracji systemów jako osobnej pozycji cenowej oraz na zwrócenie kosztów integracji systemów Przyjmującemu zamówienie na podstawie osobnej faktury płatnej do 60 dni od zakończonej integracji.**

##### Pytanie Nr 4

Jaka firma serwisuje teraz PACS Zamawiającego? Potrzebny kontakt w celu uzyskania wyceny integracji.

**Odpowiedź: Szpital posiada system PACS Syngo.Plaza, którego producentem i jedynym serwisantem (umowa serwisowa) jest Siemens Healthcare Sp.z o.o.**

#### **Pytanie Nr 5**

Czy Zamawiający posiada kompetencje i może wykonać integracje DICOM we własnym zakresie?

**Odpowiedź: Integracje są po stronie Wykonawcy.**

#### **Pytanie Nr 6**

Punkt 6 podpunkt D. Jaką archiwizację Zamawiający ma na myśli?

**Odpowiedź: Wykonawca ma zapewnić archiwizację wyników badań (Opisów).**

#### **Pytanie Nr 7**

Punkt 6 podpunkt G. Jaki obieg dokumentów i jakich dokumentów Zamawiający ma na myśli?

**Odpowiedź: Zamawiający odstepuje od tego zapisu. Zapis zostaje wykreślony.**

#### **Pytanie Nr 8**

Punkt 6 podpunkt M. Czy ten zapis jest na temat systemu do obsługi teleradiologii? Wygląda na wymagania do systemu RIS. Proszę o wyjaśnienie tego punktu.

**Odpowiedź: Zamawiający odstepuje od tego zapisu. Zapis zostaje wykreślony.**

#### **Pytanie Nr 9**

Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych, np. tylko badania planowe?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.**

#### **Pytanie Nr 10**

Czy Zamawiający rezygnuje z zapisu : „Przyjmujący zamówienie zapewni ocenę i analizę spektroskopii i perfuzji metodą MR.”?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający rezygnuje z tego zapisu.**

#### **Pytanie Nr 11**

O jaką dokumentację chodzi Zamawiającemu w punkcie : „Przyjmujący zamówienie dostarczy dokumentację potwierdzającą spełnianie wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa danych i bezpieczeństwa wymiany informacji.” ?

**Odpowiedź: Zamawiający odstepuje od tego zapisu. Zapis zostaje wykreślony.**

#### **Pytanie Nr 12**

W związku z punktem: „Przyjmujący zamówienie oświadcza, że wyrazi zgodę na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa przeprowadzonego przez Udzielającego zamówienia lub przez osoby przez Niego upoważnione w celu weryfikacji poziomu zabezpieczeń systemu oraz zabezpieczeń przepływu informacji.” Przyjmujący oświadcza że korzysta z systemu firmy trzeciej i nie jest władny do wyrażenia takiej zgody. Czy Zamawiający rezygnuje z takiego wymagania? Czy Zamawiający może przedstawić jak inaczej chciałby upewnić się że przesyłane dane są bezpieczne?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWKO.**

#### **Pytanie Nr 13**

W związku z punktem: „Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania awaryjnej konfiguracji zabezpieczającej Udzielającego zamówienia na wypadek awarii systemu PACS. Konfiguracja powinna umożliwić wysłanie badań bezpośrednio ze stacji techników, wszystkich wymaganych urządzeń diagnostyki obrazowej oraz możliwość przeprowadzenia procesu rejestracji i odbioru opisu badania za pośrednictwem platformy informatycznej udostępnianej przez Przyjmującego zamówienie. Wymagania techniczne jak wyżej” Redundantność systemu

PACS Zamawiającego leży po stronie Zamawiającego i jak taka nie powinna być składową konkursu na teleradiologię. Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymagania?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu.**

## **ZESTAW NR 2**

### **Pytanie Nr 1**

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty tylko na część dotyczącą TK (bez MR)? Albo tylko na MR (bez badań TK)?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza do składania oferty na tylko na opisy badań TK albo oferty tylko na opisy badań MR.**

### **Pytanie Nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opis badania TK w trybie planowym w czasie do 168 h zamiast 96 h?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie Nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opis badania TK w trybie pilnym CITO w czasie do 72 h zamiast 24 h?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie Nr 4**

Czy Zamawiający planuje przysłać do Wykonawcy celem opisu także badania TK onkologiczne lub porównawcze? Jeśli tak, to czy Zamawiający dołoży odpowiedni wiersz w tabeli w załączniku nr 1? Cena za opis takiego badania różni się od standardowego.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający planuje przysłać do Wykonawcy celem opisu badania onkologiczne i porównawcze i Zamawiający rozszerzy tabelę w zał.1 o pozycje:**

**1/opis badania onkologicznego TK planowe,**

**2/opis badania onkologicznego TK cito,**

**3/opis badania onkologicznego MR planowe,**

**4/opis badania onkologicznego MR cito;**

### **Pytanie Nr 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie Udzielającemu Zamówienie numerów prawa wykonywania , na podstawie których można sprawdzić dokumenty każdego lekarza na oficjalnej stronie Naczelnej Izby Lekarskiej?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie Nr 6**

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu konieczności posiadania minimum 5-letniego doświadczenia lekarzy w opisywaniu TK i MR ? Przepisy prawa nie wymagają od lekarzy specjalistów 5-letniego doświadczenia, aby być dopuszczonym do opisywania badań.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający zrezygnuje z wymogu posiadania przez lekarzy specjalistów minimum. 5-letniego doświadczenia w opisywaniu badań TK i badań MR.**

### **Pytanie Nr 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisywanie gotowych wyników badań za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego lub osobistego podpisu lub certyfikatu ZUS (Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej wykonywanej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych) ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

### **Pytanie Nr 8**

Zgodnie z zapisem SWKO Rozdział I punkt 5. Podpunkt 2 Rezonans magnetyczny a) „Obrazy radiografii klasycznej powstawać będą zgodnie z procedurami wykonywania tych obrazów przez przeszkolonych techników elektroradiologii zatrudnionych przez Udzielającego zamówienia.” Proszę o wyjaśnienie o jakich procedurach tutaj mowa i jakie są stosowane.

**Odpowiedź: Oczywisty błąd pisarski, winno być: „Obrazy powstawać będą zgodnie z procedurami wykonywania tych obrazów przez przeszkolonych techników elektroradiologii, zatrudnionych przez Zamawiającego.”.**

### **Pytanie Nr 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opis badania MR w trybie planowym w czasie do 240 h zamiast 72 h?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody.**

### **Pytanie Nr 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opis badania MR w trybie pilnym CITO w czasie do 120 h zamiast 24 h?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody.**

### **Pytanie Nr 11**

Czy Zamawiający dysponuje ofertą cenową od producenta systemu PACS na skonfigurowanie połączenia do teleradiologii?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dysponuje taką ofertą cenową.**

### **Pytanie Nr 12**

Czy Udzielający Zamówienie wyrazi zgodę, aby wyodrębnić w ofercie koszty związane z usługą integracji systemów? Jeśli nie, wówczas proszę o podanie minimalnej ilości badań, jakie Udzielający Zamówienie zobowiązuje się przesłać do Przyjmującego Zamówienie w czasie trwania Umowy.

**Odpowiedź: Patrz: odpowiedź na Pytanie Nr 3 w Zestawie Nr 1. Zamawiający nie wyraża zgody na wyodrębnienie kosztów integracji systemów oraz na określenie minimalnej ilości badań, jakie Udzielający Zamówienie zobowiązuje się przesłać do Przyjmującego Zamówienie w czasie trwania Umowy.**

### **Pytanie Nr 13**

Udzielający Zamówienie w Załączniku nr 4 pisze „Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania awaryjnej konfiguracji zabezpieczającej Udzielającego zamówienie na wypadek awarii systemu PACS. Konfiguracja powinna umożliwić wysłanie badań bezpośrednio ze stacji techników, wszystkich wymaganych urządzeń diagnostyki obrazowej oraz możliwość przeprowadzenia procesu rejestracji i odbioru opisu badania za pośrednictwem platformy informatycznej udostępnianej przez Przyjmującego zamówienie. Wymagania techniczne jak

wyżej.” Ile stacji techników należy podłączyć awaryjnie (w przypadku awarii systemu PACS) do systemu teleradiologii? Jakiej produkcji są to aparaty i jakie rodzaje?

**Odpowiedź: Patrz: odpowiedź na Pytanie Nr 13 w Zestawie Nr 1. Zamawiający rezygnuje z tego zapisu.**

**Pytanie Nr 14**

Czy system PACS i system RIS są aktualnie ze sobą zintegrowane? W jakim zakresie?

**Odpowiedź: Pytanie nie związane z zadaniem, Wykonawca nie integruje się z RIS tylko z PACS.**

**Pytanie Nr 15**

Czy Zamawiający dopuści przerwę w działaniu systemu teleradiologii (w celu aktualizacji systemu, wgrania nowych narzędzi lub funkcjonalności) raz na pół roku trwającą max do 8 h?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści przerwę w działaniu systemu teleradiologii w celu aktualizacji systemu, wgrania nowych narzędzi lub funkcjonalności raz na pół roku, max. do 8 godzin.**

**Pytanie Nr 16**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kolejne kolumny w Raporcie Miesięcznym zawierały co najmniej :

ID PACJENTA

NAZWISKO

IMIE

DATA BADANIA

NUMER BADANIA

OPIS BADANIA

MODALNOŚĆ

ILOŚĆ OBRAZÓW

ILOŚĆ PROJEKCJI (DOT. RTG)

ILOŚĆ OKOLIC ANATOMICZNYCH

JEDNOSTKA KIERUJĄCA

LEKARZ KIERUJĄCY

DATA TRANSFERU

OZNACZENIE PRIORYTETU (CITO, PLAN)

STATUS BADANIA

SITE ID

STORING

LEKARZ OPISUJĄCY

DATA OPISANIA

O ile w/w dane będą przesłane przez Udzielającego Zamówienie w odpowiednich tagach DICOM.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie Nr 17**

Czy Zamawiający wyodrębni w Formularzu Ofertowym jako osobne pozycje: MRI serca planowe, MRI serca cito, TK Serca planowe, TK serca cito, Angio –MR planowe, Angio-MR cito? Ceny tych specjalistycznych badań są wyższe niż standardowe badanie np. TK głowy czy MR głowy.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyodrębni w formularzu ofertowym jako osobne pozycje:**

**1/opis MR serca planowe,**

**2/opis MR serca cito,**

**3/opis TK serca planowe,**

**4/opis TK serca cito,**

**5/opis angio-MR planowe,**

**6/opis angio-MR cito,**

**7/opis angio-TK planowe,**

**8/opis angio-TK cito,**

**Pytanie Nr 18**

Czy Udzielający Zamówienie wyrazi zgodę na wyodrębnienie w ofercie kosztów związanych z usługą integracji systemów? Jeśli nie - czy Udzielający Zamówienie wyrazi zgodę na określenie w umowie minimalnej liczby opisów badań zleconych Wykonawcy i przeniesienie kosztów integracji systemu teleinformatycznego na Udzielającego Zamówienie w przypadku nieprzekroczenia przez Udzielającego Zamówienie minimalnej liczby zleconych opisów ?”

**Odpowiedź: Patrz: odpowiedź na Pytanie Nr 3 w Zestawie Nr 1 oraz odpowiedź na Pytanie nr 12 w Zestawie 2. Zamawiający nie wyraża zgody na określenie w umowie minimalnej liczby opisów badań zleconych Wykonawcy i przeniesienie kosztów integracji systemu teleinformatycznego na Udzielającego Zamówienie w przypadku nieprzekroczenia przez Udzielającego Zamówienie minimalnej liczby zleconych opisów.**

**W związku z udzielanymi odpowiedziami zmianie ulega treść Rozdziału V Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert w sposób następujący:**

Było:

**Rozdział V**

**MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej dostępnej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/wcbskj>, w nieprzekraczalnym terminie do dnia **12 października 2023 r. do godziny 11:00.**

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

1. Przyjmujący zamówienie może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **12 października 2023 r. o godzinie 12:00** poprzez platformę zakupową. Informacja z otwarcia ofert zostanie opublikowana na platformie zakupowej.

**Jest:**

## **Rozdział V**

### **MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej dostępnej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/wcskj>, w nieprzekraczalnym terminie do dnia **17 października 2023 r. do godziny 11:00**.

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

1. Przyjmujący zamówienie może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17 października 2023 r. o godzinie 12:00** poprzez platformę zakupową. Informacja z otwarcia ofert zostanie opublikowana na platformie zakupowej.

## **Załączniki:**

**Zmieniony Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy.**

=====

**Pozostałe zapisy utrzymują dotychczasowe brzmienie. Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu.**

Dyrektor WCSKJ