

Wrocław, 18.07.2023r.



4. Wojskowy Szpital Kliniczny  
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu  
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę „Dostawa neuronawigacji z wyposażeniem – 1 kpl.” znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.74.2023**

## WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) – dalej Pzp informuje, informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

### Pytanie nr 1:

Pytanie 1, pozycja 31 – moduł robotyczny Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje wraz z dostawą nawigacji dostawy modułu robota do operacji w obrębie głowy, aktualnie opisanego w pozycji 31 OPZ. Moduł robota głowowego stanowi opcjonalne, dodatkowo płatne wyposażenie nawigacji, którego cena wynosi kilkaset tysięcy zł.

**Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający rezygnuje z wymogu w pozycji nr 31 Załącznika nr 2 do SWZ - Formularza cenowego oraz Parametrów technicznych. Zamawiający wykreśla pozycję nr 31.**

II	Zestaw do nawigowanych operacji głowy	Podać typ, producent	
31.	<del>Moduł robota głowowego do wyznaczenia trajektorii biopsji oraz implantacji elektrod sEEG oraz elektrod ablacyjnych guzów mózgu i lub obszarów padaczki ogniskowej.</del> <del>Moduł umieszczony na osobnym wózku ułatwiającym przechowywanie i przygotowanie robota do pracy w sterylnym polu m.in. ułatwiający ubranie urządzenia w sterylne obleczenie. Robot wyposażony w dwa małe wyświetlacze z menu ikonograficznym ułatwiającym sterowanie i obsługę – jeden wyświetlacz na module sterującym, drugi podstawowy na module chirurgicznych znajdującym się w polu sterylnym.</del>	TAK, podać	Pozycja wykreślona

### **Pytanie nr 2:**

Pytanie 2 Czy Zamawiający gwarantuje nieskrępowany i bezpłatny dostęp do integracji z siecią szpitalną PACS bez potrzeby zakupu dodatkowych licencji od firmy administrującej systemem? W przypadku jeśli konieczność wykupu licencji umożliwiającej podłączenia urządzeń do szpitalnego systemu przesyłania obrazów/PACS spoczywa na Wykonawcy, koszt wykupu licencji może wynosić ponad 100 000 zł netto (+ VAT 23%).

**Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający informuje, że występuje konieczność zakupu licencji przez Wykonawcę – zgodnie z ostatnimi ofertami które uzyskał szpital koszt integracji to 12 tys. zł netto + VAT 8% = 12 960,00 zł brutto**

### **Pytanie nr 3:**

Pytanie 3 Czy Zamawiający, w przypadku jeśli wykup licencji podłączenia urządzenia do systemu PACS i prace z tym związane obarczone będą stawką VAT 23%, dopuszcza samodzielną możliwość modyfikacji formularza cenowego przez oferta w taki sposób że finalna cena oferty będzie zawierała dwie pozycje – osobną dla elementów obarczonych stawką VAT 8% i osobną dla VAT 23%.

**Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający informuje, że jeżeli występuje taka konieczność, Wykonawca może zmodyfikować formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SWZ, jednak w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wyszczególnić pozycje odpowiednio dla różnych stawek VAT, zgodnie z poprzednią odpowiedzią – wg wiedzy Zamawiającego podłączenie do systemu PACS i prace z tym związane obarczone będą stawką VAT 8%**

### **Pytanie nr 4:**

Pytanie 4 Czy Zamawiający posiada umowę z administratorem systemu przesyłania obrazów/ sieć szpitalna PACS, na podstawie której umożliwi bezpłatne podłączenie urządzeń do systemu?

**Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający nie umożliwi bezpłatnego podłączenia urządzeń do systemu, Wykonawca powinien wystąpić o ofertę dot. integracji systemów i wliczyć ją w koszty zakupu urządzenia.**

### **Pytanie nr 5:**

Pytanie 5 Prosimy o wskazanie danych kontaktowymi administratora systemu przesyłania obrazów (RIS/PACS/ etc.) w celu wystąpienia o ofertę i oszacowania kosztów podłączenia urządzeń do systemu (zakup certyfikatów i licencji).

**Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający wskazuje dane kontaktowe administratora systemu przesyłania obrazów (RIS/PACS/ etc.):**

**Producentem oprogramowania PACS jest firma AGFA Sp. z o.o.,  
Kontakt: AGFA Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa,  
[dex\\_helpdesk@agfa.com](mailto:dex_helpdesk@agfa.com)**

**Pytanie nr 6:**

Dotyczy wzoru umowy § 4 pkt. 3 ppkt. 4 oraz § 5 pkt. 10 – Modułu mikroskopowego  
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego.  
Pragniemy zauważyć że mikroskop operacyjny jest urządzeniem zaawansowanym technologicznie, produkowanym na indywidualne zamówienie klienta dlatego nie jest możliwe dostarczenie urządzenia zastępczego w tak krótkim czasie.

**Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.  
Na podstawie art. 137 ust. 1 - dalej Pzp Zamawiający modyfikuje treść projektowanych postanowień umownych stanowiących załącznik nr 3 do SWZ poprzez usunięcie zapisów zawartych w § 4 pkt. 3 ppkt. 4 oraz § 5 pkt. 10 oraz w § 6 pkt.1 ppkt. 3)**

**Pytanie nr 7:**

Dotyczy wzoru umowy § 4 pkt. 7  
Czy w sytuacji kiedy producent w okresie gwarancyjnym nie dopuszcza ingerencji w urządzenie osób innych niż pracownicy autoryzowanego serwisu zapis o udostępnieniu kodów serwisowych dotyczy okresu pogwarancyjnego.

**Odpowiedź na pytanie nr 7: Tak, w zakresie dopuszczonym przez producenta urządzeń.**

**Pytanie nr 8:**

Dotyczy wzoru umowy § 5 pkt. 8  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby czas naprawy nie wymagającej użycia części zamiennych wynosił 5 dni roboczych, a w przypadku napraw które wymagają sprowadzenia części z zagranicy 10 dni roboczych?

**Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę.  
Zamawiający modyfikuje zapis w § 5 pkt. 8 Projektowanych postanowień umownych – Załącznika nr 3 do SWZ:**

**Było:**

**§ 5**  
**Odpowiedzialność za wady sprzętu**

6. *Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz.*

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Termin usunięcia wady strony ustalają na **max. 3 dni robocze**, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy **7 dni roboczych** (w tym przypadku Wykonawca jest **zobowiązany udokumentować pochodzenie części – pod rygorem naliczania kar umownych od 3 dnia roboczego za opóźnienie wg zapisu umowy w § 6 pkt.1 ppkt.2)** ) licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie, zgodnie z zapisami ust. 12 Naprawa lub wymiana uszkodzonej części urządzenia w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru urządzenia z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego.

Jest:

## § 5

### **Odpowiedzialność za wady sprzętu**

6. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz. Termin usunięcia wady strony ustalają na **max. 5 dni robocze**, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy **10 dni roboczych** (w tym przypadku Wykonawca jest **zobowiązany udokumentować pochodzenie części – pod rygorem naliczania kar umownych od 5 dnia roboczego za opóźnienie wg zapisu umowy w § 6 pkt.1 ppkt.2)** ) licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie, zgodnie z zapisami ust. 12 Naprawa lub wymiana uszkodzonej części urządzenia w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru urządzenia z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego.

### **Pytanie nr 9:**

Dotyczy Tabeli parametrów technicznych pkt. 53 – Moduł mikroskopowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72 h w dni robocze.

**Odpowiedź na pytanie nr 9: Tak. Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zamawiający modyfikuje zapis w Załączniku nr 2 do SWZ – Formularz cenowy oraz Parametry techniczne.**

### **Było:**

IV	Pozostałe wymagania		
53.	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze; od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]	Max 48 godzin	

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Jest:

IV	Pozostałe wymagania		
53.	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]	Max 72 godziny]	

**Pytanie nr 10:**

Dotyczy Tabeli parametrów technicznych pkt. 52 – Moduł mikroskopowy

Czy Zamawiający wyraz zgodę aby w dni wolne od pracy awarie były zgłaszane poprzez portal serwisowy?

**Odpowiedź na pytanie nr 10: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 11:**

Dotyczy Tabeli parametrów technicznych pkt. 55 – Moduł mikroskopowy

Z uwagi na fakt że oferowany moduł mikroskopowy nie posiada i nie obsługuje opcji DICOM prosimy o potwierdzenie że wymóg opisany w punkcie 55 nie dotyczy modułu mikroskopowego

**Odpowiedź na pytanie nr 11: Tak, wymóg dotyczy systemu Neuronawigacji.**

**Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaofiarowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ lub modyfikacji SWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data wyjaśnień lub modyfikacji i nr pytania).**

**Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców od chwili ich upublicznienia (zamieszczenia) na stronie prowadzonego postępowania, należy je uwzględnić przy składaniu oferty.**

Z upoważnienia

KOMENDANTA

4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką  
SPZOZ we Wrocławiu

Piotr Strąk

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych