



Poznań, 08.02.2024r.

Oznaczenie sprawy: TP-13/24

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie podstawowym
na dostawę modułów pomiarowych dla Centrali Monitorującej Parametry Życiowe IntelliVue (4 części)**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie dot. części nr 3 – Moduł SpO2, parametr 6.8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie parametru Tętno 25-250 bpm; rozdzielczość 1 bpm Dokładność 3%.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

(podpis Zamawiającego)

