



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w PILE
im. Stanisława Staszica
64-920 Pila, ul. Rydygiera 1



System
zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 27001:2013

www.tuv.com
ID 9108628147

Dyrektor (067) 210 62 00
Centrala (067) 210 66 66
Fax (067) 212 40 85
e-mail: wspila@pi.onet.pl
www.szpitalpila.pl

Piła 27.07.2020 roku

FZP.II-241/61/20/ZO

Uczestnicy postępowania

SPROSTOWANIE UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

dotyczy: zapytania ofertowego pn.: **Fartuchy chirurgiczne**

Zamawiający koryguje odpowiedzi do pytań nr 1 i 2 z dnia 27.07.2020

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókny typu SMS?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch z standardowym rękawem o kroju prostym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.