



Gdynia, dnia 24 czerwca 2024 r.

DZ.283.10.2024.NP
UC/1851/2024

Zamawiający:

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
ul. Powstania Styczniowego 9b
81-519 Gdynia

WYJAŚNIENIA nr 1 do ZO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na **Wykonanie przeglądu Tomografu komputerowego**, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000,00 zł

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej UCMMiT w dniu 20.06.2024r.

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy. Niniejsze odpowiedzi na pytania stanowią integralną część zapytania ofertowego i stają się wiążące dla Wykonawców przy opracowaniu ofert.

PYTANIE 1.

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem umowy jest przeprowadzenie określonych czynności jedynie wobec tomografu komputerowego bez jakichkolwiek stacji/systemów opisowych. Jeżeli jakiegokolwiek stacje/systemy opisowe mają także podlegać procedurze, prosimy o ich jednoznaczne wskazanie.

ODPOWIEDŹ 1:

Przedmiotem usługi jest przeprowadzenie rocznego przeglądu technicznego i konserwacji aparatu Tomografu komputerowego wraz ze stacją opisową Syngo Via, model Somaton go.Top, prod. Siemens S/N: 119377.

PYTANIE 2.

Dotyczy załącznika nr 2 do ZO – wzór umowy, §2 ust. 6

W związku z postawionym wymogiem, prosimy o potwierdzenie, że wymóg ten winien być wypełniony w zgodzie z zapisami ustawy o wyrobach medycznych oraz instrukcji obsługi tomografu komputerowego. W tych dwóch wskazanych dokumentach wyraźnie wskazuje się, jakie warunki powinni spełniać potencjalni wykonawcy.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że warunek opisany przez zamawiającego bez dodatkowego komentarza daje ogromne pole dla wykonawców, którzy de facto nie posiadają żadnej specjalistycznej wiedzy w zakresie usług, które są przedmiotem postępowania.

ODPOWIEDŹ 2:

Wszelkie usługi objęte niniejszą umową muszą być realizowane przez osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia do ich wykonywania zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych oraz instrukcji producenta aparatu Tomografu komputerowego, a w szczególności Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy zgodnie z jej postanowieniami (m.in. §2 ust. 6).