



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Wrocław 13.05.2024r.

Znak sprawy: Zapytanie ofertowe ZO/21/AA/2024

Dotyczy: ZO/21/AA/2024- Dostawa naczyń jednorazowych typu: miski, kaczki, nerki baseny (ID 923495)

Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Zadanie 1, pozycja 1,4**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'120 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza opakowanie a'120 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę

**Zadanie 1, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza opakowanie a'100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę.

**Zadanie 1, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści kaczkę o wymiarach 245x105x125mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza kaczkę o wymiarach 245x105x125mm.

**Zadanie 1, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'300 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza opakowanie a'300 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę.

**Zadanie 1, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści nerkę o pojemności 900ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza nerkę o pojemności 900ml.

**Zadanie 1, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści miskę o wymiarach 300x260x92mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza miskę o wymiarach 300x260x92mm.