

Branice 09.11.2022

[www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl)

**Dotyczy postępowania pn: „dostawa rękawic medycznych nitrylowych**

**Znak sprawy: TP 19/2022**

**Odpowiedzi na pytania**

Zamawiający Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach na podstawie art. 284 ust. 2 i 286 ust.1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na pytania i modyfikuje SWZ.

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, bezpudrowe, AQL $\leq$ 1,5, obustronnie chlorowane, wyrób medyczny kat.I, środek ochrony osobistej kat. III, teksturowane końce palców, grubość na palcu min.0,09mm, na dłoni min. 0,05mm, na mankiecie min. 0,05mm, spełniające normy EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016 (Typ B), EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 455-1:2000, EN 455-2:2009+A2:2013, EN 455-3:2006, EN 455-4:2009, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM 6978 (15 substancji), siła zrywu przed starzeniem (mediana) 7.3N, siła zrywu po starzeniu (mediana) 7.6N, dopuszczone do kontaktu z żywnością, opakowanie papierowe w formie dyspensera.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Zadanie 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,11mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane po 100 szt. dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?

**Odp. Zamawiający wymaga dostarczenia rękawic zgodnie z opisem w SWZ.**

### Zadanie 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a'100 szt. z przeliczeniem zaoferowanej ilości do 7.657 opakowań bądź alternatywnie podanie ceny jednostkowej netto do 4 miejsc po przecinku z równoczesnym podaniem wartości netto i brutto do 2 miejsc po przecinku?

Odp. Zamawiający dopuści wycenę z przeliczeniem zaoferowanej ilości do pełnego opakowania w górę tj. 7657 op. z podaniem wartości do 2 miejsc po przecinku.

### Zadanie 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane mechanicznie (ograniczenie kontaminacji) – potwierdzone oświadczeniem producenta?

Odp. Zamawiający wymaga pakowania mechanicznego w sposób uporządkowany, potwierdzonego fabrycznym nadrukiem na opakowaniu i oświadczeniem producenta.

W związku z odpowiedzią na wyżej postawione pytanie na podstawie art. 286 ust.1 zamawiający modyfikuje SWZ poprzez poprawienie omyłki pisarskiej w Rozdziale XIV zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zał. nr 2

Pkt. 1 ppkt. c) jest oświadczenie producenta rękawic o technologii ręcznego pakowania

Pkt. 1 ppkt. c) winno być: oświadczenie producenta rękawic o technologii mechanicznego pakowania.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono na stronie BZP e-zamówienia.gov.pl nr z dnia 09.11.2022 nr 2022/BZP 00431980/01

Odpowiedzi zostały zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania 09.11.2022 r.

Niniejsze odpowiedzi i modyfikacja SWZ stanowią integralną część SWZ.