

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 135 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „**Dostawę implantów-wszczepów ortopedycznych**”, nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.17.D.2024, odpowiadamy na pytania Wykonawców:

1. Dot. pkt. 6 ppkt 5) Zał. Nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz pkt 5 ppkt 2) załącznika nr 2 do umowy Opis przedmiotu zamówienia – Zadanie 1

Czy Zamawiający w Zadaniu 1 odstąpi od wymogu dostarczenia napędu ortopedycznego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Dot. pkt 6 ppkt 5) lit. a)-d) Zał. Nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz pkt 5 ppkt 2) lit. a)-d) załącznika nr 2 do umowy Opis przedmiotu zamówienia – Zadanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zaoferowania pojemników/kontenerów sterylizacyjnych zgodnych z normą PN-EN 868-8 opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia – Zasady realizacji przedmiotowej dostawy? Oferowane przez nas narzędzia dostarczane są w specjalnych, dedykowanych kontenerach z miejscem na narzędzia – miejsca te są oznaczone graficznie na tacy kontenera ułatwiając instrumentariuszce ułożenie zestawu po zabiegu. Nadmieniamy, iż nasze kontenery w pełni nadają się do mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

3. Dot. Zadania 1 poz. 49

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby implanty oraz instrumentarium konieczne do przeprowadzenia zabiegu dla Zadania 1 pozycja 49 były dostarczone w formule LOANER SET czyli tzw. „Lotnej”, tj. po wcześniejszym złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Dot. Zadania 1 poz. 44

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Zadaniu 1 pozycja 44 produkt o następujących parametrach: Autologiczny system regeneracji chrząstki oparty na osoczu bogatopłytkowym i żywych chondrocytach. Jednorazowy system sterylny składający się z:

Podwójnej strzykawki (3 szt.), systemu do przygotowania autologicznej trombiny (1 szt.), urządzenie do pobierania tkanki autologicznej (1 szt.), ostrze shavera 4 mm x 13 cm (1szt.), kaniula z końcówką luerlock wprowadzająca, zakrzywiona z obturatorem (1 szt.).

Wymagane instrumentarium:

Wirówka z pojemnikami i tubami na strzykawki separujące krew, przeciwwaga, konsola do shavera

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5. Dot. Zadania 1 poz. 45

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Zadaniu 1 pozycja 45 produkt o następujących parametrach:
Zestaw implantów do augmentacji taśmy zabezpieczającej przy rekonstrukcji więzadeł zawierający:

- kotwica 3,5mm x 15,8mm z taśmą w rozmiarze #2 (szerokość taśmy 2mm, kolor niebieski),
- kotwica 4,75mm x 19,1mm,
- prowadnica do wiertła (celownik),
- wiertło 2,7mm,
- wiertło kaniulowane 2,7mm,
- wiertło 3.4mm,
- gwintownik do kotwicy 3,5mm,
- gwintownik do kotwicy 4,75mm,
- drut Kirschnera 1,35mm,
- igła – 2 szt.
- pętla nitinolowa długość 200mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

6. Dot. Zadania 1 poz. 52

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Zadaniu 1 pozycja 52 produkt o następujących parametrach:
Implant bezwęzłowy do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, dwie płytki (strona boczna 3,5mm x 13mm, strona przyśrodkowa 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową w rozmiarze #5, implant w wersji stalowej i tytanowej

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

7. Dot. Zadania 1 poz. 62

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Zadaniu 1 pozycja 62 produkt o następujących parametrach:
Zestaw instrumentów do kotwic 3,5mm x 8,5mm zawierający: celownik, wiertło kaniulowane 3,2mm, wiertło kaniulowane 3,5mm, drut prowadzący średnica 1,35mm - 3 sztuki

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

8. Dot. Zadania 1 Formularz cenowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w kolumnie 10 (Nr katalogowy/kod UDI) dla produktów objętych okresem przejściowym dot. przepisów MDR i kodów UDI Wykonawca podał kod identyfikacyjny EAN?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

9. Dot. Rozdz. VIa SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w związku z wymogiem przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą stosuje art. 107 ust. 2 i 4 ustawy Pzp.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

10. Dot. pkt 6 ppkt 3) Zał. Nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający odstąpi od składania zamówień poprzez faks?

W dobie elektroniczacji Wykonawca odchodzi od komunikacji za pośrednictwem faksu. Komunikacja drogą mailową pozwala na natychmiastową wymianę informacji, co jest kluczowe w terminowej realizacji zamówień.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza składanie zamówień faxem oraz drogą mailową.

11. Dot. §2 ust. 2 Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 4 do SWZ)

Prosimy o potwierdzenie, że ostateczny kształt i zakres depozytu zostanie ustalony po zawarciu umowy w porozumieniu z docelowym użytkownikiem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

12. Dot. §2 ust.15 Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 4 do SWZ) oraz pkt. 6 ppkt 3) OPZ

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, jaki termin dostawy obowiązuje Wykonawcę – czy do 3 dni roboczych wskazane w umowie, czy do 5 dni wskazane w OPZ?

Odpowiedź: Termin dostawy do 3 dni roboczych.

13. Dot. § 4 ust. 2 Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 4 do SWZ)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dzielenie zamówienia w sytuacji niezależnej od Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

14. Dot. § 7 Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 4 do SWZ)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar umownych odpowiednio za zwłokę zamiast za opóźnienie?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Z poważaniem