

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawa aparatury medycznej na potrzeby Poradni Audiologicznej i Foniatrycznej w ramach projektu pn. „Wsparcie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz leczenia w trybie jednodniowym w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli poprzez zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności i zabezpieczenia pełnoprofilowej, wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia Pacjentów onkologicznych.”**

Działając w oparciu o zapisy art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 7

(dotyczy: Załącznik nr 2.6 poz. 27 do SWZ; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia):

Czy zamawiający dopuści jako równoważną kamerę endoskopową o rozdzielczości 2560x1920, z zachowaniem wszystkich pozostałych parametrów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

