

Pytania i odpowiedzi cz. 1

Pyt. Nr 1 dotyczy Pakiet nr 2 pkt II. 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat wyposażony w system o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrajne koła z możliwością blokowania na stałe 2 z nich?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pyt. Nr 2 dotyczy Pakiet nr 2 pkt II. 7

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat wyposażony w funkcję pozwalającą na uzyskanie obrazu diagnostycznego USG „na żywo” na min. 75% wielkości monitora?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pyt. Nr 3 dotyczy Pakiet nr 2 pkt II. 8

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat wyposażony w konsolę urządzenia umieszczoną na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację położenia góra/dół min. 18 cm oraz obrót min. +/- 60° z pozycji środkowej?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pyt. Nr 4 dotyczy Pakiet nr 2 pkt II. 21

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat wyposażony w zewnętrzną Nagrywarkę DVD-R/RW oraz wbudowane min. 4 porty USB wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pyt. Nr 5 dotyczy Pakiet nr 2 pkt II. 23

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat wyposażony w aparat o wadze 90 kg?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pyt. Nr 6 dotyczy Pakiet nr 2 pkt II. 36

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat wyposażony w Tryb Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD); rejestr. prędkości maksymalne (przy zerowym kącie bramki) w zakresach min.: od -7,3m/s do 0m/s oraz od 0 do +7,3 m/s?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pyt. Nr 7 dotyczy Pakiet nr 2 pkt II. 37

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat wyposażony w zakres częstotliwości PRF dla Dopplera Pulsacyjnego od 1.04 ~ 35.96KHz?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pyt. Nr 8 dotyczy Pakiet nr 2 pkt II. 39

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat wyposażony w funkcję korekcji kąta w zakresie co najmniej ±80 stopni?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pyt. Nr 9 dotyczy Pakiet nr 2 pkt II. 52

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat wyposażony w funkcję korekcji kąta w zakresie co najmniej $\pm 80^\circ$?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pyt. Nr 10 dotyczy Pakiet nr 2 pkt II. 74

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat posiadający pracę w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 7 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich zaoferowanych głowicach typu convex oraz liniowych?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pyt. Nr 11 dotyczy Pakiet nr 2 pkt II. 84

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat posiadający głowicę o 192 elementach fizycznych które pełnią podwójną rolę nadawania i odbioru. Uzyskujemy wówczas efekt 384 elementów akustycznych?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pyt. Nr 12 dotyczy Pakiet nr 2 pkt II.85

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat posiadający głowicę o 192 elementach fizycznych które pełnią podwójną rolę nadawania i odbioru. Uzyskujemy wówczas efekt 384 elementów akustycznych?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pyt. Nr 13 dotyczy Pakiet nr 2 pkt II.86

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat posiadający głowicę o o częstotliwości 2-14 MHz 256 elementach fizycznych, które pełnią podwójną rolę nadawania i odbioru. Uzyskujemy wówczas efekt 512 elementów akustycznych?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pyt. Nr 14 dotyczy Pakiet nr 2 pkt II.87

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat posiadający głowicę o 192 elementach fizycznych które pełnią podwójną rolę nadawania i odbioru. Uzyskujemy wówczas efekt 384 elementów akustycznych?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pyt. Nr 15 dotyczy Pakiet nr 2 pkt II.88

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat posiadający głowicę o 128 elementach fizycznych które pełnią podwójną rolę nadawania i odbioru. Uzyskujemy wówczas efekt 256 elementów akustycznych?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pyt. Nr 16 dotyczy Pakiet nr 2 pkt II.89

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat posiadający głowicę 1-8 MHz, promieniu krzywizny 41 mm i kacie obrazowania 70 stopni o 192 elementach fizycznych które pełnią podwójną rolę nadawania i odbioru. Uzyskujemy wówczas efekt 384 elementów akustycznych?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pyt. Nr 17 dotyczy Pakiet nr 2 pkt II.90

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat posiadający głowicę o 192 elementach fizycznych które pełnią podwójną rolę nadawania i odbioru. Uzyskujemy wówczas efekt 384 elementów akustycznych?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pyt. Nr 18 dotyczy Pakiet nr 2 pkt II.91

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat posiadający głowicę o 256 elementach fizycznych które pełnią podwójną rolę nadawania i odbioru. Uzyskujemy wówczas efekt 512 elementów akustycznych?

Pyt. Nr 19 dotyczy Pakiet nr 2 pkt II.92

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat posiadający głowicę o 256 elementach fizycznych które pełnią podwójną rolę nadawania i odbioru. Uzyskujemy wówczas efekt 576 elementów akustycznych?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pyt. Nr 20 dotyczy Pakiet nr 2 pkt II.93

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat posiadający głowicę o częstotliwości 3-22 MHz szerokości 26 mm i 192 elementach fizycznych które pełnią podwójną rolę nadawania i odbioru. Uzyskujemy wówczas efekt 384 elementów akustycznych?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pyt. Nr 21 dotyczy Pakiet nr 2 pkt II.105

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat posiadający głowicę o 64 elementach fizycznych spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pyt. Nr 22 dotyczy Pakiet nr 2 pkt II.106

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat posiadający Możliwość rozbudowy w pełni zautomatyzowane narzędzie do analizy typu „strain” wyliczające globalną funkcję lewej komory (GLS), oraz oceny odcinkowej ruchomości ścian, deformacji i synchronii przy użyciu technologii ‘speckle tracking’ wraz z umieszczeniem wyniku w postaci 18 segmentowego wykresu kołowego.?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.