

Pytania i odpowiedzi cz. 4

Pytanie nr 1 – dotyczy Rozdziału III pkt. 8 SWZ:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w pkt. 8 nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska i zamiast wyrazu „nie dopuszcza” winno być: „dopuszcza”. Pragniemy zauważyć, iż zamówienie w niniejszym postępowaniu zostało podzielone na 4 pakiety. Ponadto w drugiej części zdania Zamawiający wskazuje, że Wykonawca może złożyć ofertę częściową na jedną lub więcej części.

Odp. Zamawiający zastępuje wyraz „nie dopuszcza” na: „dopuszcza”.

Pytanie nr 2 – dotyczy Części III wiersz 3 tabeli OPZ zał. nr 1 do SWZ dla Pakietu nr 1, 2, 3 i 4:

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu i skrócenie obowiązku zapewnienia dostępności części zamiennych **do 8 lat** od daty dostawy i instalacji systemu w siedzibie użytkownika.

Pozytywna odpowiedź znacząco wpłynie na wysokość zaoferowanej ceny. Zaznaczyć należy, iż producent, zbywca bądź importer nie ma obowiązku, nałożonego prawem, na produkcję czy przechowywanie części zamiennych przez tak długi okres, jeśli w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, wdrożenia nowego produktu, nie będzie kontynuował produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, aby zadośćuczynić postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko ponoszenia dużych kosztów przez Wykonawcę, co może wpłynąć na zaniżenie kręgu potencjalnych Wykonawców i zawyżenie ceny oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 3 – dotyczy Części III wiersz 7 tabeli OPZ zał. nr 1 do SWZ dla Pakietu nr 1, 2, 3 i 4:

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu w wierszu 7 tabeli nadając mu następujące brzmienie: „Liczba napraw uprawniających do wymiany danego modułu na nowy (3 naprawy tego samego modułu)”.

Nie znajduje uzasadnienia oczekiwaniu wymiany całego aparatu na nowy po trzech interwencjach serwisowych, jedynie wymiany głównego komponentu w skład, którego wchodzi wymieniany element. Rozwiązaniem powszechnie akceptowanym i uwzględniającym interes zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy jest ustalenie obowiązku wymiany modułu/podzespołu na nowy w przypadku jego uprzedniej 3-krotnej naprawy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na „Liczba napraw uprawniających do wymiany danego modułu na nowy (3 naprawy tego samego modułu)”.

Pytanie nr 4 – dotyczy §8 ust. 4.5. wzoru umowy zał. nr 2 do SWZ:

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, prosimy o zmianę zapisu w ust. 4.5. na następujący: „Wykonawca zobowiązuje się do wymiany danego modułu na nowy w przypadku dokonania w okresie gwarancji 3 (trzech) napraw tego samego modułu, nie wynikających z winy użytkownika. W takim wypadku Wykonawca w przypadku kolejnej awarii sprzętu, nie wynikającej z winy użytkownika wymieni wadliwy sprzęt na nowy w ciągu **48** godzin (dni robocze) od dnia stwierdzenia w/w awarii na własny koszt.”.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu „Wykonawca zobowiązuje się do wymiany danego modułu na nowy w przypadku dokonania w okresie gwarancji 3 (trzech) napraw tego samego modułu, nie wynikających z winy użytkownika. W takim wypadku Wykonawca w przypadku kolejnej awarii sprzętu, nie wynikającej z winy użytkownika wymieni wadliwy sprzęt na nowy w ciągu 48 godzin (dni robocze) od dnia stwierdzenia w/w awarii na własny koszt.”

Pytanie nr 5 – dotyczy Części „Inne wymagania” wiersz 114 tabeli OPZ zał. nr 1 do SWZ dla Pakietu nr 2:

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści wiersza 114 na następującą: „Potwierdzenie wykonawcy, że jest **upoważnionym przedstawicielem producenta lub dystrybutorem lub importerem** oferowanego aparatu USG i głowic”.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu wiersza 114 na następującą: „Potwierdzenie wykonawcy, że jest upoważnionym przedstawicielem producenta lub dystrybutorem lub importerem oferowanego aparatu USG i głowic”.

Pytanie nr 6 – dotyczy §1 ust. 4.6. wzoru umowy zał. nr 2 do SWZ:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie nastąpiła omyłka w pierwszym odnośniku w odniesieniu do ustawy i czy nie winno być: „ustawy z dnia **07.04.2022 r.** o wyrobach medycznych (**DZ. U. 2022 poz. 974**)”?

Odp. Omyłka pisarska winno być „ustawy z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (DZ. U. 2022 poz. 974)”

Pytanie nr 7 – dotyczy §4 ust. 8 i 9 wzoru umowy zał. nr 2 do SWZ:

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji oraz wymiany sprzętu wadliwego na sprzęt bez wad do 5 dni roboczych.

Odp. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji oraz wymiany sprzętu wadliwego na sprzęt bez wad do 5 dni roboczych.

Pytanie nr 8 – dotyczy §6 ust. 3 wzoru umowy zał. nr 2 do SWZ:

Prosimy Zamawiającego o usunięcie z ust. 3 następującego zdania: „w terminie do 28 dni od momentu złożenia zamówienia drogą e-mail.”.

Pragniemy zauważyć, iż zgodnie z §2 wzoru umowy Wykonawcy mają czas na realizację zamówienia 7 tygodni od daty podpisania umowy.

Odp. Tak, termin realizacji wynosi 7 tygodni od złożonego zamówienia.

Pytanie nr 10 – dotyczy §7 ust. 3 wzoru umowy zał. nr 2 do SWZ:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zapis w ust. 3 dotyczy tylko i wyłącznie Pakietu nr 1 i 4.

Pragniemy zauważyć, iż w Pakiecie nr 2 i 3 jest tylko po 1 szt. Aparatów USG.

Odp. Zamawiający potwierdza , że zapis w ust. 3 dotyczy tylko i wyłącznie Pakietu nr 1 i 4

Pytanie nr 11 – dotyczy §8 ust. 4.6. wzoru umowy zał. nr 2 do SWZ:

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu naprawy, o którym mowa w ust. 4.6. **do 5 dni roboczych.**

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu naprawy, o którym mowa w ust. 4.6. do 5 dni roboczych.

Pytanie nr 12 – dotyczy wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zał. nr 7 do SWZ:

Prosimy o wpisanie do umowy danych kontaktowych np. e-mail osoby odpowiedzialnej za wykonanie umowy po stronie Zamawiającego (Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dodanie danych kontaktowych do Inspektora Ochrony Danych Osobowych.