

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM  
W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM**

**dot. postępowania na zadanie pn.:  
„Sukcesywna dostawa materiałów jednorazowego użytku dla SP ZOZ MSWiA w Opolu”**

**( organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego )**

Zgodnie z art. 135 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2020 roku Zamawiający wyjaśnia zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego postępowania przetargowego:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 39 akceptuje mokre testy urazowe niewymagające dodatkowej ilości wody?

**Zamawiający akceptuje jak wyżej.**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15 w pozycji 1 dopuści wkład jednorazowy na wydzielinę o poj. 2,5 litra, pozostałe parametry bez zmian?

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15 w pozycji 2 dopuści wkład jednorazowy na wydzielinę o poj. 2,5 litra, pozostałe parametry bez zmian? 3. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15 w pozycji 3 dopuści zbiornik o pojemności 2,5 litra do wkładów jednorazowych, wielorazowego użytku, pozostałe parametry bez zmian?

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pakiet 30 pozycja 11

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy w pozycji 11 nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający będzie wymagał szwu w rozmiarze 2?

**Tak, nastąpiła omyłka pisarska.**

Pakiet 30 pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pakiet 30 pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 31 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pakiet 30 pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści igłę podwójną okrągłą, pozostałe parametry bez zmian?

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pakiet 30 pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści igłę podwójną okrągłą, pozostałe parametry bez zmian?

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pakiet 30 pozycja od 19 do 25

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy w pozycjach 19 - 25 nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający będzie wymagał szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłaniany, jednowłókowy z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształcaniem wężła, igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenie, czy szew syntetyczny, pleciony, niewchłanialny, poliesterowy typu Ethibond, powlekany polibutylenem, igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali typu Ethalloy odpornej na odkształcenie?

**Szew poliesterowy.**

Pakiet 30 pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągło-tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Pytanie nr 1 Pakiet 34, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 34 w pozycji 3 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, ze szczelnie zamykaną pokrywą „na wcisk” - z plombą, która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy, o pojemności 520 ml.

**Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 2 Pakiet 34, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 34 w pozycji 4 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, ze szczelnie zamykaną pokrywą „na wcisk” - z plombą, która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy, o pojemności 1200 ml.

**Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 3 Pakiet 34, poz. 5

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 34 w pozycji 5 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, ze szczelnie zamykaną pokrywą „na wcisk” - z plombą, która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy, o pojemności 2300 ml.

**Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 4 Pakiet 34, poz. 6

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 34 w pozycji 6 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, ze szczelnie zamykaną pokrywą „na wcisk” - z plombą, która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy, o pojemności 3400 ml.

**Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 5 Dotyczy wzoru

umowy Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”? Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł.

**Zgodnie z SIWZ.**

Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 24, poz. 28 i 29 w przedmiotowym postępowaniu:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 28 igły do penów insulinowych o parametrach 31Gx6mm?

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 28 i 29 z pakietu 24 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

**Zgodnie z SIWZ.**

Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 33, poz. 2 i 3 w przedmiotowym postępowaniu: Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 2 i 3 z pakietu 33 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

**Zgodnie z SIWZ.**

Dot. Pakiet 9 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletów o gramaturze min, 40 g/m kw.?

**Zgodnie z SIWZ.**

Dot. Pakiet 29 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maski typ IIR?

**Zgodnie z SIWZ.**

Dot. Pakiet 29 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze min. 14 g/m kw.?

**Zgodnie z SIWZ.**

Dot. Pakiet 29 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o gramaturze min. 23 g/m kw.?

**Zgodnie z SIWZ.**

Dot. Rozdział XX, pkt. 3.1

Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. zapisów w sposób następujący:

„3.1 Przy ocenie kryterium „Termin realizacji zamówień cząsteczkowych” zostanie zastosowany następujący schemat:

- Do 48 godzin – 20 pkt.
- Powyżej 48 godzin do 72 godzin – 15 pkt.
- Powyżej 72 godzin do 96 godzin – 5 pkt. „

**Zgodnie z SIWZ.**

Dot. Wzoru umowy §7 ust. 1 1)

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w sposób następujący:

„1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kary umowne:

1) Z tytułu rozwiązania umowy, w tym odstąpienia od niej, z przyczyn, za które Wykonawca ponosi

odpowiedzialność, w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy.”

Dot. Wzoru umowy §7 ust. 7

Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. zapisów poprzez dodanie zapisu następującej treści:

„Różnica w cenie zakupu towaru u innych dostawców nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego przedmiotu umowy wynikającego z cennika stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.”

Zgodnie z SIWZ.

Dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o dodanie poniższych zapisów do treści istotnych warunków umowy:

**SIŁA WYŻSZA**

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.

4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.

6. Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

Dot. Wzór umowy §7 W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie w paragrafie 7 ustępu 13 o następującej treści: Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych w paragrafie 7 na okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu.

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 11, pozycja 2

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 2 z Pakietu 11 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to złożenie ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym idzie, uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej ceny.

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 41, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę o parametrach:

- Prostokątna ściereczka nasączona środkiem myjącym
- Aktywacja środka poprzez zwilżenie wodą
- Wykonana w całości z poliestru
- Rozmiary 12 x 20 cm
- Gramatura 100 g/m<sup>2</sup>
- Wyrób jednorazowy
- Nie zawiera lateksu
- Opakowanie 24 sztuki (z przeliczeniem ilości)

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 41, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę o parametrach:

- Myjka nasączona środkiem myjącym
- Kształt rękawicy ze zwężeniem w dolnej części
- Aktywacja środka poprzez zwilżenie wodą
- Wykonana w całości z poliestru
- Rozmiary 17cm x 24,5 cm
- Gramatura 100 g/m<sup>2</sup> (część przednia pokryta mydłem, 70 g/m<sup>2</sup> (część tylna bez mydła,
- Wyrób jednorazowy
- Nie zawiera lateksu
- Opakowanie 20 sztuk (z przeliczeniem ilości)

1

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 41, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści badania na brak zawartości TPC, Coliforms, Pseudomonas aeruginosa, Fungi, Staphylococcus aureus, Streptococcus hemolyticus?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 41, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od parametru „certyfikaty dołączone do oferty”?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 41, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę myjek na stawce VAT 23%?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 41, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę do zębów z odsysaniem zarejestrowaną jako wyrób medyczny klasy IIa?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 41, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści myjkę o parametrach:

- Myjka nasączona środkiem myjącym
- Kształt rękawicy ze zwężeniem w dolnej części
- Aktywacja środka poprzez zwilżenie wodą

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 13 poz. 5

Czy Zamawiający miał na myśli rozmiar 250mmx200m? rozmiar 50mmx200mm jest w poz. 1.

**250mmx200m.**

Prosimy o zrezygnowanie z obowiązku podawania na fakturze nr serii i daty ważności produktów niemedycznych.

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 33 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz o objętości próbki krwi 10-50µl?

**Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 33 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz o objętości próbki krwi 20-70µl?

**Zgodnie z SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 25:

Taśmę do leczenia nietrzymania moczu, polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, z plastikową dwuczęściową osłonką na taśmie, osłonki nie zachodzą na siebie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, porowatości 84 %, gramaturze 48 g/m<sup>2</sup>, wytrzymałości 70 N/cm, brzegi cięte laserowo, zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca)?

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, poz. 1 -4:

Siatkę chirurgiczną lekką, miękką, polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, o grubości 0,32 mm, gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych), która pozwala w przypadku siatek lekkich zwiększyć ich wytrzymałość na rozciąganie, siatka staje się mocniejsza oraz zachowuje swój kształt w warunkach napięcia co gwarantuje skuteczność leczenia, siatki lekkie pozbawione technologii quadriaxial są bardziej rozciągliwe co może powodować ich deformację lub zwijanie się, w rozmiarach zgodnych z SIWZ?

**Zamawiający dopuszcza jak wyżej.**

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1-4:

W razie braku zgody na poz. 1-4, zwracamy się z prośbą o ich wydzielenie i utworzenie osobnego pakietu, co umożliwi nam udział na pozostałe pozycje w w/w pakiecie.

**Zamawiający wydzielił w/w pozycje do pakietu nr 1a.**

BYREKTOR  
SP ZOZ MSWiA w OPOLU  
Jacek Barysz