

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Słupsk, dnia 21.08.2023

znak sprawy SA.272.2.2023

WYKONAWCY

dot. postępowania: **Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku**

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r poz.1605 z zm.), informuje, że dnia 18 i 19 sierpnia 2023 roku wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, które wraz z odpowiedzią zamieszczono poniżej:

Pytanie 1

„Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ Część 2 punkt 9

Czy Zamawiający dopuści sterylizator z programem rozgrzewającym/ podtrzymującym temperatury wsadu z regulacją od 60-134⁰ C ?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie 2

„Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ Część 2 punkt 38

Czy Zamawiający dopuści stację uzdatniania wody minimum 10 litrów?

Wyjaśnienie :

Jeśli stacja ma wydajność max 10 litrów można sobie wyobrazić, że zaoferowana zostanie stacja o wydajności 2 l/h. Przy pracy 2 sterylizatorów, z których każdy zużywa max. 5/lh oznacza że zabraknie wody. Dlatego sugerujemy zmianę na stację o minimalnym wydatku 10 l.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie przy zachowaniu wymaganych gabarytów opisanych w punkcie 38 oraz zmienia treść załącznika Nr 3 do SWZ.

Pytanie 3

„Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ Część 2 punkty 33 i 34

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisów punktów 33 i 34 – czy punkt 34 jest uszczegółowieniem punktu 33 czy są to dwa niezależne pojemniki sterylizacyjne, jakie Wykonawca powinien dostarczyć? Jeśli tak to niezbędne będzie dostarczenie łącznie 4 pojemników pełnych”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia zapisy punktu 33 i 34 w załączniku nr 3 do SWZ: są to niezależne pojemniki po jednej sztuce do jednego autoklawu.

Pytanie 4

„Dotyczy Załącznika nr 8 do SWZ Część 7 punkt 4.

Czy Zamawiający dopuści wagę o obciążeniu maksymalnym 600 g?”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Pytanie 5

„Dotyczy Załącznika nr 8 do SWZ Część 7 punkt 10.

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga temperaturę pracy od +10 stopni C do + 40 stopni C czy od +10 do -40 ? Zapis jest dość nieczytelny.”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis punkt 10 w załączniku nr 8: Zamawiający wymaga temperaturę pracy wagi od +10 stopni C do +40 stopni.

Pytanie 6

„część 6 - pytania 1. Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne (mm): (szer. x wys. x głęb.) : 915 x905 x 600 (mm) ? 2. Czy Zamawiający dopuści zakres temperatury od + 5 st. C powyżej temperatury otoczenia do + 300 st. C ?”

Odpowiedź:

Pytanie nr 1 - Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie z zachowaniem pojemności komory opisanej w punkcie 10, pytanie nr 2 - Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie

Pytanie 7

„część 7 - waga 1. Czy Zamawiający dopuści działkę legalizacyjną (e) - 0,01 g, oraz działkę elementarną (e) - 0,001 g ? 2. Czy Zamawiający dopuści szalkę o średnicy 120 mm? 3. Czy Zamawiający dopuści czas stabilizacji 2 s ? 4. Czy Zamawiający dopuści liniowość 0,002 g ? 5. Czy Zamawiający wymaga wzorcowania w siedzibie Zamawiającego ? 6. Czy Zamawiający wymaga świadectwa legalizacji ?

Odpowiedź:

część 7 - pytanie nr 1 - jeśli pytanie dotyczy dokładności odczytu[d] Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pytanie nr 2 - Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ, pytanie nr 3 - Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pytanie nr 4 - Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pytanie nr 5 - wagi klasy II mogą być wzorcowane poza siedzibą Zamawiającego, pytanie nr 6 - Zamawiający wymaga świadectwa legalizacji.

Pytanie 8

Czy Zamawiający może doprecyzować zapis punktu 4 OPZ „Obudowa z blachy malowanej proszkowo RAL 9016 lub RAL 7035/ stal nierdzewna”? Czy chodzi o dwa warianty wykonania obudowy: 1. z blachy malowanej proszkowo RAL 9016 lub RAL 7035, 2. obudowę wykonaną ze stali nierdzewnej? Czy Zamawiający dopuści obudowę malowaną proszkowo RAL 7035, natomiast nadstawkę w kolorze RAL 7016?

Odpowiedź:

Wymagana jest obudowa z blachy malowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 i 5 Pzp dokonuje zmiany **terminu składania i otwarcia ofert na dzień 24 sierpnia 2023 roku** oraz zmienia brzmienie pkt. 18.1., 18.2. oraz 16.1 SWZ:
z treści:

„18.1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem Platformy, pod adresem:

http://platformazakupowa.pl/pn/pgm_slupsk

w terminie do dnia 23 sierpnia 2023 r., do godziny 11:00.”

na treść:

„18.1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

elektronicznie za pośrednictwem Platformy, pod adresem:

http://platformazakupowa.pl/pn/pgm_slupsk

w terminie do dnia 24 sierpnia 2023 r., do godziny 11:00.”

z treści:

„18.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 sierpnia 2023 r., o godzinie 11:15”

na treść:

„18.2.” **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 sierpnia 2023 r., o godzinie 11:15”**

z treści :

„ 16.1. Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni kalendarzowych, tj. do dnia 21 września 2023 r. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

na treść:

„ 16.1. Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni kalendarzowych, tj. **do dnia 22 września 2023 r.** Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert..”

Na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści w sekcji VIII ogłoszenia o zamówieniu, terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania z ofertą.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ wiążącą wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

Załącznik:

Poprawiony załącznik Nr 3 i Nr 8 do SWZ