



Warszawa, dnia 20 stycznia 2021 r.

WSPRiTS/ZP/S4/2021  
ZP.261.68.2020

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED Nr 2020/S 250-623898 z dnia 23.12.2020 r. na zakup elektrod i akcesoriów do sprzętu medycznego [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/68/20].**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA (cz. I), MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ  
i PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SP ZOZ w Warszawie udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje treść SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu:

**Dotyczy Zadania 5 „Elektrody”:**

**1) PYTANIE: poz. 1** - Producent elektrod EKG zwraca się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie równoważnej elektrody EKG okrągłej z żelazem ciekłym, o średnicy 49 mm, z „noskiem” umożliwiającym odklejanie elektrody. W miejscu „noska” średnica elektrody wynosi 51 mm. Elektroda spełnia wszystkie inne wymagania określone przez Zamawiającego.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza do zaferowania elektrody opisane powyżej.

**2) PYTANIE: poz. 2** - Producent elektrod EKG zwraca się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie równoważnej elektrody EKG okrągłej z żelazem ciekłym, o średnicy 36 mm, z „noskiem” umożliwiającym odklejanie elektrody. W miejscu „noska” średnica elektrody wynosi 42 mm. Elektroda spełnia wszystkie inne wymagania określone przez Zamawiającego.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza do zaferowania elektrody opisane powyżej.

**3) PYTANIE: poz. 2** - Producent elektrod EKG zwraca się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie równoważnej elektrody EKG okrągłej z żelazem stałym, o średnicy 36 mm, z „noskiem” umożliwiającym odklejanie elektrody. W miejscu „noska” średnica elektrody wynosi 42 mm. Elektroda spełnia wszystkie inne wymagania określone przez Zamawiającego.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza do zaferowania elektrody opisane powyżej.

**Dotyczy Zadania 10 „Przyrządy do przetaczania i przedłużacze do pomp”:**

**4) poz. 4** – Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje Opis przedmiotu zamówienia dla ww. pozycji na: „Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z długą elastyczną komorą kroplową o długości min. 60 mm, 20 kropli ± 0,1 ml i wolną od PVC; dwupłaszczyznowa bardzo ostra igła bioczarna wyposażona w szczelny zamykany zapowietrznik filtr płynu o średnicy 15 um, dren o długości od 150 – 200 cm, posiada precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do mocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni oraz dodatkowym otworem do umieszczenia igły bioczerniej po użyciu, opakowanie blister-pack, sterylizowane tlenkiem etylenu. Informacja o braku ftalanów na każdym opakowaniu jednostkowym i w dołączonej do oferty karcie charakterystyki produktu chemicznego, z którego wykonany jest przyrząd.” Zmodyfikowany Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy dla danego zadania stanowi załącznik do niniejszego pisma.



Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **02.02.2021 r. do godz. 08:30.**

Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert w dniu upływu terminu składania ofert, tj. **02.02.2021 r. o godzinie 09:00.**

Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

CYREKTOR  
  
dr. Karol Bielski