

**Wykonawcy postępowania
ZP/71/2024**

Sygnatura: ZP/71/2024

Sprawa: ***Dostawa systemu bezpiecznego napełniania formaliną pojemników do transportu materiału tkankowego w ramach realizacji projektu: Drugi etap budowy CKD UM w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym***

Działając w oparciu art. 284 pkt 6 oraz 286 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1

SWZ pkt. 5.3.4- Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w ust. 5.2 pkt 1 lit. d) SWZ, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 2 dostawy systemu bezpiecznego napełniania formaliną pojemników do transportu materiału tkankowego o wartości co najmniej 100.000,00 brutto łącznie

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 17.07.2024r. oraz modyfikacji zapisu warunku udziału na:

„ Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w ust. 5.2 pkt 1 lit. d) SWZ, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 1 dostawę ~~2 dostawy~~ systemu bezpiecznego napełniania formaliną pojemników do transportu materiału tkankowego o wartości co najmniej 60.000,00 ~~100.000,00~~ brutto łącznie”

zwracamy się jeszcze raz z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o uznanie spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dostawy sprzętu medycznego wykorzystywanego w pracowniach patomorfologii oraz histopatologii o wartościach minimalnych wskazanych przez Zamawiającego. Urządzenie, które jest przedmiotem zamówienia w postępowaniu jest ściśle powiązane z diagnostyką histopatologiczną a wykazanie realizacji dostaw do tego sektora diagnostyki powinno być wystarczające i spełniające warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej postawiony przez Zamawiającego. Każdy materiał tkankowy jest utrwalany w formalinie zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Patomorfologów o czym mowa w punkcie II.2 załącznika nr 2 do SWZ – OPZ.

Urządzenia pozwalające na bezpieczne i bezkontaktowe utrwalanie materiału tkankowego w formalinie na blokach operacyjnym są innowacyjne i obecnie są wprowadzane na rynek w Polsce. Brak zgody na powyższe w znaczny stopniu ogranicza konkurencję i bezpośrednio przekłada się na brak możliwości udziału w postępowaniu przetargowym Wykonawcom wchodzącym na rynek z nowymi rozwiązaniami.

W przypadku braku zgody na powyższe czy Zamawiający uzna spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających

się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 1 dostawy wentylowanego stołu formalinowego do pracy z materiałem tkankowym utrwalonym w formalinie, wyposażonego w system dozowania formaliny o wartości co najmniej 60 000,00zł brutto? Obydwa rozwiązania są tożsame i służą do bezpiecznej pracy z materiałem tkankowym utrwalonym w formalinie, są wentylowane i wyposażone w dedykowane filtry formalinowe.

Odpowiedź

Zamawiający dokonał modyfikacji zapisu warunku udziału poprzez jego wykreślenie.

Ponadto Zamawiający dokonał modyfikacji w zał. 2 do SWZ (OPZ) w poniższych pozycjach:

22b	szerokość 530 - 550 780 mm ze względu na konieczność zmian lokalizacji w ograniczonych wymiarowo przestrzeniach. Przy zamontowanej półce na drukarkę szerokość maksymalnie do 780 mm.
22d	maksymalna waga urządzenia do 100 kg do 240 180 kg wraz z załadunkiem (pojemnik, formalina), urządzenie będzie obsługiwać 16 sal operacyjnych w dwóch segmentach bloku - częsty transport urządzenia wymusza ograniczenia wagowe

W związku z powyższym Zamawiający dokonał odpowiednich modyfikacji w SWZ oraz załącznikach: 2, 3a, 5 do SWZ

Za-cia Dyrektora
Biura Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi