

Dział Zamówień Publicznych

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOWYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zestaw nr 1

Dotyczy: postępowania nr 5B10.291.1.116.2024.AK na: Dostawę automatycznego licznika komórek dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ do przedmiotowego postępowania, przesłany przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z późn. zm.), udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

Lp.	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie automatycznego licznika komórek z: - modułem fluorescencyjnym do detekcji oraz analizy komórek posiadającym sygnał zielonej fluorescencji (GFP) w zakresie ex. 470 +/-20; em. 530 +/-25 nm? - modułem fluorescencyjnym do detekcji oraz analizy komórek posiadającym sygnał czerwonej fluorescencji (PI) w zakresie ex. 530 +/- 20 nm em. 620 +/- 30nm?	Zamawiający nie dopuści urządzenia z modułem fluorescencyjnym obsługującym mniejszy zakres długości fal wzbudzenia i emisji. W ramach badań planowane jest użycie różnych fluoroforów, więc konieczne jest utrzymanie parametrów zakresu fal podanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem,
Przewodniczący Komisji Przetargowej
SPECJALISTA ADMINISTRACYJNY
ds. zamówień publicznych

mgr Artur Karczewski