



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W PRZASNYSZU**



06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9, centrala tel. 29 753 43 00, sekretariat 29 753 43 18, fax 29 753 43 80

NIP 761-13-33-881 REGON 000302480  
www.szpitalprzasnysz.pl sekretariat@szpitalprzasnysz.pl

BDO: 000110316

SPZZOZ.ZP/55/2023

Przasnysz, 12.12.2023 r

**Do wszystkich.,  
którzy pobrali SWZ**

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania udziela odpowiedzi:

**Pyt. 1**

Prosimy o potwierdzenie, czy w przypadku oferowania aktualnie użytkowanego oprogramowania do obsługi pracowni serologii i Banku krwi – Delphyn, Zamawiający dopuszcza utrzymanie aktualnie użytkowanego komputera (hardware) jako serwer oprogramowania wraz z dodatkowym komputerem z Windows 11 Pro i pakietem Office stanowiącym stanowisko obsługi oprogramowania?

*Odp. Zamawiający potwierdza.*

**Pyt. 2**

Prosimy o potwierdzeniem, że w parametrze granicznym: „Urządzenie do automatycznego odwirowania min 24 kart, automatycznego odczytu reakcji nasilenia i przesyłu kolorowego obrazu nasilenia reakcji aglutynacji do oprogramowania urządzenia z niezbędnymi akcesoriami: dwa komputery z oprogramowaniem Windows 11 pro i pakietem office, 1 drukarka laserowe i 1 urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, fax, skaner), tonery do drukarek” – doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający w rzeczywistości wymaga zaoferowania jednego komputera z minimum Windows 7?

*Odp. Zamawiający potwierdza.*

**Pyt. 3**

Prosimy o potwierdzenie, że wskazaną ilość mililitrów w przypadku krwinek wzorcowych (poz. 8 formularza cenowego) należy traktować jako minimalną, a faktycznie należy zaoferować odpowiednio do podanej w poz. 6 formularza cenowego liczny kart do badania screeningu przeciwciał?


*Odp. Zamawiający potwierdza.*

**Pyt. 4**

Prosimy o doprecyzowanie, że zgodnie z treścią rozdziałem V SWZ – OPZ pkt 2. Zamawiający wymaga zaoferowania 1 szt. inkubatora na min. 24 mikrokarty bez możliwości inkubacji próbek z krwią do badań oraz zgodnie z formularzem cenowym 1 szt. inkubatora na min. 24 mikrokarty z możliwością inkubacji próbek z krwią do badań?

*Odp. Zamawiający wymaga jeden inkubator z możliwością inkubacji próbek i kart, drugi inkubator dopuszcza tylko do inkubacji kart.*

Z poważaniem

  
DIREKTOR  
SPZZOZ w Przasnyszu

Zbigniew Makowski