

**WOMPCPL Dz.E III 26/4/2021**

**Lublin, dnia 29.06.2021 r.**

**Do wszystkich wykonawców**

**Dotyczy: Dostawa sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych**

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie Nr 1**

**dot. Aparatu do drenażu limfatycznego.**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat do drenażu limfatycznego o poniższych parametrach :

- 21 zaprogramowanych programów do sekwencyjnego masażu
- Panel LCD, kolorowy 5,7”
- Zakres regulacji ciśnienia : 20-140mmHg
- Sterowanie urządzenia za pomocą przycisków
- System overlapping w mankietach - każda komora w mankiecie połączona jest z kolejną nachodząc na siebie i tworząc tzw. „overlapping”. To unikalne rozwiązanie technologiczne sprawia, że limfa przepchnięta w kierunku dużych ujść, węzłów chłonnych i naczyń nie opada grawitacyjnie, ale wraz z napełnieniem następnej komory jest przesuwana we właściwym kierunku i tempie (zgodnie z metodyką drenażu ręcznego).
- mankiety bez bawełnianej wyściółki. Bawełniana wyściółka nie daje możliwości dezynfekcji co w czasach Covid jest nie do przyjęcia.
- Brak funkcji zapisu ustawień aby po wyłączeniu i włączeniu urządzenia były takie same. Parametry należy dopasowywać indywidualnie dla każdego pacjenta.
- dwupółkowy stolik z koszem na mankiety o wymiarach : 43x54x89cm z 4 kołami transportowymi

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie Nr 2**

**dot. Aparatu do laseroterapii.**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat do laseroterapii z graficznym wyświetlaczem i aplikatorem skanującym : R660nm/100mW + IR 808nm/500mW

**Odpowiedź:**


Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie Nr 3**

Czy Zamawiający dopuści aparat do krioterapii wyposażony w 5-cio stopniowy nadmuch i bez kriopunktury minimum 2 pulsacyjnej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

  
DYREKTOR  
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy  
Centrum Profilaktyczno-Leczniczego  
w Lublinie  
*lek. med. Anna Rutczyńska-Rumińska*