



Poznań, 26 września 2024 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ
WETERYNARII

Dominika Kmet

Nasz znak: AD-O.272.14.2024
Dot. sprawy nr: -

pismo z dnia: -

WYJAŚNIENIE treści SWZ

Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, działając zgodnie z treścią art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu laboratoryjnego.

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet II, załącznik nr 3 do SWZ

Pytanie nr 1: „Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie komory laminarnej, która spełnia wszystkie parametry, producent posiada certyfikat ISO9001, natomiast na sprawdzenie komory nie posiada akredytacji PCA? Badanie komory wykonywane jest czujnikami posiadającymi świadectwa wzorcowania PCA.”

Odpowiedź nr 1: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Wszystkie istotne, minimalne parametry wskazano w załączniku nr 3 do SWZ tj. w opisie przedmiotu zamówienia do niniejszego postępowania, gdzie opisano wymagania dotyczące wzorcowania urządzenia.

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARII

lek. wet. Dominika Kmet

Sporządziła: D. Bartoszewska



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl