



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W LĘBORKU

e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325



Lębork, 14.10.2021 r.

ID postępowania:

ocds-148610-2fa01d11-0fa7-11ec-b885-f28f91688073

### Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników dla Laboratorium Mikrobiologicznego wraz z dzierżawą analizatorów, komory laminarnej i szaf chłodniczych. Znak sprawy: ZP-PN/UE/38/21

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

#### 1. Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 33.

W związku z zaistniałą ewidentną omyłką pisarską dotyczącą podania numeru pozycji w zadaniu 5, gdzie zarówno pytanie jak i odpowiedź dotyczyły **pozycji 2, a nie 3 (testów dotyczących lekowrażliwości, a nie identyfikacji)** Zamawiający wyrazi zgodę na sprostowanie omyłki i czy wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli asortymentowej w pozycji 2 celem wydzielenia i osobnego wycenienia testów do automatycznego oznaczania wrażliwości poszczególnych grup drobnoustrojów opisanych w pozycji 2 Pakietu 5: Testy do automatycznego oznaczania wrażliwości na antybiotyki, dla bakterii tlenowych Gram-dodatnich. W przypadku gdy Wykonawca posiada osobne panele do identyfikacji lekooporności podaną ilość testów proszę podzielić w stosunku 80 % Staphylococcus, Enterococcus, 20% Streptococcus ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie tabeli asortymentowej w Części nr 5 poz. 2 celem wydzielenia i osobnego wycenienia testów do automatycznego oznaczania wrażliwości poszczególnych grup drobnoustrojów, w przypadku gdy Wykonawca posiada osobne panele do identyfikacji lekooporności. Podaną ilość testów proszę podzielić w stosunku Staphylococcus 70%, Enterococcus 20%, Streptococcus 10%.**

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.