



Znak: AE/ZP-27-33/23

Tarnów, 2023-05-18

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku.**

W związku z zapytaniami jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1-3.** Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z informacją o rozmiarze rurki w trzech miejscach- na łączniku oraz w dwóch miejscach na korpusie rurki, spełniające pozostałe wymagania SWZ?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści sterylne prowadnice do rurek intubacyjnych w poniższych rozmiarach:

ROZMIAR	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	ROZMIAR RURKI
6 Fr	2.0 mm	310 mm (±10)	250 mm (±5)	od 2,0 do 4,0
10 Fr	3.3 mm	390 mm (±10)	350 mm (±5)	od 4,5 do 6,5
14 Fr	4.7 mm	390 mm (±10)	355 mm (±5)	od 7,0 do 10,0

3. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści maski z możliwością sterylizacji w autoklawie przez 15 minut w 121 stopniach C, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad. 1** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie **Pakiecie Nr 1 poz. 1-3** rurek intubacyjnych z informacją o rozmiarze rurki w trzech miejscach- na łączniku oraz w dwóch miejscach na korpusie rurki, pod warunkiem że posiadają oznaczenie rozmiaru na części rurki znajdującej się wewnątrz i na zewnątrz pacjenta i spełniają pozostałe wymagania SWZ.

**Ad. 2** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 6** prowadnic w rozmiarach opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

**Ad 3** Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące warunków sterylizacji przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 10 poz. 1.**

Otrzymują:  
Platforma Zamawiającego  
a/a

Zastępca Dyrektora

*mgr Danuta Nosek*

