

Warszawa, dn. 23.02.2022 r.

**BF-2.262.1.2022**

### **Wszyscy uczestnicy postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na **zakup i dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów**

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 135 ust. 1 oraz w terminie o którym mowa w art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy, udziela wyjaśnień treści SWZ i dokonuje zmiany treści SWZ:

#### **Wniosek nr 1:**

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące części IV - szafa bezpieczeństwa przystosowana do przechowywania substancji niebezpiecznych: 1. Jaką wersję drzwi w szafie preferuje Użytkownik: drzwi dwuskrzydłowe z mechanizmem blokady w pozycji otwartej (zgodnie z minimalnymi wymaganiami Zamawiającego) czy drzwi z automatycznym systemem zamykania po 60 sekundach od otwarcia szafy (drzwi są w formie harmonijkowej - składane)?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje**, że zarówno drzwi dwuskrzydłowe z mechanizmem blokady w pozycji otwartej (określone jako minimalny wymóg Zamawiającego) oraz drzwi z automatycznym systemem zamykania po 60 sekundach od otwarcia szafy (drzwi w formie harmonijkowej – składane) spełniają wymagania Zamawiającego.



### **Wniosek nr 2:**

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące części IV - szafa bezpieczeństwa przystosowana do przechowywania substancji niebezpiecznych: 2. Czy Zamawiający dopuści możliwość wydłużenia terminu dostawy do 15 tygodni od podpisania umowy? Na skutek pandemii wydłużone są czasy dostaw niektórych komponentów (szczególnie dotyczy to systemu recyrkulacyjnego do szafy), w związku z tym faktem bardzo prosimy o możliwość wydłużenia terminu dostawy.

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje**, że wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 15 tygodni od dnia podpisania umowy.

Tym samym Zamawiający zmienia treść SWZ w sposób, iż w każdym miejscu gdzie było wskazanie o terminie dostawy wynoszącym 12 tygodni od dnia podpisania umowy w zakresie Cz. IV zamówienia jest 15 tygodni od dnia podpisania umowy.

### **Wniosek nr 3:**

Pytania dotyczące części III – Chromatograf gazowy z detektorem MS/MS.

Czy Zamawiający dopuści chromatograf z elektroniczną kontrolą przepływu i ciśnienia z przynajmniej 3 rampami przepływu/ciśnienia?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje**, że pozostaje przy obecnych zapisach treści SWZ.

### **Wniosek nr 4:**

Pytania dotyczące części III – Chromatograf gazowy z detektorem MS/MS

Czy Zamawiający dopuści detektor mas z potrójnym kwadrupolem z zakresem energii źródła jonizacji 10-150 eV oraz z maksymalną prędkością pracy w trybie MRM  $\geq 800$  przejść/sekundę?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje**, że pozostaje przy obecnych zapisach treści SWZ.

### **Wniosek nr 5:**

Pytania dotyczące części III – Chromatograf gazowy z detektorem MS/MS.

Czy Zamawiający dopuści automatyczny podajnik próbek z możliwością grzania strzykawki do nastrzyków z fazy nadpowierzchniowej w zakresie 40-150°C, z blokiem grzewczym do wialek do nastrzyku fazy nadpowierzchniowej z możliwością wytrząsania oraz z możliwością ustawienia temperatury w zakresie 40-200°C oraz z możliwością rozbudowy podajnika próbek o stację kondycjonującą dla SPME pozwalającą na wygrzewanie włókna w zakresie 40-350°C?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje**, że pozostaje przy obecnych zapisach treści SWZ.



Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stanowią zmianę treści SWZ, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/uokik> do dnia 10 marca 2022 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert następuje w dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 10 marca 2022 r. o godz. 11:15

*Ewa Mrówka*  
*Dyrektor Departamentu Laboratoriów*

