



Lublin, dnia 25.03.2021 r.

RCKiK.DOP.SZ-3321/6/21

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa urządzenia do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w składnikach krwi wraz z 400 sztukami zestawów do inaktywacji biologicznych czynników chorobotwórczych w składnikach krwi, zamrażarki skrzyniowej do przechowywania osocza oraz zamrażarki szufladowej do przechowywania osocza na potrzeby RCKiK w Lublinie”

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, działając w oparciu o zapisy art. 135 ust. 6 w związku z art. 135 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ


Pytanie nr 1.

Dotyczy Części III

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania i zmiany w SWZ, które skutkują brakiem możliwości doboru sprzętu uprzejmie proszę o doprecyzowanie: Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 wymaga urządzenia o pojemności 580 litrów netto, czy brutto? Jeżeli netto, to czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności brutto 618 l (580 l netto) oraz wymiarach odpowiednio (szer. x gł. x wys.) 740 x 870 x 2017 mm?

Odpowiedź: Zamawiający przez pojemność 580 litrów rozumie pojemność netto urządzenia (pojemność użytkowa). Zamawiający dopuszcza urządzenie o pojemności brutto 618 l (580 l netto) o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 740 x 870 x 2017 mm.

DYREKTOR
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Lublinie



lek. med. Małgorzata Orzeł