

Pakiet Nr 14

**CEWNIKI BALONOWE ZE STENTEM METALOWYM POWLEKANE LEKIEM
(Sirolimusem lub pochodne) Z BIODEGRADOWALNYM POLIMEREM**

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	<i>Cewniki balonowe ze stentem metalowym powlekane lekiem (sirolimus lub pochodne) z biodegradowalnym polimerem</i>	300 szt.	431,00	129 300,00	8%	139 644,00	Sahajanand Medical Technologies Pvt. Ltd	Supraflex Cruz / FGTZxxx0yy

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- długość systemu doprowadzającego więcej niż 141 cm- 5% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- profil przejścia nie więcej niż 0,039 cala dla stentu 3,0 mm- 10% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- długości w zakresie od 8 do 48 mm – wymagalne - **TAK**
- średnica od 2,25 mm (lub mniej) – 4,0 mm (lub więcej) – 5% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- grubość przęseł (strutów) stentu 65 µm (0,0026 cala) -10% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- budowa stentu hybrydowa (komórki brzegowe zamknięte, komórki wewnętrzne otwarte) - 10% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F dla wszystkich rozmiarów stentów - wymagalne- **TAK**

.....
data, podpis, pieczęć *

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet Nr 15

**CEWNIKI BALONOWE ZE STENTEM KOBALTOWO-CHROMOWYM POWLEKANE LEKIEM
(Sirolimusem lub pochodne) Z BIODEGRADOWALNYM POLIMEREM**

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Cewniki balonowe ze stentem metalowym powlekane lekiem (do koronaroplastyki)	150 szt.	431,00	64 650,00	8%	69 822,00	Sahajanand Medical Technologies Pvt. Ltd	Supraflex Cruz / FGTZxxx0yy

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- maksymalne ciśnienie nominalne 8 Atm – wymagalne- dopuszczenie z dnia 29.12.2021r.
- średnice wymagane 2,5-4,0 mm – wymagalne, gdy większe – 5%, (**TAK/NIE**)* (**należy wykreślić !**),
- długości min. 9 -35 mm – wymagalne, - gdy dłuższe 5% (**TAK/NIE**)* (**należy wykreślić !**)
- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F dla wszystkich średnic – 5% (**TAK/NIE**)* (**należy wykreślić !**)
- profil końcówki natarcia 0,016 "- 5% (**TAK/NIE**)* (**należy wykreślić !**)
- profil stentu 0,042" lub mniejszy dla średnicy 3,0 mm – 5 % (**TAK/NIE**)* (**należy wykreślić !**)
- stent uwalnia sirolimus (lub pochodną) z biodegradowalnego polimeru – wymagalny- **TAK**
- możliwość przepiężania stentów średnice 2,25-3,0 mm do 4,1 mm i średnice 3,5-4,0 mm do 5,9 mm -15 %, (**TAK/NIE**)* (**należy wykreślić !**),

.....
data, podpis, pieczęć *

*** Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym**

Pakiet Nr 48

STENT KOBALTOWO – CHROMOWY UWALNIAJĄCY EVEROLIMUS

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	<i>Stent kobaltowo – chromowy uwalniający everolimus z polimeru o przedłużonej biodegradacji</i>	100 szt.	431,00	43 100,00	8%	46 548,00	Sahajanand Medical Technologies Pvt. Ltd	Supraflex Cruz / FGTZxxx0yy

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- stent wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego – wymagane- **TAK**
- stent pokryty biodegradowalnym polimerem – 10 % (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- budowa stentu hybrydowa (komórki brzegowe zamknięte, komórki wewnętrzne otwarte) – 5% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- dostępne długości od 8-48 mm - wymagane- **TAK**
- dostępne średnice od 2,0 mm do 4,0 mm – wymagane, gdy ponad 4,0 mm – 10 % (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- grubość przęseł (strutów) stentu 50 µm (0,0020 cala) - dopuszczenie z dnia 29.12.2021r.
- ciśnienie RBP 18 atm dla wszystkich rozmiarów – 5 % (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- długość systemu doprowadzającego 145 cm – 10% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)

.....
data, podpis, pieczęć *

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym