

Pakiet Nr 18

Inflatory wysokociśnieniowe

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	<i>Inflatory wysokociśnieniowe</i>	1300 szt.	65,00 zł	84.500,00 zł	8%	91.260,00 zł	Boston Scientific	ENCORE*/ H749045260XX

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- możliwość łatwego i łagodnego przesuwania tłoku – 10% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- zakres ciśnień 0-25 Atm – gdy więcej 10% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- tarcza manometru umożliwiającą łatwą obserwację w zacienionych pomieszczeniach – 10% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)
- dren wysokociśnieniowy min. 27 cm z kranikiem trójdrożnym – gdy dłuższy 10% (~~TAK/NIE~~)* (należy wykreślić !)

*Produkt sprzedawany na opakowania. 1 op. = 1 szt., 5 szt.

13.01.2021 r., Agnieszka Owczarska
data, podpis, pieczęć *

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Pakiet Nr 29
ZESTAW DO ROTABLACJI WIENCOWEJ

Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa / nr katalogowy
1.	Jednorazowy łącznik z załadowanym wiertłem do rotablacji kompatybilna z konsolą RotaPro	40 sztuk	3.200,00 zł	128.000,00 zł	8% = 10.240,00 zł	138.240,00 zł	Boston Scientific	Rotapro/ H74939300XXXX
2.	Jednorazowe wiertła na potrzeby wymiany do rotablacji kompatybilne z konsolą RotaPro	5 sztuk	1.100,00 zł	5.500,00 zł	8% = 440,00 zł	5.940,00 zł	Boston Scientific	Rotalink Burr/ H802227680XXX
3.	Prowadnik	40 sztuk	500,00 zł	20.000,00 zł	8% = 1.600,00 zł	21.600,00 zł	Boston Scientific	Rotawire*/ H8022XXXXXXXXXX
4.	Konsola elektroniczna ROTAPro – użyczenie na czas trwania umowy	dzierżawa na okres 12 m-cy	700,00 zł/ m-c	8.400,00 zł	23% = 1.932,00 zł	10.332,00 zł	Boston Scientific	RotaPro**/ SVC30ROTAPROREN TM

OCENA JAKOŚCI ZAOFEROWANYCH WYROBÓW:

- Średnice wiertel od 1,25mm; 1.50mm; 1.75 mm; 2.00mm; 2.15mm; 2.25mm; 2.38mm; 2.50mm – wymagane
- Prowadniki rotablacyjne o końcówkach giętkich typu "floppy" i "extra support". – wymagane
- Konsola elektroniczna - wymagane
- - możliwość uzyskania obrotów w zakresie co najmniej od 0 do 180 tys. na minutę – 40% (~~TAK/NIE~~)* (**należy wykreślić !**)
- - możliwość napędzania systemu sprężonym powietrzem lub azotem o ciśnieniu min. 6atm.
- - czytelny panel sterowania
- - pełne sterowanie pracą urządzenia za pomocą przełączników na łączniku

*Produkt sprzedawany na opakowania. 1 op. = 5 szt.

**Dzierżawa konsoli dopuszczona odpowiedziami z dnia 29.12.2020 r.

13.01.2021 r., Agnieszka Owczarska
data, podpis, pieczęć *

***Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym**