

**Nazwa postępowania: „Dostawa przewijaka dla osób  
z niepełnosprawnościami na potrzeby ZCK dla LOF”**

<b>Opis Przedmiotu Zamówienia</b>	
<b>Ilość (w sztukach)</b>	1
<b>Cel</b>	Zapewnienie przewijaka pielęgnacyjnego przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami w budynku użyteczności publicznej
<b>Szerokość</b>	min. 70 – max. 100 cm
<b>Wysokość</b>	min. 117 – max. 140 cm
<b>Długość</b>	180 cm
<b>Dopuszczalne obciążenie</b>	min. 200 – max. 250 kg
<b>Opis</b>	Przewijak pielęgnacyjny dla osób z niepełnosprawnościami w budynku użyteczności publicznej, wymiary: wysokość: min. 117 – max. 140 cm, długość: 180 cm, szerokość: min. 70 – max. 100 cm, dopuszczalne obciążenie min. 200 – max. 250 kg, elementy do mocowania i instrukcja w zestawie, podłączenie do gniazda 230 V, urządzenie z elektryczną regulacją wysokości (w przedziale 40-100 cm) za pomocą pilota na stałe połączonego z urządzeniem w celu zapobiegnięcia jego zagubieniu, materiał leżanki łatwy do czyszczenia i dezynfekcji, wygodny dla użytkownika, osłona bezpieczeństwa na krawędzi zewnętrznej, możliwość złożenia do ściany, gdy nie jest używane, wykonane ze stali nierdzewnej, stali powlekanej, aluminium, kolor przewijaka biały, kolor siedziska jasny szary
<b>Gwarancja</b>	24 miesiące
<b>Miejsce dostawy</b>	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do Lublina, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, do jednej z dwóch wymienionych lokalizacji, znajdującej się przy ul. Krochmalnej 8e w Lublinie lub przy ul. Dworcowej 2 w Lublinie