



ZP.261.29.2.2021

Lębork, dn. 23.09.2021 r.

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-d5b18b65-f9a3-11eb-b885-f28f91688073

### Uczestnicy postępowania ZP-PN/UE/25/21

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne na zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.

Znak sprawy: ZP-PN/UE/25/21.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania dot. w/w postępowania wyjaśnia:

#### **Część nr 93 - dotyczy korekty odpowiedzi z dnia 22.09.2021 r. Odpowiedź na pytanie nr 350-352.**

1. *Poz nr 1-4. Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia należał do Medycznej Klasy IIa czy dopuszcza klasę I? Prosimy o wyjaśnienia ponieważ w naszej ofercie znajdują wymazówki obu klasy.*
  - **Komisja Przetargowa informuje, że wymaga aby dla poz. nr 1, 2 i 4 przedmiot zamówienia należał do Medycznej Klasy IIa.**
2. *Poz. 1-8,11-16. Jakiej klasy czystości oczekuje Zamawiający? Czy wymaga wyrobów sterylnych radiacyjnie (sterile - R ) czy dopuszcza wyroby aseptyczne lub sterylizowane gazowo?*
  - **Komisja Przetargowa informuje, że dla poz. 1, 2 i 4 wymaga klasy medycznej IIa. Dla poz. 5 i 6 wymaga certyfikatu sterylności oraz możliwość dołączenia dokumentu kalibracji potwierdzającego jakość oferowanych ez. Dla poz. 7, 8 wymaga się certyfikatu sterylności dla partii produktu sterylnego. Dla poz. 11-16 wymaga certyfikatów sterylności dla partii produktu sterylnego**
3. *Poz. 8 – czy Zamawiający zaakceptuje końcówki z filtrem sterylne pakowane po 50 sztuk w pudełku ze statywem, oferując 48 takich opakowań?*
  - **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania końcówki z filtrem sterylne opakowanie po 50 szt. w pudełku ze statywem ofertując 48 takich opakowań.**

Z poważaniem

Sekretarz Komisji Przetargowej  
Leszek Kaiser