



Znak: AE/ZP-27-96/20

Tarnów, 2021-01-07

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214.000 EURO na dostawy opatrunków i pasków do zamykania ran dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku poliuretanowego w rozmiarze 6x7cm
2. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie opatrunków pakowanych po 100sztuk?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku poliuretanowego w rozmiarze 7x8,8cm wzmocniony dodatkowo włóknina
4. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz.2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku o wymiarach 15x10cm?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz.5** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku o wymiarach 10x30cm?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz.7** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów w opakowaniu a'10szt w ilości 570 opakowań?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.3** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy jałowej?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 15** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatkowych rękawów opatrunkowych o długości 20m w stanie rozciągniętym?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.1** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego samoprzylepnego opatrunku z folii poliuretanowej z wcięciem dodatkowo wzmocnionej włókniną o wymiarach 7cm x 9cm. Opatrunek jest transparentny – umożliwi stałą kontrolę miejsca wkłucia bez konieczności zdejmowania opatrunku, pozostałe parametry spełnione.
10. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz.1,2** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych nawiniętych na tekturowy rulonik, o czasie wiązania 2-3,5 minuty, pakowanych po 2 szt., z jednoczesnym podaniem ceny za 1 szt. – wszystkie pozostałe parametry i wymagania zgodne z zapisami siwz?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz.1-5** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku jałowego zgodnego z opisem SIWZ, jednakże z siatką polietylenową?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz.1** - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej 20 nitkowej 4 warstwowych w rozmiarze 20 x 30cm, z wszytym w brzeg serwety chipem RTG (jako element kontrastujący), pozostałe parametry serwety bez zmian?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz.3** - Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej 20 nitkowej 4 warstwowej z wszytym w brzeg serwety chipem RTG (jako element kontrastujący), pakowanej a'5 szt– wszystkie pozostałe parametry i wymagania zgodne z zapisami siwz?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 19 poz.1** - Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania samoprzylepnego przezroczystego opatrunku z folii poliuretanowej o wymiarach 6cm x 7cm nie posiadającego systemu ramki, pozostały opis zgodny z SIWZ?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 22 poz.1,2** - Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tufferów gazowych z nitką RTG w kształcie fasolki, z gazy bawełnianej 24 nitkowej, pozostały opis zgodny z SIWZ?
16. **Dotyczy ogólnych warunków umowy roz.XV pkt.9** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisów umowy na następujące: „W przypadku zmiany podatku VAT od towarów i usług, dokonanej w oparciu o zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmianie ulega wyłącznie cena jednostkowa brutto, zaś cena jednostkowa netto pozostaje bez zmian.”

17. **Dotyczy ogólnych warunków umowy roz.XV pkt.14** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej za odstąpienie i rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy do wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
18. **Dotyczy ogólnych warunków umowy roz.XV pkt.23** - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie zapisu dotyczącego każdorazowego naliczania kary umownej w wysokości 300 złotych za niezrealizowane przez Wykonawcę zamówienie. – Kara w tej wysokości może okazać się niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
19. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz.1,2,3** - Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie opatrunku, który zamiast zmiany koloru zmienia swoją objętość (zmiany opatrunku należy dokonać, jeśli utworzy się na nim pęcherz większy niż powierzchnia rany), spełniający wszystkie pozostałe wymogi s.i.w.z..
20. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.1** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
21. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz.2** - Czy Zamawiający dopuści opatrunek foliowy do mocowania kaniul, wodoodporny, posiadający wzmocnione włókniną od wewnątrz skrzydełka rozmiar 5,8 x 8cm?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz.1-3** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
23. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku nasączonym parafiną oraz chlorheksydyną?
24. **Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 1-5** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku włókninowego z warstwą chłonna wykonaną w 80% z włókien naturalnych oraz w 20% z poliestru?
25. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 45cm x 45cm?
26. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety 20-nitkowej?
27. **Dotyczy Pakietu Nr 19 poz.1** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
28. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania watę bawełnianą?
29. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2** - Czy Zamawiający wymaga, aby lignina była przeznaczona do celów medycznych (wyrób medyczny)?
30. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2** - Czy Zamawiający wymaga, aby lignina była pakowana w opakowaniu foliowym zapobiegającym zawilgoceniu?
31. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 11-13** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek dzianych wykonanych z poliestru?
32. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz.1-8** - Czy Zamawiający wymaga, aby na opakowaniu był zaznaczony kierunek otwierania zgodnie z normą EN 868-5?
33. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz.1-8** - Czy Zamawiający, aby mieć pewność, że produkt jest sterylny, wymaga by opakowanie zawierało wskaźnik sterylizacji, umieszczony poza przestrzenią pakowania?
34. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.1** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku sterylnego do mocowania kaniul wykonanego z folii poliuretanowej z dodatkowymi włókninowymi „skrzydełkami” sprawiającymi, że aplikacja jest prosta i szybka?
35. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz.1-2** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek gipsowych pakowanych a 2 szt.? Cena zostanie podana dla porównania za sztukę.
36. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz.1-3** - Czy Zamawiający wymaga sterylizacji parą wodną?
37. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz.1-3** - Czy Zamawiający wymaga, aby brzegi serwety były zabezpieczone w sposób uniemożliwiający wysnucie luźnych nitok?
38. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz.1-3** - Czy Zamawiający wymaga, aby opakowanie zawierało etykietę centralną typu TAG zawierającą z min. 2 naklejki do dokumentacji medycznej, z informacją o nitce RTG i tasie mce?
39. **Dotyczy Pakietu Nr 17 poz.1-3** - Czy Zamawiający wymaga serwet w opakowaniu typu torebka papierowo-foliowa z wycięciem na kciuk i wskaźnikiem procesu sterylizacji?
40. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz.1-3** - Czy Zamawiający wymaga, aby elastyczne przylepce/ rzepy rozciągały się na min. 1 cm wzdłuż przylepcorzępu pod wpływem siły działającej w obrębie pasa oraz posiadające



zdolność powrotu do pierwotnej długości, gdy siła przestaje działać? Elastyczność przylepców/rzepów jest jednym z elementów komfortowego użytkowania produktu.

41. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz.1-3** - Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? Osłonki boczne skierowane na zewnątrz nie powodują niebezpiecznych zagięć, które niosą za sobą ryzyko wystąpienia dodatkowych miejsc ucisku. Z wieloletniego doświadczenia użytkowego wiemy, że falbanki takie w tylnej części (pośladkowej pieluchy) dopasowują się do ciała od zewnątrz i łagodnie przechodzą do pozycji pionowej w części krocza, by skutecznie chronić przed bocznymi wyciekami i podnoszą komfort użytkowania przez pacjenta w odróżnieniu od falbanek skierowanych do wewnątrz.
42. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz.1-3** - Czy Zamawiający wymaga, by pieluchomajtki wykonane były na całej powierzchni z paroprzepuszczalnego i barierowego dla cieczy laminatu (w części środkowej jak i w częściach bocznych biodrowych)?
43. **Dotyczy Pakietu Nr 20 poz.1-3** - Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających podwójny wskaźnik wilgotności, które pozwala na lepsze informowanie o potrzebie zmiany pieluchomajtki?
44. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz.7** - Czy Zamawiający dopuści kompres 17 nitkowy 12 warstwowy spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
45. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz.8** - Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4
46. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.4** - Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie opatrunku poliuretanowego w rozmiarze 6 x 7 cm pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.2

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 1 wyraża zgodę na przeliczenie opatrunków pakowanych po 100 sztuk w ilości 555 opakowań. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad.3

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 7 x 8,8 cm pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opatrunku wzmocnionego włókniną.

Ad.4

Zamawiający w Pakiecie Nr 16 poz. 2 dopuszcza również zaoferowanie opatrunków w rozmiarze 10cm x 15cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.5

Zamawiający w Pakiecie Nr 16 poz. 5 nie wyraża zgody na zaoferowanie opatrunków w rozmiarze 10cm x 30cm. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.6

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 7 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.7

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 3 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.8

Zamawiający w zakresie Pakietu Nr 15 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.9

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 nie wyraża zgody na zaoferowanie opatrunku sterylnego dodatkowo wzmocnionego włókniną. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.10

Zamawiający w Pakiecie Nr 14 poz. 1, 2 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.11

Zamawiający w Pakiecie Nr 16 poz. 1-5 dopuszcza również zaoferowanie opatrunku jałowego z siatką polietylenową. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.



Ad.12

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie serwet operacyjnych 20 nitkowych 4-warstwowych w rozmiarze 20 x 30 cm, z wszytym chipem RTG (jako element kontrastujący). Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.13

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 3 dopuszcza również zaoferowanie serwet operacyjnych 20-nitkowych 4-warstwowych z wszytym chipem RTG (jako element kontrastujący), pakowanych po 5 sztuk. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.14

Zamawiający w Pakiecie Nr 19 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.15

Zamawiający w Pakiecie Nr 22 poz. 1, 2 dopuszcza również zaoferowanie tupferów gazowych z nitką RTG w kształcie fasoli, z gazy bawełnianej 24-nitkowej. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad.16 – Ad.18

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach Rozdziału XV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.

Ad.19

Zamawiający w Pakiecie Nr 8 poz. 1 – 3 nie wyraża zgody na zaoferowanie opatrunku, który zamiast zmiany koloru zmienia swoją objętość. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.20

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 1 dopuszcza również wycenę za opakowanie a 100 szt. w ilości 555 opakowań pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.21

Zamawiający w Pakiecie Nr 6 poz. 2 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.22

Zamawiający w Pakiecie Nr 11 poz. 1 - 3 dopuszcza również wycenę za opakowanie a' 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, tj. w pozycji 1 – 20 opakowań, w pozycji 2 – 4 opakowań, w pozycji 3 – 11 opakowań. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad.23

Zamawiający w Pakiecie Nr 11 poz. 3 dopuszcza także zaoferowanie opatrunku nasączonego parafiną oraz chlorheksydyną pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.24

Zamawiający w Pakiecie Nr 16 poz. 1 - 5 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.25

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 1 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.26

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 3 dopuszcza również zaoferowanie serwet operacyjnych 20 nitkowych. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.27

Zamawiający w Pakiecie Nr 19 poz. 1 dopuszcza również wycenę za opakowanie a' 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, tj. 28 opakowań. Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad.28

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 1 dopuszcza również zaoferowanie waty bawełnianej.

Ad.29

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 2 nie stawia dodatkowych wymagań ponad zawarte w treści SIWZ.

Ad.30

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 2 nie stawia dodatkowych wymagań ponad zawarte w treści SIWZ.

Ad.31

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 11-13 nie wyraża zgody na zaoferowanie opasek dzianych wykonanych z poliestru. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.32

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 1 - 8 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby na opakowaniu był zaznaczony kierunek otwierania zgodnie z normą EN 868-5.



Ad.33

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 1 - 8 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby opakowanie zawierało wskaźnik sterylizacji, umieszczony poza przestrzenią pakowania.

Ad.34

Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 1 nie wyraża zgody na zaferowanie opatrunku sterylnego do mocowania kaniul wykonanego z folii poliuretanowej z dodatkowymi włókninowymi skrzydełkami. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.35

Zamawiający w Pakiecie Nr 14 poz. 1 - 2 nie wyraża zgody na zaferowanie opasek gipsowych pakowanych po 2 szt. Wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.36

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 1 - 3 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaferowane serwety były sterylizowane parą wodną. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.37

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 1 - 3 nie wymaga, ale dopuszcza również, aby brzegi serwety były zabezpieczone w sposób uniemożliwiający wysunięcie luźnych nitek. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.38

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 1 - 3 nie wymaga, ale dopuszcza również aby opakowanie zawierało etykietę TAG z min. 2 etykietami do dokumentacji medycznej z informacją o nitce RTG i tasimce. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.39

Zamawiający w Pakiecie Nr 17 poz. 1 - 3 nie wymaga, ale dopuszcza również zaferowania serwet w opakowaniu typu torebka papierowo-foliowa z wycięciem na kciuk i wskaźnikiem procesu sterylizacji serwet. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.40

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1 - 3 nie wymaga, ale dopuszcza również aby zaferowane pieluchomajtki posiadały przylepce/rzepy rozciągające się na min. 1 cm wzdłuż przylepcorzępu pod wpływem siły działającej w obrębie pasa oraz posiadały zdolność powrotu do pierwotnej długości, gdy siła przestaje działać. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Ad.41

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1 - 3 nie wymaga, ale dopuszcza również zaferowanie pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, z zachowaniem pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.42

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1 - 3 podtrzymuje zapis SIWZ.

Ad.43

Zamawiający w Pakiecie Nr 20 poz. 1 - 3 nie wymaga, ale dopuszcza również zaferowanie pieluchomajtek posiadających podwójny wskaźnik wilgotności, z zachowaniem pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.44

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 7 dopuszcza również zaferowanie kompresów 17 nitkowych 12 warstwowych pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

Ad.45

Zamawiający w Pakiecie Nr 2 poz. 8 podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na zaferowanie wyrobów sklasyfikowanych w klasie I reg. 4.

Ad.46

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 4 podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na zaferowanie wyrobów sklasyfikowanych w klasie I reg. 4.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Platforma Zamawiającego
3. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

