

## Dział Zamówień Publicznych

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOWYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

## Zestaw nr 2

**Dotyczy:** postępowania nr 5B10.291.1.116.2024.AK na: Dostawę automatycznego licznika komórek dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ do przedmiotowego postępowania, przesłany przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z późn. zm.), udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

Lp.	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, jakie rodzaje fluoroforów (prócz GFP, AO, PI) planuje wykorzystywać do liczenia komórek? Czy wykraczają one poza zakres: - sygnału fluorescencji zielonej o zakresie detekcji ex. 470 +/-20; em. 530 +/-25 nm? - sygnał fluorescencji czerwonej o zakresie detekcji ex. 530 +/- 20 nm em. 620 +/- 30nm?	Planowane jest wykorzystanie różnych fluoroforów, w tym modyfikowanych o zmienionych nieco zakresach fal wzbudzenia i emisji a także właściwości autofluorescencyjnych komórek, więc zamawiający nie dopuszcza urządzenia z modułem fluorescencyjnym obsługującym mniejszy zakres fal długości fal wzbudzenia i emisji niż podano w opisie przedmiotu zamówienia.

**Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.**

Z poważaniem,  
Przewodniczący Komisji Przetargowej  
SPECJALISTA ADMINISTRACYJNY  
ds. zamówień publicznych

mgr Artur Karczewski