



Nr sprawy: 11/PNE/SW/2023

Sosnowiec, 03.04.2023r.

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn „**Dostawa odczynników oraz dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu.**”

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu zgodnie z art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, prosimy o uwzględnienie w Załączniku nr 8 - Opisie Przedmiotu Zamówienia, wszelkich dopuszczeń Zamawiającego w danych częściach oraz pozycjach, poprzez wpisanie którego zestawu i pytania dopuszczenie dotyczy.

ZESTAW 1

Pytanie 1

Dotyczy pakietu 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin ważności płytek min. 3-4 tygodnie od momentu dostawy dla pozycji 13?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pakiet nr 2 nie dotyczy płytek tylko krążków antybiotykowych. Jeżeli zaszła omyłka pisarska i pytanie dotyczy pakietu nr 3, poz. 13 to zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2

Dotyczy pakietu 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 do oddzielnego pakietu? Umożliwi to złożenie oferty większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu wybór oferty możliwie najkorzystniejszej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

ZESTAW 2

Pytanie 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie załączników wymaganych do złożenia w ofercie w wersji edytowalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż udostępni załączniki w formie edytowalnej.

Pytanie 2

Dotyczy: Części 21

Pytania do Warunków granicznych dla analizatora:

Pyt. Do pkt.12: W związku z wymogiem zaoferowania klimatyzatora prosimy o podanie kubatury pomieszczenia, w której będzie pracował oferowany klimatyzator.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż powierzchnia to około 36m², 110 m³.





Pytanie 3

Dotyczy: Części 21

Pytania do Warunków granicznych dla analizatora:

Pyt. do pkt.15: Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający zaakceptuje analizator, który nie posiada funkcji identyfikacji odczynników za pomocą barkodów? Odczynniki są przypisywane do zdefiniowanych miejsc na pokładzie aparatu. Konfiguracja taka wykonywana jest przez specjalistę aplikacyjnego podczas instalacji i konfiguracji aparatu i nie wymaga działań ze strony operatora.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza analizator, który nie posiada funkcji identyfikacji odczynników za pomocą barkodów. Odczynniki mogą być zdefiniowane do poszczególnych miejsc na pokładzie aparatu.

Pytanie 4

Dotyczy: Części 21

Pytania do Warunków granicznych dla analizatora:

Pyt. do pkt.16: Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści system, który nie posiada funkcji rozcieńczania próbek po przekroczeniu liniowości metody? Ze względu na specyfikę oznaczeń i szerokie zakresy liniowości oferowanych testów, bardzo rzadko zdarza się przekroczenie tych liniowości. W sytuacjach wyjątkowych, gdyby liniowość została przekroczona, rozcieńczenie próbki można wykonać poza analizatorem, a następnie powtórzyć badanie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza system, który nie posiada funkcji automatycznego rozcieńczenia próbek po przekroczeniu liniowości metody przy zachowaniu szerokich zakresów liniowości.

Pytanie 5

Dotyczy: Części 21

Pytania do Warunków granicznych dla analizatora:

Pyt. do pkt.20: Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści analizator, który sprawdza integralność próbki i w przypadku obecności błędu pobrania (skrzep, pęcherzyki powietrza, za mała próbka) wysyła komunikat . W takiej sytuacji należy sprawdzić próbkę i podjąć właściwe działania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza analizator, który sprawdza integralność próbki i w przypadku obecności błędu pobrania (skrzep, pęcherzyki powietrza, za mała próbka) wysyła komunikat . W takiej sytuacji należy sprawdzić próbkę i podjąć właściwe działania.

Pytanie 6

Dotyczy: Części 21

Pytania do Warunków granicznych dla odczynników:

Pyt. do pkt.2: Zwracamy się z zapytaniem, czy w przypadku parametrów toksykologicznych oznaczanych metodami ilościowymi lub jakościowymi, Zamawiający zaakceptuje użycie materiałów kalibracyjnych jako kontroli? W przypadku tych metod, taki sposób postępowania jest zgodny z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej i stosowany w wielu placówkach toksykologicznych. Materiały kontrolne dostępne na rynku najczęściej dotyczą pojedynczych substancji, tym samym nie są odpowiednie dla grup substancji, które są oznaczane met. ilościowymi i jakościowymi.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie 7

Dotyczy: Części 21

Pytania do Warunków granicznych dla odczynników:

Pyt. do pkt.8 i 13: Zwracamy się z zapytaniem, czy w przypadku kalibratorów/kontroli dla parametrów toksykologicznych Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie mniejszej ilości opakowań niż wynika to ze stabilności po otwarciu opakowania zapisanej w ulotce Producenta, ale zapewniającej możliwość wykonania tych oznaczeń w całym okresie trwania kontraktu? Wieloletnia praktyka używania tych produktów pokazuje, że ich stabilność jest znacznie dłuższa od stabilności ulotkowej, co potwierdzają wyniki kontroli wewnątrz i zewnątrz laboratoryjnej.

Odpowiedź:





Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 8

Dotyczy: Umowa dostawy (wzór) - załącznik nr 7a do SWZ oraz Załącznika nr 8

§ 2 Pkt. 7 oraz warunki graniczne dla odczynników pkt. 3

W związku ze specyfiką oferowanego asortymentu prosimy o zgodę, na skrócenie terminu ważności oferowanych wyrobów medycznych do minimum 6 miesięcy od daty dostawy

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza takie rozwiązanie po przeliczeniu ilości zapewniających wykonanie badań na okres 36 miesięcy i modyfikuje załącznik nr 7a oraz Załącznik nr 8

Pytanie 9

Dotyczy: Umowa dostawy (wzór) - załącznik nr 7a do SWZ oraz Załącznika nr 8

§ 4 Pkt. 1 ust. 1

Prosimy o dopuszczenie realizacji dostawy i instalacji analizatora do 21 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 10

Dotyczy: Umowa dostawy (wzór) - załącznik nr 7a do SWZ oraz Załącznika nr 8

Czy Zamawiający rozważy zmianę wzoru umowy poprzez dodanie do niej klauzuli indeksacyjnej opartej o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podawany raz do roku w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o następującej treści:

„Wykonawca ma prawo zażądać zmiany cen jednostkowych odczynników, kontroli i materiałów zużywalnych jeden raz w danym roku kalendarzowym o wartość równą średniorocznemu wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podanemu w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogółem za poprzedni rok kalendarzowy, o ile ten wskaźnik przekroczy [3]%. Wykonawca w terminie 2 (dwóch) tygodni od daty publikacji powyższego wskaźnika w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” informuje Zamawiającego o skorzystaniu z uprawnienia do podwyższenia cen na piśmie. Uznaje się, że powyższa zmiana cen odczynników i materiałów zużywalnych jest przyjęta przez Strony bez konieczności składania przez nie dodatkowych oświadczeń woli, w tym w szczególności bez konieczności zawarcia aneksu do umowy i obowiązuje dla dostaw realizowanych po dacie zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o skorzystaniu z prawa do waloryzacji cen umownych objętego niniejszym ustępem.

W przypadku braku zgody na dodanie proponowanego zapisu do umowy prosimy Zamawiającego o wprowadzenie własnej wersji klauzuli indeksacyjnej cen do umowy celem zabezpieczenia interesów obu jej stron w obecnej sytuacji rynkowej.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż postanowienie dotyczące waloryzacji wynagrodzenia zawarte jest w §13 i nie ma potrzeby zmiany wzoru umowy.

Pytanie 11

Dotyczy: Umowa dostawy (wzór) - załącznik nr 7a do SWZ oraz Załącznika nr 8

Wnioskujemy o dodanie n/w zapisu do umowy celem doprecyzowania warunków świadczeń serwisowych dla personelu zajmującego się jego obsługą: W celu wykonania usług serwisowych analizatora/ów personel Wykonawcy uzyska nieograniczony dostęp do analizatora/ów stanowiących przedmiot dzierżawy w uzgodnionych wcześniej przez Strony terminach. Zamawiający zapewni, że analizator/y jak również pomieszczenia, w których analizator/y jest zainstalowany nie będą zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie. Uchybienie powyższemu obowiązkowi uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania usług serwisowych.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż modyfikuje Załącznik nr 7a do SWZ.





Pytanie 12

Dotyczy: Umowa dostawy (wzór) - załącznik nr 7a do SWZ oraz Załącznika nr 8

Czy mając na uwadze fakt, że podczas realizacji umowy zostaną wytworzone przez Wykonawcę odpady, co do których istnieją wiarygodne do przyjęcia podstawy, że mogą wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne, inne niż zakaźne, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli:

„Mając na uwadze art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2021 nr 779 r, z późn. zm.), wytwórcą odpadów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, mogących wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne inne niż zakaźne, wraz z odpowiedzialnością za nie, będzie Zamawiający, który potwierdza, że zagospodaruje je zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa. Nie dotyczy to w szczególności odpadów sprzętu i podzespołów elektronicznych czy mechanicznych”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

ZESTAW 3

Pytanie 1

Dot. załącznika nr 7a do SWZ (dla pakietu nr 18) §8 pkt. 1 oraz zał. nr 7 do SWZ §7 pkt. 1

Zamawiający wymaga minimum 1 rocznej gwarancji jakości dostarczonego towaru liczonej od daty dostawy.

Ze względu na zastosowane technologie i cykl produkcyjny producenta, okres gwarancji wynosi maksymalnie 4 miesiące od daty produkcji. Wykonawca nie ma wpływu na okres gwarancji określony przez producenta. Wykonawca może zaproponować możliwość złożenia rocznego a nawet dwurocznego harmonogramu dostaw w oparciu o planowane zużycie. Analizator pracuje jedynie na dwóch materiałach zużywalnych z określonym przewidywalnym terminem przydatności, co pozwala na dokładne przewidzenie ilości potrzebnych elementów zapewniających nieprzerwaną pracę. Łatwość planowania wymiany elementów zużywalnych w połączeniu z harmonogramem dostaw pozwoli na zmniejszenie stanów magazynowych. Czy w związku z powyższymi faktami Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dla części nr 18 i 19 odczynników i materiałów zużywalnych z 3 miesięcznym terminem ważności licząc od daty dostawy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę i modyfikuje załącznik nr 7a oraz załącznik nr 7 dla części 18 i 19.

Pytanie 2

Dot. załącznika nr 8 do SWZ – część 18 – parametry techniczne i funkcjonalne

W pkt. 12 Zamawiający określił minimalną objętość próbki na maksymalnie 50 µl zarówno z kapilary jak również ze strzykawki.

Prosimy o dopuszczenie do postępowania analizatora parametrów krytycznych który do wykonania kompletu oznaczeń wymaga objętości 45 µl z kapilary i 65 µl ze strzykawki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie 3

Dot. załącznika nr 7a do SWZ (dla pakietu nr 18) - §9 pkt. 1.1 oraz zał. nr 7 do SWZ §8 pkt. 1.1

Wnosimy o zmianę zapisów na:

„W wysokości 1 % od wartości niedostarczonej partii Towaru – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki względem któregokolwiek z terminów, o których mowa w § 3 ust. 6 umowy”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.





ZESTAW 4

Pytanie 1

Czy w Części 20 poz. 1 Zamawiający dopuści zaoferowanie testu narkotykowego o przewyższającej czułości w stosunku do testów opisanych w siwz, tj. o niższych wartościach cut-off w ng/ml: amfetamina (AMP): 300, metamfetamina (m-AMP): 300, benzodiazepiny (BZD):200, kokaina (COC): 100, marihuana (THC): 25. Wyższa czułość pozwala na wykrycie narkotyków o osób przyjmujących je jednorazowo lub sporadycznie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2

Czy w Części 20 poz. 1 Zamawiający dopuści zaoferowanie testu panelowego (zanurzeniowego), który w odróżnieniu od testów kasetkowych umożliwi natychmiastowe, jednoczesne wykrycie narkotyków w moczu pacjenta? Prosimy o zwrócenie uwagi, że testy kasetkowe nie są testami jednoetapowymi (wymagają wprowadzania próbek do kolejnych studzienek testu, co wydłuża czas wykonania testu i zwiększa możliwość popełnienia błędu wynikającego z nałożenia próbki o nieodpowiedniej objętości). Mając na uwadze powyższe prosimy o dopuszczenie jak na wstępie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie 3

Czy w Części 20 poz. 2 Zamawiający dopuści zaoferowanie testu narkotykowego o następującej czułości (w ng/ml): AMP80, m-AMP70, THC50, MOR/OPI40, COC50, MDMA50?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4

Prosimy o informację w jaki sposób przeliczyć w Części 20 poz. 3, 4 i 9 liczbę testów na ilość opakowań handlowych w sytuacji, w której wynik dzielenia ilości opakowań przez liczbę testów nie jest liczbą całkowitą.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści w Części 20 poz. 11 i 12 zaoferowanie zestawu kontrolnego zawierającego zarówno kontrolę pozytywną jak i negatywną, zapakowane w dwie oddzielne fiolki?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wskazane kontrole dotyczą poz. 10 i 11 a nie poz. 11 i 12. Jeśli dotyczy zapytania do poz. 10 i 11 to Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

ZESTAW 5

Pytanie 1

Część 7 pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 5 części 7 produktu nie będącego wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych i dla którego stawka VAT wynosi 23%?

Odpowiedź:

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 7 w poz. 5 produktu nie będącego wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, o ile jest on zakwalifikowany jako LUO (Lab Use Only) – wyłącznie do użytku laboratoryjnego i nie ma statusu IVD (do diagnostyki in vitro).





Pytanie 2

Część 14 pozycja 5

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w pozycji 5, wymagając zaofiarowania 1 opakowania, ma na myśli szczerp wzorcowy w opakowaniu 25 sztuk czy w opakowaniu 10 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający miał na myśli szczerp wzorcowy w opakowaniu 25 sztuk, w związku że zaszła omyłka pisarka modyfikuje Załącznik nr 8 (opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowo- cenowy) w części 14.

ZESTAW 6

Pytanie 1

Dotyczy formularzy cenowych dla pakietu nr 1, 5, 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w formularzu cenowym kolumny z ceną jednostkowa netto za opakowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Dotyczy formularzy cenowych dla pakietu nr 1, 5, 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w formularzu cenowym kolumny z ilością opakowań i ceną jednostkową netto i wyrazi zgodę na wyliczenie wartości oferty poprzez pomnożenie ilości opakowań x cena jednostkowa netto za opakowanie? Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie realnych kosztów wynikających z oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Dotyczy Załącznika nr 5 dla pakietów 1, 5, 12, Rozdz X pkt 1.1.C SWZ oraz par 2 pkt 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby tylko produkty, które zostały zakwalifikowane przez wytwórcę jako wyroby medyczne lub wyroby medyczne do diagnostyki in vitro i tym samym podlegają Ustawie o wyrobach medycznych mają posiadać dopuszczenie do obrotu lub deklarację zgodności CE IVD ? Wykonawca dodatkowo przedstawi w ofercie oświadczenie które produkty nie są zaliczane do wyrobów medycznych i nie podlegają ustawie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do wymagania w pkt. 1.1. c Rozdziału X SWZ zapisu o treści: „ jeżeli dotyczy”

Pytanie 4

Dotyczy Formularza cenowego pakiet nr 5 pkt 3 pod pakietem - Czy Zamawiający odstąpi od dostarczenia certyfikatów jakości po podpisaniu umowy w wersji papierowej lub elektronicznej do każdej serii i wyrazi zgodę na udostępnienie strony internetowej Wykonawcy gdzie będą dostępne dokumenty tj, certyfikaty, deklaracje, instrukcje do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego? Uzasadnienie: Strona internetowa oferenta została stworzona po to, aby ułatwić klientom dostęp do potrzebnych informacji oraz usprawnić procesy związane z dostawami produktów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza lecz nie wymaga.

Pytanie 5

Dotyczy projektu umowy dla pakietu 1 par 2 pkt 7 oraz par 8 pkt 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie produktów z minimalnym terminem ważności 6 miesięcy od daty pojedynczej dostawy? Uzasadnienie: Ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników - nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaofiarowanie produktów z minimalnym terminem ważności 6 miesięcy od daty pojedynczej dostawy, o ile oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 7b do SWZ.





Pytanie 6

Dotyczy projektu umowy dla pakietu 5 par 2 pkt 8 oraz par 7 pkt 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów z minimalnym terminem ważności 4-8 tygodni od daty pojedynczej dostawy co będzie zgodne z wymaganiami podanymi w opisie przedmiotu zamówienia zamawiającego? Uzasadnienie: Ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników - nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający określił wymaganą ilość odczynników oraz termin ważności odczynników w formularzu asortymentowo- cenowym poszczególnych pakietów. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 7 do SWZ.

Pytanie 7

Dotyczy pakietu 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zdalnego serwisu dla oferowanego analizatora w celu zapewnienia szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium oraz przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oprogramowania?

Jeżeli tak, to zwracamy się z prośbą o dodanie paragrafu w umowie:

§ X

„Zamawiający udostępni łącze internetowe w celu umożliwienia Wykonawcy zdalnego połączenia się z analizatorem poprzez własne oprogramowanie, które pozwoli na udzielenie szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium oraz przeprowadzanie obowiązkowych aktualizacji oprogramowania. Każdorazowy zdalny dostęp do analizatora będzie odbywał się na prośbę lub po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem laboratorium/użytkownikiem aparatu i wymaga jego akceptacji poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony na ekranie komputera obsługującego analizator. Wszelkie zdalne działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w umowie w paragrafie 4 „Urządzenie” dodatkowego punktu o następującym zapisie:

„Zamawiający udostępni łącze internetowe w celu umożliwienia Wykonawcy zdalnego połączenia się z analizatorem poprzez własne oprogramowanie, które pozwoli na udzielenie szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium oraz przeprowadzanie obowiązkowych aktualizacji oprogramowania. Wszelkie zdalne działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych.”

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 7b do SWZ.

Pytanie 8

Dotyczy pakietu 1

Czy w punkcie 7 Parametrów granicznych Zamawiający może podać szacunkową ilość stron do wydruku – ta informacja jest potrzebna, aby zaoferować odpowiednią ilość tonerów na czas trwania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wydruku codziennego raportu aparatu celem zapisu przeprowadzonych czynności konserwacyjnych, co pomoże Oferentowi oszacować ilość stron do wydruku.

Pytanie 9

Dotyczy pakietu 1

Czy w punkcie 13 Parametrów granicznych Zamawiający może podać jaki system informatyczny funkcjonuje w szpitalu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w szpitalu funkcjonuje system Infomedica firmy Asseco.

Pytanie 10

Dotyczy pakietu 1

Czy w punkcie 15 Parametrów granicznych Zamawiający dopuści aparat wolnostojący, nie nastołowy, o wymiarach: wysokość – 196 cm, szerokość – 73 cm i głębokość – 91 cm?





Odpowiedź:

Zamawiający w załączniku nr 8 (opis przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowo- cenowy) podał wymiary posiadanego stołu w laboratorium pod aparat, jednak Zamawiający dopuści aparat wolnostojący, nie nastołowy o wymiarach: wysokość – 196cm, szerokość – 73 cm i głębokość – 91 cm.

Pytanie 11

Dotyczy pakietu 1

Czy w punkcie 16 Parametrów granicznych Zamawiający ma na myśli analizator oraz butelki z podłożami z pozycji 1 i 2?

Odpowiedź:

Zamawiający miał na myśli analizator i podłoża transportowo- wzrostowe.

Pytanie 12

Dotyczy pakietu 5

Czy w pozycji nr 4 Zamawiający wymaga rozróżnienia na tym podłożu Enterococcus faecalis od Enterococcus faecium na podstawie dwóch różnych kolorów, co ma być opisane w instrukcji używania opracowanej przez producenta oraz w kolorowej ulotce producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość rozróżnienia na tym podłożu szczepów wankomacynoopornych Enterococcus faecalis od Enterococcus faecium na podstawie kolorów.

Pytanie 13

Dotyczy pakietu 5

Czy w pozycji 5 Zamawiający wymaga, aby na jednej stronie dwudzielnej płytki rosły Enterobacteriaceae wytwarzające głównie karbapenemazy typu KPC oraz metalo-beta-laktamazy typu NDM-1, VIM, IPM a druga strona płytki była specyficzna wyłącznie dla wykrywania Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy typu OXA-48?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga podłoża dwudzielnego, które będzie identyfikować na jednej części podłoża wytwarzanie karbapenemaz, a na drugiej części podłoża karbapenemazę typu OXA- 48.

Pytanie 14

Pytania do Umowy (zał. nr 7):

14. §3 pkt 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Zamawiający określi każdorazowo w zamówieniu ilość i asortyment zamawianego Towaru”?

Uzasadnienie: Wykonawca nie ma możliwości każdorazowego potwierdzania faktu otrzymania zamówienia. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o odstąpienie od przedmiotowego postanowienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie 15

Pytania do Umowy (zał. nr 7):

§3 pkt 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Każda dostawa Towaru zrealizowana przez Wykonawcę zgodnie z zamówieniem zostanie potwierdzana przez upoważnionego pracownika Zamawiającego w liście przewozowym, w treści protokołu zdawczo-odbiorczego wystawianego przez Wykonawcę lub innym dokumencie stwierdzającym fakt dostarczenia i odbioru Towaru.

Uzasadnienie: Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie zapisu o sformułowanie umożliwiające potwierdzenie faktu realizacji zamówienia poprzez podpisanie przez Zamawiającego innego dokumentu. Wykonawca podobnie jak zdecydowana większość firm działających na rynku nie ma technicznej możliwości do spełnienia powyższego wymogu. Wykonawca w zakresie realizacji dostaw zamówionego asortymentu korzysta z usług zewnętrznej firmy przewozowej zapewniającej należyte warunki transportu. W związku z korzystaniem z usług zewnętrznej firmy przewozowej w zakresie realizacji dostaw podpisanie protokołu odbioru jest niemożliwe gdyż Kurier/ firma transportowa nie dysponują tego rodzaju dokumentami, a Wykonawca nie ma możliwości ich dostarczenia Zamawiającemu gdyż jest nieobecny przy czynności doręczenia zamówienia. Standardowo potwierdzenie faktu





realizacji zamówienia stanowi podpisany przez Odbiorcę list przewozowy przekazany przez kuriera. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z uprzejmą prośbą o przychylne rozpatrzenie zadanego pytania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje załącznik nr 7 do SWZ.

Pytanie 16

Pytania do Umowy (zał. nr 7):

§6 pkt 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Faktury VAT będą wystawiane każdorazowo po dokonanej dostawie na podstawie podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego dokumentu określonego w § 3 ust. 7 umowy, w którym potwierdzono dostawę towaru bez zastrzeżeń oraz oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 3 (o ile dotyczy).”?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 17

Pytania do Umowy (zał. nr 7):

§6 pkt 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Zapłata wynagrodzenia za dokonaną dostawę nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy/nr_rachunku_bankowego/....., w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wymaga aneksu do umowy.”?

Uzasadnienie Z uwagi na ograniczenia techniczne oraz lokalizację magazynu znajdującą się poza granicami RP Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o odstąpienie od konieczności dostarczania faktur wraz protokołami zdawczo-odbiorczymi oraz innymi dokumentami potwierdzającymi fakt prawidłowej realizacji zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 18

Pytania do Umowy (zał. nr 7):

§7 pkt 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego co do jakości dostarczonego Towaru złożoną na podstawie gwarancji w terminie 4 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail”?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 19

Pytania do Umowy (zał. nr 7):

§8 pkt 1 ppkt 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„ w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 3 umowy obliczonego od wartości niedostarczonej partii Towaru – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki względem któregośkolwiek z terminów o których mowa w § 3 ust. 6 umowy,”?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 20

Pytania do Umowy (zał. nr 7):

§8 pkt 1 ppkt 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„w wysokości 10 % niezrealizowanej części wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 3 umowy – w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego albo Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,”?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.





Pytanie 21

Pytania do Umowy (zał. nr 7):

§8 pkt 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie przekroczy 50% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 5 ust. 3 powyżej.”?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 22

Pytania do Umowy (zał. nr 7b):

§3 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 4 dni roboczych liczonych od daty otrzymania zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 23

Pytania do Umowy (zał. nr 7b):

§3 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Każda dostawa Towaru zrealizowana przez Wykonawcę zgodnie z zamówieniem zostanie potwierdzona przez upoważnionego pracownika Zamawiającego w liście przewozowym, w treści protokołu zdawczo-odbiorczego wystawianego przez Wykonawcę lub innym dokumencie stwierdzającym fakt dostarczenia i odbioru Towaru.

Uzasadnienie: Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie zapisu o sformułowanie umożliwiające potwierdzenie faktu realizacji zamówienia poprzez podpisanie przez Zamawiającego innego dokumentu. Wykonawca podobnie jak zdecydowana większość firm działających na rynku nie ma technicznej możliwości do spełnienia powyższego wymogu. Wykonawca w zakresie realizacji dostaw zamówionego asortymentu korzysta z usług zewnętrznej firmy przewozowej zapewniającej należyte warunki transportu. W związku z korzystaniem z usług zewnętrznej firmy przewozowej w zakresie realizacji dostaw podpisanie protokołu odbioru jest niemożliwe gdyż Kurier/firma transportowa nie dysponują tego rodzaju dokumentami, a Wykonawca nie ma możliwości ich dostarczenia Zamawiającemu gdyż jest nieobecny przy czynności doręczenia zamówienia. Standardowo potwierdzenie faktu realizacji zamówienia stanowi podpisany przez Odbiorcę list przewozowy przekazany przez kuriera. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z uprzejmą prośbą o przychylnie rozpatrzenie zadanego pytania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje załącznik nr 7b do SWZ.

Pytanie 24

Pytania do Umowy (zał. nr 7b):

§7 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Faktury VAT będą wystawiane każdorazowo po dokonanej dostawie na podstawie podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego dokumentu określonego w § 3 ust. 7 umowy, w którym potwierdzono dostawę towaru bez zastrzeżeń oraz oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 3 (o ile dotyczy).”?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 25

Pytania do Umowy (zał. nr 7b):

§7 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Zapłata wynagrodzenia za dokonaną dostawę nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy/nr_rachunku_bankowego/....., w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wymaga aneksu do umowy.”?

Uzasadnienie Z uwagi na ograniczenia techniczne oraz lokalizację magazynu znajdującą się poza granicami RP Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o odstąpienie od konieczności dostarczania faktur wraz protokołami zdawczo-odbiorczymi oraz innymi dokumentami potwierdzającymi fakt prawidłowej realizacji zamówienia.





Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 26

Pytania do Umowy (zał. nr 7b):

§8 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
„Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego co do jakości dostarczonego Towaru złożoną na podstawie gwarancji w terminie 4 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail”?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 27

Pytania do Umowy (zał. nr 7b):

§8 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczanego na wymianę wadliwego Towaru na Towar zgodny z Umową do 72 godzin przypadających w dni robocze od uznania reklamacji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyrażamy zgody na powyższe.

Pytanie 28

Pytania do Umowy (zał. nr 7b):

§9 ust. 1 pkt 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
„w wysokości 1 % wartości brutto zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki względem któregośkolwiek z terminów o których mowa w § 3 ust. 6 umowy,”?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż modyfikuje załącznik nr 7b do SWZ.

Pytanie 29

Pytania do Umowy (zał. nr 7b):

§9 ust. 1 pkt 1 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację, prosimy o wskazanie podstawy naliczania kary umownej w razie zwłoki w dostawie partii towaru tj. wskazanie czy ewentualna kara będzie naliczana od wartości brutto danego zamówienia, wartości trzyletniego kontraktu czy też wartości niedostarczonego w terminie towaru ?

Uzasadnienie: Użyte przez Zamawiającego w Umowie sformułowanie „ 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 3 umowy obliczonego od wartości niedostarczonej partii Towaru” budzi wątpliwości Wykonawcy w jego interpretacji dlatego mając na uwadze uniknięcie nieporozumień i niejasności na etapie realizacji Umowy zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie znaczenia użytego w Umowie sformułowania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż modyfikuje załącznik nr 7b do SWZ.

Pytanie 30

Pytania do Umowy (zał. nr 7b):

§9 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić strony do 50 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 6 ust. 3?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 31

Pytania do Umowy (zał. nr 7b):

§9 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
„Poza przypadkami określonymi w przepisie art. 456 ustawy Pzp i innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa, bądź pozostałych postanowieniach Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do należytej realizacji umowy, i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej części wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 3 umowy, w przypadkach, gdy:”?





Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

ZESTAW 7

Pytanie 1

Dotyczy pkt. 7 parametrów granicznych aparatu w Części 1 (Załącznik nr 8 do SWZ):

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od konieczności bezpłatnego zapewnienia toneru do drukarki.

Prosimy o modyfikację ww. załącznika tak, aby istniała możliwość wliczenia tego kosztu w koszt dzierżawy aparatu, np. poprzez modyfikację parametru na: „Zamawiający wymaga zapewnienia w cenie dzierżawy aparatu toneru do drukarki przez cały okres obowiązywania umowy.”

Uzasadnienie: Zamawiający nie powinien wymagać świadczenia nieodpłatnego, gdyż z art. 2 pkt 13 PZP wynika, że zamówienie publiczne to odpłatna umowa tym samym odpowiednio świadczenie nieodpłatne jest niedopuszczalne, a wszystkie części oferty powinny zostać wycenione.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje Załącznik nr 8 do SWZ (parametry graniczne aparatu i właściwości podłoża poz. 7) na następujący zapis: „Zamawiający wymaga zapewnienia w cenie dzierżawy aparatu, toneru do drukarki przez cały okres obowiązywania umowy.”

Pytanie 2

Dotyczy pkt. 7 parametrów granicznych aparatu w Części 1 (Załącznik nr 8 do SWZ):

Zwracamy się z prośbą o określenie przybliżonej ilości wydruków na miesiąc

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wydruku codziennego raportu aparatu celem zapisu przeprowadzonych czynności konserwacyjnych, co pomoże Oferentowi oszacować ilość stron do wydruku.

Pytanie 3

Dotyczy pkt. 4 parametrów w Części 3 (Załącznik nr 8 do SWZ):

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia certyfikatu kontroli jakości po podpisaniu umowy, do każdej partii płytek w zamian za udostępnienie Zamawiającemu darmowej strony internetowej, z której Użytkownik w dowolnej chwili w prosty sposób będzie mógł pobrać certyfikat kontroli jakości dla danego numeru katalogowego i nr serii (LOT) produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza udostępnienie strony internetowej przez Oferenta celem samodzielnego pobierania dokumentów tj.: certyfikatów kontroli jakości.

Pytanie 4

Dotyczy Rozdziału X pkt. 1.1a) SWZ oraz Oświadczenia (Załącznik nr 5 do SWZ):

Prosimy o potwierdzenie, że wymienione zapisy dotyczą tylko wyrobów medycznych i w przypadku zaoferowania wyrobu nie będącego wyrobem medycznym, wykonawca złoży oświadczenie, że zaoferowany produkt nie jest wyrobem medycznym. W związku z tym zwracamy się z prośbą o dopisanie do wymogu w Rozdziale X pkt. 1.1a) SWZ oraz w Oświadczeniu zapisu: „dotyczy wyrobów medycznych.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na dodanie do wymagania dotyczącego Rozdziału X pkt. 1.1a o zapisu „, jeżeli dotyczy” i modyfikuje SWZ.

Pytanie 5

Dotyczy Rozdziału X pkt. 1.1c) SWZ

W nawiązaniu do Pytania 1 zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że wymóg dostarczenia do oferty certyfikatu/ deklaracji zgodności dotyczy jedynie wyrobów medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza i modyfikuje Rozdział X pkt. 1.1c SWZ. o zapis „, jeżeli dotyczy”





Pytanie 6

Dotyczy Rozdziału X pkt. 1.1c) SWZ

Z uwagi na bardzo dużą liczbę pozycji w pakietach zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia do oferty certyfikatu/ deklaracji zgodności na rzecz złożenia oświadczenia o ich posiadaniu i udostępnieniu na każde żądanie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie 7

Dotyczy §2 ust. 6 wzoru umowy (Zał. nr 7 do SWZ) oraz §2 ust. 7 wzoru umowy (Zał. nr 7a i 7b do SWZ):

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie asortymentu z terminem przydatności do użycia nie krótszym niż 6 miesięcy licząc od daty dostawy lub zgodny z wymogami pod formularzami cenowymi.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż modyfikuje załącznik nr 7, 7a, 7b do SWZ.

Pytanie 8

Dotyczy §7 ust. 4 wzoru umowy (Zał. nr 7 do SWZ) oraz §8 ust. 4 wzoru umowy (Zał. nr 7a i 7b do SWZ):

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wymiany wadliwego Towaru do 72 godzin w dni robocze.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie 9

Dotyczy §8 ust. 1.2) oraz §8 ust. 6 wzoru umowy (Zał. nr 7 do SWZ):

Zwracamy się z prośbą o naliczanie kar od wartości niezrealizowanego wynagrodzenia umownego brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody

Pytanie 10

Dotyczy §8 ust. 3 wzoru umowy (Zał. nr 7 do SWZ) oraz §9 ust. 3 wzoru umowy (Zał. nr 7a i 7b do SWZ):

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości kar do 30% wynagrodzenia brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody

Pytanie 11

Dotyczy §8 ust. 6 wzoru umowy (Zał. nr 7 do SWZ) oraz §9 ust. 6 wzoru umowy (Zał. nr 7a i 7b do SWZ):

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zwrotu „*bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy*” i umieszczenie zwrotu „*po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy*”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody

Pytanie 12

Dotyczy §8 ust. 6 pkt. 1) i 2) wzoru umowy (Zał. nr 7 do SWZ) oraz §9 ust. 6 pkt. 1) i 2) wzoru umowy (Zał. nr 7a i 7b do SWZ):

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na „trzykrotna zwłoka” (pkt. 1) oraz „trzykrotnie nie wymieni wadliwego Towaru” (pkt. 2).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody

Pytanie 13

Dotyczy §4 ust. 1.3) wzoru umowy (Zał. nr 7a i 7b do SWZ)





Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że wystarczającym dokumentem ubezpieczenia będzie polisa OC i odpowiedzialności za produkt.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza.

Pytanie 14

Dotyczy Załącznika nr 8 do SWZ, część 1 – Podłoża transportowo wzrostowe do hodowli drobnoustrojów w krwi i płynach ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu

Czy ze względu na to, iż producenci podłoży do posiewu krwi i płynów ustrojowych, którzy umieszczają w ulotkach technicznych informację o potrzebie suplementacji, np. w rozdziale „Ograniczenia metody” Zamawiający w przypadku posiewania płynu mózgowo-rdzeniowego ma na myśli przeprowadzenie procedury diagnostycznej z uwzględnieniem zalecanym w ograniczeniu metody procedur suplementacyjnych, tak by osiągnąć jak najbardziej optymalną diagnostykę pacjenta w kierunku jak najszybszego wykrycia drobnoustrojów w płynie mózgowo-rdzeniowym, jak i innych płynach ustrojowych co pozwoli w najkrótszym możliwym czasie na wprowadzenie optymalnej terapii?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż suplement nie jest przedmiotem zamówienia. Nie wszyscy producenci dostępnych na rynku podłoży w ulotkach technicznych opisują wymóg suplementacji płynów ustrojowych. Poza tym inni producenci w swoich ulotkach technicznych w rozdziale „Ograniczenie metody”, nie mają informacji o suplementacji płynów ustrojowych, a jedynie o suplementacji krwi o bardzo małej objętości.

Pytanie 15

Dotyczy Załącznika nr 8 do SWZ, część 1 – Podłoża transportowo wzrostowe do hodowli drobnoustrojów w krwi i płynach ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu

Czy Zamawiający wymaga, aby w/w suplement był opatrzony instrukcją użytkowania z opisaną procedurą do zastosowania z używanymi podłożami do monitorowania krwi i innych płynów ustrojowych i pochodzić od tego samego producenta co oferowane podłoża, aby zapewnić kompatybilność oraz łatwość rozpatrywania reklamacji w przypadku wadliwych wyników?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż suplement nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie 16

Dotyczy Załącznika nr 8 do SWZ, część 1 – Podłoża transportowo wzrostowe do hodowli drobnoustrojów w krwi i płynach ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu

Jeżeli Zamawiający wymaga suplementu wzbogacającego do podłoży to prosimy o podanie ilości podłoży, w których przewiduje konieczność dodania suplementu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż suplement nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie 17

Dotyczy Załącznika nr 8 do SWZ, część 1, formularz asortymentowo-cenowy – Podłoża transportowo wzrostowe do hodowli drobnoustrojów w krwi i płynach ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu

Czy Zamawiający wymaga wyceny takiej ilości zalecanego suplementu, aby zabezpieczył ciągłość terminu przydatności po otwarciu opakowania zbiorczego przez 36 miesięcy trwania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż suplement nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie 18

Dotyczy Załącznika nr 8 do SWZ, część 1, formularz asortymentowo-cenowy – Podłoża transportowo wzrostowe do hodowli drobnoustrojów w krwi i płynach ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu



Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany suplement miał oznakowanie CE IVD zgodnie z Dyrektywą 98/79/EC dla wyrobów medycznych do diagnostyki in-vitro?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż suplement nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie 19

Dotyczy Załącznika nr 8 do SWZ, część 1, formularz asortymentowo-cenowy – Podłoża transportowo wzrostowe do hodowli drobnoustrojów w krwi i płynach ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu

Czy Zamawiający wymaga, aby suplement był zwalidowany przez producenta z oferowanymi podłożami co zostanie potwierdzone dokumentem?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż suplement nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie 20

Dotyczy Załącznika nr 8 do SWZ, część 1, formularz asortymentowo-cenowy – Podłoża transportowo wzrostowe do hodowli drobnoustrojów w krwi i płynach ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu

Czy Zamawiający wymaga, aby suplement ze względu na ryzyko kontaktu z materiałem potencjalnie zakaźnym oraz z zagwarantowanym terminem ważności, był zaoferowany w postaci liofilizatu zawierającego substancje niezbędne do wzrostu drobnoustrojów wymagających (NAD i hemina) i nie będące krwią?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż suplement nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie 21

Dotyczy Załącznika nr 8 do SWZ, część 1, parametry graniczne aparatu i właściwości podłoży; pkt. 15 –

Wymiary stołu pod aparat: głębokość 60 ± 2 cm, długość max. 180 cm

Czy Zamawiający dopuści wymiary stołu pod aparat: głębokość 86 ± 2 cm, długość max. 64 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w Załączniku nr 8 – opis przedmiotu zamówienia podał wymiary posiadanego stołu w laboratorium pod aparat, jednak Zamawiający dopuści wymiary stołu pod aparat : głębokość 86 ± 2 cm, długość max. 64 cm, o ile Oferent dostarczy stół o proponowanych wymiarach.

Pytanie 22

Dotyczy Załącznika nr 8 do SWZ, część 1, parametry graniczne aparatu i właściwości podłoży; pkt. 15 –

Wymiary stołu pod aparat: głębokość 60 ± 2 cm, długość max. 180 cm

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie, w przypadku wygrania postępowania, instalacji przez serwis aparatu na płycie stalowej $1m \times 1m$ we wskazanym miejscu, które dopuszcza ustawienie aparatu o wadze 300 kg/m^2 (wraz z płytą).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie 23

Dotyczy Załącznika nr 8 do SWZ, część 2, Krążki antybiotykowe do wykonywania oznaczeń metodą dyfuzyjno-krażkową wraz z dzierżawą dispenserów, formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający wymaga, aby każda fiolka posiadała ostatni krążek oznaczony fabrycznym symbolem „x” pełniący funkcję kontroli napełnienia fiolek oraz zabezpieczający dispenser przed uszkodzeniem?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w załączniku nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia określił swoje wymagania, jednak dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 24

Dotyczy Załącznika nr 8 do SWZ, część 2, Krążki antybiotykowe do wykonywania oznaczeń metodą dyfuzyjno-krażkową wraz z dzierżawą dispenserów, formularz asortymentowo-cenowy, poz. 12 – Ceftarolina 5





W związku z zaprzestaniem produkcji zwracamy się z prośbą o wykreślenie poz. 12 z części 2.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie 25

Dotyczy Załącznika nr 8 do SWZ, część 6, Szybkie testy diagnostyczne, poz. 3 – Jakościowy test aglutynacji lateksowej do wykrywania antygenów Haemophilus influenza typ b, Streptococcus pneumoniae, paciorkowców β -hemolizujących z grupy B, Neisseria meningitidis z grupy: A, B, C, Y, W135 w płynie mózgowo-rdzeniowym, surowicy, moczu lub z podłoża agarowego z krwią

W związku z zaprzestaniem produkcji zwracamy się z prośbą o wykreślenie poz. 3 z części 6.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Pytanie 26

Dotyczy §4 ust. 5-11 wzoru umowy (Zał. nr 7a) dla Części 2:

Zwracamy się z prośbą o usunięcie z §4 Załącznika nr 7a do SWZ zapisów umowy dotyczących przetwarzania i archiwizowania danych pacjentów przez oferowane w poz. 44 dyspensery. Automatyczne nakładanie krążków antybiogramowych nie powoduje pobierania i przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

ZESTAW 8

Pytanie 1

części 5

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostawy płytek od jednego producenta i zezwoli na zaoferowanie w poz 5,6,7 podłóż innego producenta niż pozostałe?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Z poważaniem

p.o. Dyrektor

prof. ucz. dr Bartosz Straszak

