



Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kanclerz

Szczecin, dnia 09.01.2019 r.

sygn. DZP-262-16/2019

bip.pum.edu.pl

Dotyczy: *„Dostawa trenażerów, fantomów i modeli na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” – DZ-262-48/2018.*

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1, dotyczy Zadania 1, załącznika III A do SIWZ – „Zestawienie parametrów technicznych, poz. nr 5 – „Trenażer Iniekcje domięśniowe”

Czy Zamawiający dopuści do postępowania trenażer do nauki iniekcji domięśniowej nie posiadający możliwości wykonywania iniekcji na mokro? Według naszej wiedzy i opisów na stronie producenta trenażer spełniające pozostałe parametry opisane przez Zamawiającego nie posiadają tej funkcji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. Ponadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 prawo zamówień publicznych wprowadza następujące zmiany SIWZ:

w zakresie Zadania 1 zmianie ulega załącznik nr III A do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych”:

- w poz. 5 – „Trenażer Iniekcje domięśniowe – 6 zestawów” pkt. 19 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Model do nauki iniekcji domięśniowej, cewnikowania i wykonywania wlewów per rectum”

- w poz. 5 – „Trenażer Iniekcje domięśniowe – 6 zestawów” pkt. 20 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Model posiadający zamienniki genitalia żeńskie i męskie z zaworami i zbiornikiem do wykonywania procedur opieki urologicznej nad pacjentem: min. pielęgnacja okolic krocza, leczenie dopochwowe, możliwość wprowadzania cewników założonych na stałe, ich pielęgnacja, płukanie i usuwanie; operacyjna płyta brzuszna z wymiennymi stomiami symulująca cystostomię i odprowadzanie boczne moczu”

- w poz. 5 – „Trenażer Iniekcje domięśniowe – 6 zestawów” pkt. 22 zostaje wykreślony.

- w poz. 5 – „Trenażer Iniekcje domięśniowe – 6 zestawów” pkt. 23 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„możliwość obustronnych wstrzyknięć min.: domięśniowych w mięsień grzbietowo – pośladkowy i mięsień obszerny boczny”

L.p.	Opis parametru	Parametry wymagane	Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr
I	II	III	IV
Poz. 5	TRENAŻER – INIEKCJE DOMIĘŚNIOWE - 6 zestawów		
19.	Model do nauki iniekcji domięśniowej, cewnikowania i wykonywania wlewów per rectum	TAK	
20.	Posiada topograficzne punkty kostne takie jak krętarz większy kości udowej, kołec biodrowy przedni górny i tylny górny, kość krzyżową Model posiadający zamienniki genitalia żeńskie i męskie z zaworami i zbiornikiem do wykonywania procedur opieki urologicznej nad pacjentem: min. pielęgnacja okolic krocza, leczenie dopochwowe, możliwość wprowadzania cewników założonych na stałe, ich pielęgnacja, płukanie i usuwanie; operacyjna płyta brzuszna z wymiennymi stomiami symulująca cystostomię i odprowadzanie boczne moczu	TAK (podać)	
22.	Wyjęcie górnego zewnętrznego kwadratu lewego pośladka umożliwia obserwację struktur wewnętrznych taki jak mięsień pośladkowy wielki, średni, nerw kulszowy, układ naczyniowy pośladka.		
23.	Możliwość wykonania trzech rodzajów iniekcji domięśniowych: środkowo pośladkowy, boczny mięśnia obszernego, brzuszno pośladkowe Możliwość obustronnych wstrzyknięć min.: domięśniowych w mięsień grzbietowo – pośladkowy i mięsień obszerny boczny		

Pytanie nr 2, dotyczy Zadania 1, załącznika III A do SIWZ – „Zestawienie parametrów technicznych, poz. nr 13 – „Trenażer badania ucha”

Czy Zamawiający dopuści do postępowania trenażer do badania ucha posiadający modele uszu oznaczone numerami zamiast kolorami, przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych parametrów wymaganych przez Zamawiającego? Zmiana w oznaczeniu w żadnym stopniu nie wpływa na funkcjonalność trenażera a pozwala się złożyć większej ilości oferentów oraz uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SIWZ. W związku z tym dokonuje się następujących modyfikacji SIWZ:

- w Załączniku IIIA do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych” w zakresie poz. nr 13, poz. 63 – „Trenażer badania ucha” otrzymuje nowe następujące brzmienie:

64.	Modele uszu oznaczone są różnymi kolorami i umożliwiają rozpoznanie różnych patologii. <i>Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania trenażera ucha oznaczonego numerami. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania jaki model zostanie zaoferowany.</i>	TAK (podać)	
-----	---	----------------	--

Pytanie nr 3, dotyczy Zadania 1, załącznika III A do SIWZ – „Zestawienie parametrów technicznych, poz. nr 14 – „Trenażer badania oka”

Czy Zamawiający dopuści do postępowania trenażer do badania oka o następujących parametrach:

Symulator oka został całkowicie przeprojektowany, aby korzystać z najnowszych technologii wysokiej rozdzielczości cyfrowego ekranu - zwiększający realizm i doświadczenie szkoleniowe. Symulator badania oczu firmy Adam Rouilly zawiera 36 przypadków cukrzycy, częste i rzadziej spotykane schorzenia siatkówkowe, praktyczne ćwiczenia w badaniu oczu oraz z zastosowaniem oftalmoskopu. Retinopatia cukrzycowa (zgodnie z krajowymi programami badań przesiewowymi Wielkiej Brytanii, Europy i WHO)

1. Retinopatia cukrzycowa prosta
 2. Makulopatia
 3. Retinopatia cukrzycowa przedproliferacyjna
 4. Retinopatia cukrzycowa proliferacyjna
 5. Nowe naczynia tarczy nerwu wzrokowe go
 6. Laser
 7. Fotokoagulacja
 8. Retinopatia cukrzycowa trudna do oceny
- Częste choroby oczu
9. Siatkówka prawidłowa
 10. Jaskra
 11. Obrzęk tarczy nerwu wzrokowego
 12. Zanik nerwu wzrokowego
 13. Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (suche)
 14. Retinopatia nadciśnieniowa
 15. Zakrzep żyły środkowej siatkówki
 16. Niedrożność (zator) tętnicy środkowej siatkówki
 17. Druzy

18. Zwrodnienie barwnikowe siatkówki
 19. Zmielinizowane włókna nerwowe (włókna rdzenne)
 20. Wysoka krótkowzroczność
 21. Zakrzep gałązki żyły środkowej siatkówki
- Rzadsze choroby oczu
22. Zakrzep przedsiatkówkowej żyły
 23. Liczne(mnogie) krwotoki siatkówkowe
 24. Odwarstwienie siatkówki
 25. Pasma naczyńniaste
 26. Łagodne znamię barwnikowe tarczy nerwu wzrokowego
 27. Czerniak złośliwy
 28. Krwotok do plamki żółtej
 29. Znamię barwnikowe naczyńiówki
 30. Blizna plamkowa (toksoplazma)
 31. Cytomegalowirusowe zapalenie siatkówki
 32. Lipemia siatkówki
 33. Poszerzone naczyni a nadtwardówkowe
 34. Sierp krótkowzroczny- Prawidłowe naczynia naczyńiówkowe?

Opis parametrów trenażera wskazuje na konkretnego producenta i uniemożliwia złożenie się pozostałym oferentom i uzyskania korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 4, dotyczy Zadania 1, załącznika III A do SIWZ – „Zestawienie parametrów technicznych, poz. nr 16 – „Trenażer badania ginekologicznego”

Czy Zamawiający dopuści do postępowania trenażer do badania ginekologicznego posiadający w składzie macicę z zapaleniem jajowodu po prawej stronie, macicę z zapaleniem jajowodu po lewej stronie oraz macicę z ostrym zapaleniem jajowodu zamiast macicy z zapaleniem błony śluzowej, macicy z zapaleniem błony śluzowej po prawej stronie oraz macicy z deformacją i zapaleniem błony śluzowej po prawej stronie przy jednoczesnym spełnieniu parametrów Zamawiającego? Według naszej wiedzy i opisów na stronach czołowych producentów nie istnieje na rynku trenażer spełniające wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

Pytanie nr 5, dotyczy Zadania 1, załącznika III A do SIWZ – „Zestawienie parametrów technicznych, poz. nr 23 – „Model do pielęgnacji ran odleżynowych”

Czy Zamawiający dopuści do postępowania model do pielęgnacji ran odleżynowych przedstawiający następujące zmiany chorobowe:

1. Odleżyny, stopień IV, strup, podskórna tkanka tłuszczowa, dobrze ograniczony i podminowany
brzeg rany, kanały drążące, tkanka martwicza mokra, odsłonięcie kości (z zapaleniem kości i szpiku)
 2. Stopień II – odleżyna okolic guza kulszowego
 3. Odleżyna (niesklasyfikowana) z tkanką martwiczą morką i strupem
 4. Stopień III z podskórną tkanką tłuszczową, tkanką martwiczą mokrą, ziarniną, podminowaniem brzegów rany i kanałami drążącymi
 5. Stopień I – odleżyna okolicy guza kulszowego
 6. Rozejście się rany na długość ok. 14 cm z podskórną tkanką tłuszczową i widocznymi miejscami poszwach powstałej w skutek zabiegu chirurgicznego
 7. Podejrzenie DTI (uszkodzenie tkanek głębokich)
 8. Podejrzenie rozerwania odbytu spowodowane rozejściem pośladków (np. podczas wciągania pacjenta na wózek) lub erozją wywołaną obecnością kału lub moczu w fałdzie skóry
- Opisany przez Zamawiającego model pielęgnacji ran nie jest już produkowany- został zastąpiony nowym modelem, który przedstawia wymienione przez nas stany chorobowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w poz. nr 23 „Modelu do pielęgnacji ran odleżynowych” o powyższych parametrach. Wykonawca jednak zobowiązany jest do wskazania czy oferuje produkt o parametrach wskazanych przez Zamawiającego czy opisanych powyżej.

W związku z tym Załącznik nr III A do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych” w poz. nr 23 zostaje dodany następujący zapis:

„Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania urządzenia wskazanego w punktach 118-122 albo urządzenia wskazanego w pkt 122a

1. W przypadku, gdy Wykonawca oferuje urządzenie o parametrach oznaczonych w pkt. 118-122, nie wypełnia punktu 122a.
2. W przypadku, gdy Wykonawca oferuje urządzenie o parametrach oznaczonych w pkt 122a nie wypełnia punktów 118-122.”

oraz zostaje dodany punkt 122a o następującym brzmieniu:

L.p.	Opis parametru	Parametry wymagane	Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr
I	II	III	IV
Poz. 23	Model do pielęgnacji ran odleżynowych		
122a.	<i>1. Odleżyny, stopień IV, strup, podskórna tkanka tłuszczowa, dobrze ograniczony i podminowany brzeg rany, kanały drążące, tkanka martwicza mokra, odsłonięcie kości (z zapaleniem kości i szpiku) 2. Stopień II – odleżyna okolic guza kulszowego 3. Odleżyna (niesklasyfikowana) z tkanką martwiczą</i>	TAK (podać)	

	<i>morką i strupem</i> <i>4. Stopień III z podskórną tkanką tłuszczową, tkanką martwiczą mokrą, ziarniną, podminowaniem brzegów rany i kanałami drążącymi</i> <i>5. Stopień I – odleżyna okolicy guza kulszowego</i> <i>6. Rozejście się rany na długość ok. 14 cm z podskórną tkanką tłuszczową i widocznymi miejscami poszwach powstałej w skutek zabiegu chirurgicznego</i> <i>7. Podejrzenie DTI (uszkodzenie tkanek głębokich)</i> <i>8. Podejrzenie rozerwania odbytu spowodowane rozejściem pośladków (np. podczas wciągania pacjenta na wózek) lub erozją wywołaną obecnością kału lub moczu w fałdzie skóry</i>		
--	---	--	--

Pytanie nr 6, dotyczy Zadania 1, załącznika III A do SIWZ – „Zestawienie parametrów technicznych, poz. nr 25 – „Zestaw do pozoracji wad wrodzonych niemowlaka”

Czy Zamawiający dopuści do postępowania dydaktyczny model niemowlaka bez możliwości ukazania wzdęć dużych? Według naszej wiedzy i opisów na stronie producenta modele posiadające pozostałe cechy opisane przez Zamawiającego nie posiadają możliwości ukazania wzdęć dużych.



Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Ponadto na podstawie art. 38 ust.4 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający wprowadza następujące modyfikacje SIWZ:

- zmianie ulega zapis Załącznika nr III A do SIWZ – „Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych” w poz. nr 25 – „Zestaw do pozoracji wad wrodzonych niemowlaka” na następujący:

Poz. 25	ZESTAW DO POZORACJI WAD WRODZONYCH NIEMOWLAKA – 2 1 zestaw		
PARAMETRY OGÓLNE			
Nazwa i typ urządzenia.....**			
Producent i kraj pochodzenia.....			
Rok produkcji 2018, urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe.			
128.	Dydaktyczny model niemowlaka pełna postać z wyglądem prezentującym cechy zespołu Downa	TAK	
129.	Cechy, co najmniej: zamknięte lub otwarte usta, zaokrąglona twarz, krótkie dłonie, charakterystyczne oczy, bruzda sandałowa w stopach	TAK, podać	
130	Model z możliwością ukazania wzdęć dużych	TAK	

131.	W zestawie opakowanie umożliwiające bezpieczny transport modelu wraz z kompletnym wyposażeniem wchodzącym w jego skład	TAK	
128.	Zestaw umożliwiający użycie na każdym manekinie noworodka	TAK	
129.	Zestaw zawiera nieprawidłowości fizjonomiczne i rany związane z powikłaniami oraz stanami krytycznymi noworodka min: wzdęcie brzucha, duże, wzdęcie brzucha, umiarkowane, wytrzewienie wrodzone, rozszczep kręgosłupa, przepuklina pępkowa, zwiotczala twarz, krwotok podczepcowy, twarz	TAK (podać)	
130	Zestaw dostarczony w twardej walizce	TAK	
131	Punkt 131 zostaje wykreślony	x	x

- zmianie ulega zapis Załącznika nr III B do SIWZ – „Szczegółowa oferta cenowa”, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

25.	ZESTAW DO POZORACJI WAD WRODZONYCH NIEMOWLAKA	zgodnie z Załącznikiem nr III A do SIWZ - Zadanie 1	2 1				
-----	---	---	-----	--	--	--	--

Pytanie nr 7, dotyczy Części II do SIWZ – „Projekt umowy”, § 3, pkt 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu na: „Wykonawca zobowiązuje się w ramach serwisu gwarancyjnego do reakcji serwisu w terminie 73 godzin od otrzymania na piśmie bądź faxem lub e-mail zawiadomienia o awarii, usterce lub wadzie zamontowanego sprzętu oraz do jej usunięcia w terminie maksymalnie 21 roboczych dni licząc od zawiadomienia o zaistniałej awarii, usterce lub wadzie.”

Wedle naszej wiedzy i doświadczenia 72 godzinny czas reakcji serwisowej jest najczęściej stosowanym i najbardziej realnym czasem do spełnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie. Jednak z uwagi na podniesiony aspekt Zamawiający wprowadza następujące modyfikacje SIWZ:

- zmianie ulega Część II do SIWZ – „Projekt umowy”
- zmianie ulega Część II do SIWZ – „Projekt umowy”, § 3, pkt 4, która otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się w ramach serwisu gwarancyjnego do reakcji serwisu w terminie ~~24~~ 48 godzin od otrzymania na piśmie bądź faxem lub e-mail zawiadomienia o awarii, usterce lub wadzie zamontowanego sprzętu oraz do jej usunięcia w terminie maksymalnie ~~14~~ 21 dni licząc od zawiadomienia o zaistniałej awarii, usterce lub wadzie.”

Pytanie nr 8, dotyczy Części II do SIWZ – „Projekt umowy”, § 3, pkt 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu na: „Maksymalny czas usunięcia awarii, usterki lub wady u Zamawiającego w przypadku, gdy zaistnieje konieczność

srowadzenia części zamiennych z zagranicy nie może przekroczyć 30 dni roboczych od zawiadomienia o zaistniałej awarii, usterce lub wadzie.”. Prośbę swoją motywujemy tym, iż części zamienne, które mogą być potrzebne przy naprawach, firma zamawia z państw z poza Unii Europejskiej, w związku z tym terminy przesyłek i dostaw zamawianych produktów są wydłużone.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednak z uwagi na aspekt podniesiony przez Wykonawcę wprowadza następujące modyfikacje SIWZ.

„Maksymalny czas usunięcia awarii, usterki lub wady u Zamawiającego w przypadku, gdy zaistnieje konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy nie może przekroczyć 30 dni od zawiadomienia o zaistniałej awarii, usterce lub wadzie.”

W konsekwencji wprowadzonych zapisów zmianie ulega również § 3, pkt 8 Projektu umowy, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady sprzętu w terminie do 30 dni liczonych od zawiadomienia o zaistniałej awarii, usterce lub wadzie, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć - w ciągu 7 dni - na czas naprawy – sprzęt zamienny o tych samych parametrach technicznych bez dodatkowych opłat”.

Pytanie nr 9, dotyczy Części II do SIWZ – „Projekt umowy”, § 7, pkt 1.2, 1.3, 1.4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmniejszenie kary umownej w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia do 0,2%, na 0,2% w przypadku opóźnienia w usunięcia wady urządzenia awarii lub usterki oraz 0,2% w przypadku braku zachowania ciągłości zabezpieczenia o którym mowa w § 10, ust. 4.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę w § 7 ust. 1 pkt. 2 wysokości kary umownej z 0,8% na 0,4 %, w § 7 ust. 1 pkt. 3 zmianę kary umownej z 0,4% na 0,2%. W pozostałym zakresie Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Projekcie umowy.

W związku z tym zmianie ulega brzmienie w § 7 ust. 1 pkt. 2, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy – kara umowna będzie wynosiła 0,4 0,4% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 15% wynagrodzenia określonego w §5;”

oraz zmianie ulega brzmienie w § 7 ust. 1 pkt. 3, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„w przypadku opóźnienia w usunięciu wady urządzenia, awarii lub usterki stwierdzonej w okresie gwarancji – kara umowna będzie wynosiła 0,4 0,2% wartości wynagrodzenia Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 15% wynagrodzenia określonego w §5;”

Pytanie nr 10, dotyczy terminu realizacji zamówienia

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu realizacji do 56 dni na zadanie nr 1. Producenci trenerów oraz fantomów spełniających opisane przez

Zamawiającego parametry posiadają głównie magazyny poza Unią Europejską (USA oraz Korea), co znacznie wydłuża czas potrzebny na dostawę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji we wskazanym wymiarze. Jednak ze względu na sugestie Wykonawcy termin realizacji zamówienia zostaje wydłużony maksymalnie do 49 dni. W związku z tym na podstawie art. 38 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych wprowadza następujące modyfikacje SIWZ:

– zapis § 17 ustęp 2 „Opis kryteriów i sposobu oceny oferty”:
„Zamawiający informuje, że termin realizacji zamówienia nie może być krótszy niż 10 dni i nie dłuższy niż 42 dni od daty podpisania umowy.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Zamawiający informuje, że termin realizacji zamówienia nie może być krótszy niż 10 dni i nie dłuższy niż ~~42~~ 49 dni od daty podpisania umowy.

– zapis § 23 ustęp 2 „Termin wykonania zamówienia”:
„Zamawiający informuje, że termin realizacji zamówienia nie może być krótszy niż **10 dni** i nie dłuższy niż **42 dni** od daty złożenia zamówienia”
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Zamawiający informuje, że termin realizacji zamówienia nie może być krótszy niż **10 dni** i nie dłuższy niż ~~42~~**49 dni** od daty złożenia zamówienia

Pytanie nr 11 dotyczy § 7 SIWZ pkt II: Warunki udziału (przesłanki pozytywne), ppkt. 3.w zakresie Zadania 1

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał:

1) zdolności technicznej lub zawodowej – w zakresie

A. Doświadczenia,

B. *By warunek został spełniony Zamawiający wymaga wykazania zrealizowania przynajmniej jednego zamówienia odpowiadającego przedmiotowi zamówienia o wartości brutto równej lub przekraczającej dla każdego z nich odpowiednio:*

dla Zadania nr 1 – Trenerzy 1 - 420 000,00 zł

dla Zadania nr 2 - Trenerzy 2 – 40 000,00 zł

- w zakresie Zadania nr 1 i 2 poprzez zamówienie odpowiadające przedmiotowi zamówienia należy rozumieć należyście wykonaną dostawę trenerów albo symulatorów medycznych.

Czy Zamawiający zmieni wymagania wobec Wykonawców? zamiast wymaganej 1 dostawy w kwocie 420 000,00 zł brutto na dwie dostawy po 200 000,00 zł (potwierdzającą dostawę fantomów i trenerów, symulatorów medycznych) lub jedną dostawę w kwocie 400 000,00 zł brutto (potwierdzającą dostawę fantomów, trenerów oraz innego sprzętu), zwiększy to możliwość wystąpienia w postępowaniu większej liczby Wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków udziałów w sposób zaproponowany przez Wykonawcę. Odnosząc się jednak do kwestii możliwości zwiększenia udziału większej liczbie Wykonawców oraz zachowania uczciwej konkurencji Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 prawo zamówień publicznych wprowadza następujące modyfikacje SIWZ:

- zmianie ulega brzmienie § 7 – „II Warunki udziału (przesłanki pozytywne” ust. 1 pkt 3A – „Doświadczenie”

„By warunek został spełniony Zamawiający wymaga wykazania zrealizowania przynajmniej jednego zamówienia odpowiadającego przedmiotowi zamówienia o wartości brutto równej lub przekraczającej dla każdego z nich odpowiednio:

dla Zadania nr 1 – Trenażery 1	420 000,00 zł
dla Zadania nr 2 - Trenażery 2	40 000,00 zł

- w zakresie Zadania nr 1 i 2 poprzez zamówienie odpowiadające przedmiotowi zamówienia należy rozumieć należycie wykonaną dostawę trenażerów albo symulatorów medycznych.”

w sposób następujący:

„By warunek został spełniony Zamawiający wymaga wykazania zrealizowania przynajmniej:

- *jednego zamówienia odpowiadającego przedmiotowi zamówienia o wartości brutto równej lub przekraczającej:*

dla Zadania nr 1 – Trenażery 1	420 000,00 zł
---------------------------------------	---------------

albo

dwóch zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości brutto równej lub przekraczającej dla każdego z nich odpowiednio

dla Zadania nr 1 – Trenażery 1	200 000,00 zł
---------------------------------------	---------------

- *jednego zamówienia odpowiadającego przedmiotowi zamówienia o wartości brutto równej lub przekraczającej:*

dla Zadania nr 2 – Trenażery 2	40 000,00 zł
---------------------------------------	--------------

- w zakresie Zadania nr 1 i 2 poprzez zamówienie odpowiadające przedmiotowi zamówienia należy rozumieć należycie wykonaną dostawę trenażerów albo symulatorów medycznych.”

Zostaje wyznaczony **nowy termin składania ofert:**

- termin składania ofert **25.01.2019 r. godz. 10:00.**
- termin otwarcia ofert **25.01.2019 r. godz. 11:00.**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W imieniu Zamawiającego:

KANCLERZ
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr inż. Krzysztof Goralski

Załączniki:

- 1) SIWZ po zmianach z dnia 09.01.2019 r.
- 2) Projekt umowy po zmianach z dnia 09.01.2019 r.
- 3) Załącznik III A do SIWZ, Zadanie 1 po zmianach z dnia 09.01.2019 r.
- 4) Załącznik III B do SIWZ – „Szczegółowa oferta cenowa po zmianach z dnia 09.01.2019 r.