



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71  
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 30.11.2022 r.

DZP – 44/2022

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa wyrobów medycznych dla Pracowni Bronchoskopii i Endoskopii**

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

### **Pytanie nr 1 - Dotyczy Pakietu nr 4**

Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści igły o średnicy 0,7 oraz 0,8 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Nie.

### **Pytanie nr 2 - Dotyczy Pakietu nr 4**

Czy Zamawiający w pozycji nr 4 dopuści pętle z siatką o średnicy 30x60 oraz powiększonej o średnicy 40x60mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Tak.

### **Pytanie nr 3 - Dotyczy Pakietu nr 4**

Czy Zamawiający w pozycji nr 5 dopuści kleszcze biopsyjne z łyżeczkami o długości 3,25 i rozwarciu 7,5 mm zamiast 7 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Tak.

### **Pytanie nr 4 - Dotyczy Pakietu nr 4**

Czy Zamawiający w pozycji nr 6 dopuści kleszcze biopsyjne z łyżeczkami wydłużonymi 4,3 mm zamiast pierwotnych 3,86mm i rozwarciu 7,5 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Tak.

### **Pytanie nr 5 - Dotyczy Pakietu nr 4**

Czy Zamawiający w pozycji nr 9 dopuści kleszcze chwytające o rozwarciu 8,7 mm zamiast 8,3mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Tak.

### **Pytanie nr 6 - Dotyczy Pakietu nr 4**

Czy Zamawiający w pozycji nr 10 dopuści balony trójkanałowe o średnicy 9/12/15 lub 10/13/16 mm lub 15/18/20 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Tak.

### **Pytanie nr 7 - Dotyczy Pakietu nr 4**

Czy Zamawiający w pozycji nr 11 dopuści szczoteczki o średnicy włosia 5 i 12 mm zamiast 5 i 10

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie

mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie nr 8 - Dotyczy Pakietu nr 4**

Czy Zamawiający w pozycji nr 17 dopuści papilotom trójkanałowy o długości cięciwy 20 i 25 mm oraz długości noska 3 i 7 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Nie.

**Pytanie nr 9 - Dotyczy Pakietu nr 6**

Czy Zamawiający wymaga, aby Testy posiadały bardzo łatwy i wygodny dostęp do studzienki testowej zamykany ruchomym okienkiem zabezpieczonym przed samoczynnym przesunięciem i wypadnięciem specjalnym ogranicznikiem.

**Odpowiedź:** Nie.

**Pytanie nr 10 - Dotyczy Pakietu nr 4**

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie pętli o długości 240 cm.

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie nr 11 - Dotyczy Pakietu nr 4**

Czy zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 32 mm, długość oczka 62 mm, długość robocza 240 cm.

**Odpowiedź:** Nie.

**Pytanie nr 12 - Dotyczy Pakietu nr 4**

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie kleszczy o długości 3,5 mm, rozwarcie 5,0 mm.

**Odpowiedź:** Nie.

**Pytanie nr 13 - Dotyczy Pakietu nr 4**

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie kleszczy o długości 4,0 mm.

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie nr 14 - Dotyczy Pakietu nr 4**

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie klipsownicy o średnicy narzędzia 2,6 mm.

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie nr 15 - Dotyczy Pakietu nr 4**

Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie klipsownicy ze stopniem zagięcia ramion klipsa 90 stopni i 135 stopni – do wyboru.

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie nr 16 - Dotyczy Pakietu nr 4**

Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści zaoferowanie kleszczy o średnicy 2,4 mm, rozwarcie 7,0 mm.

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie nr 17 - Dotyczy Pakietu nr 4**

Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie balonów napełnianych do średnicy 8,5-12,0-15,0 mm lub 12,0-15,0-18,0 mm , rozmiary do wyboru, w komplecie 3 strzykawki o oznaczonej średnicy napełnienia balonu.

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie nr 18 - Dotyczy Pakietu nr 4**

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie

Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści zaoferowanie szczotki o długości 250 cm.

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie nr 19 - Dotyczy Pakietu nr 4**

Czy Zamawiający w pozycji 12 dopuści zaoferowanie szczotki o długości 250 mm, średnice główek 5 mm i 12 mm.

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie nr 20 - Dotyczy Pakietu nr 4**

Czy Zamawiający w pozycji 17 dopuści zaoferowanie papilotomów o długości końcówki 5 mm.

**Odpowiedź:** Nie.

**Pytanie nr 21 - Dotyczy Pakietu nr 7**

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie stentów z poszerzonym końcem proksymalnym działającym jako pierścień antymigracyjny, długość stentu w zakresie 80-150 mm.

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie nr 22 - Dotyczy Pakietu nr 7**

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie stentów niepokrywanych, pokrywanych częściowo i pokrywanych całkowicie, stenty pokrywane całkowicie w wersji z zaczepami atymigracyjnymi i bez zaczepów, umieszczonych w zestawach o średnicy 8 Fr dla stentów niepokrywanych i pokrywanych częściowo oraz o średnicy 9 Fr dla stentów pokrywanych całkowicie, średnica stentu 8 mm i 10 mm, długość stentu 40 mm – 100 mm co 10 mm, zestaw do wprowadzania współpracujący z prowadnicami o średnicy 0,035", z możliwością repozycji stentów całkowicie pokrywanych po implantacji.

**Odpowiedź:** Tak.

Dyrektor

Wojciech Michalik

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie