



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 14.04.2023 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 9/2023

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych, siatek chirurgicznych, staplerów oraz klipsownic do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

**Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 7**

**1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 10 poz. 1 i 2:**

taśmę urologiczną, jednorazową, niewchłaniającą, z polipropylenu monofilamentowego w plastikowej osłonce, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości 84%, wielkość porów max 2,31 mm, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, gramaturze 48 g/m<sup>2</sup>, wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, atraumatycznych brzegach ciętych laserowo zakończonych bezpiecznymi pętelkami, wykonanej w technologii quadriaaxial?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego asortymentu.**

**2. Dotyczy Zadania nr 10:**

Czy Zamawiający **wymaga** ww zdaniu, aby brzegi taśmy były gładkie ( laserowo zgrzewane ) bez palczastych wypustek, co znacznie zmniejsza ryzyko ewentualnych powikłań, takich jakich jak erozje i wpływa na bezpieczeństwo zabiegu?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga wyżej wymienionego rozwiązania.**

KOMENDANT

płk Krzysztof Jurkowski