

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
TRYB PODSTAWOWY – ZNAK: 11/TP/21- II część odpowiedzi**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o. o. – Znak: 11/TP/21

1. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – Zamawiający – w odpowiedzi na pytanie zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców – udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Lp.	Treść pytania	Treść wyjaśnienia udzielonego przez Zamawiającego
39	Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?	Zamawiający wyraża zgodę, w związku z tym zmianie ulega §3 Projektu Umowy (Rozdział XIV SWZ) poprzez dodanie do niego pkt 3.10.-3.14 o następującej treści: 3.10. Na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ZAMAWIAJĄCY udziela WYKONAWCY zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formie pliku elektronicznego PDF na wskazany w pkt 3.12. adres e-mail, ze wskazanych w ust. 3.11. adresów poczty e-mail WYKONAWCY. 3.11. WYKONAWCA oświadcza, że faktury będą przysyłane wyłącznie z następujących adresów e-mail: 3.12. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że adresem e-mail właściwym do przysyłania faktur jest następujący adres e-mail: sekretariat@pcrsopot.pl. 3.13. Strony zobowiązują się co najmniej na trzy dni przed zmianą danych, o których mowa w pkt 3.11 i 3.12 poinformować o tym drugą stroną drogą elektroniczną. Zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 3.14. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do cofnięcia zgody na przysyłanie przez WYKONAWCĘ faktur w formie elektronicznej. W przypadku cofnięcia zgody, kolejne faktury będą wystawiane w formie papierowej, począwszy od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Wykonawca otrzyma oświadczenie o cofnięciu zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. WYKONAWCA ma prawo do wystawiania i przysyłania faktur w formie papierowej w przypadku, gdy konieczność taka będzie wynikać z braku możliwości przesłania faktury w formie elektronicznej. Cofnięcie zgody może nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej.
77	Dotyczy pakietu 7, poz. 1 Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 7, pozycja 1 – rozmiar 24 G - Kaniulę dożylną dla noworodków o średnicy 0,7mm i długości 19mm, przepływ min. 20 ml/ min, bez dodatkowego portu iniekcyjnego, 6 pasków radiocieniujących. Wykonana z poliuretanu, posiadająca	Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ

	otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji, z zabezpieczeniem igły w postaci plastikowej osłonki zapobiegającej zakłuciu. Kaniula posiadająca skrzydełka, umożliwiające mocowanie kaniuli. Rozmiar 24G x 19 mm. Opakowanie 30 sztuk	
78	Dotyczy pakietu 18, poz. 1 Czy w pozycji 1 oferowany kranik powinien posiadać objętość wypełnienia 0,22 ml, oraz kolorowe znaczniki linii czerwony i niebieski zapakowane wraz z kranikiem?	Zamawiający nie wymaga wskazanych w zapytaniu wymagań, zgodnie z aktualnym SWZ
79	Dotyczy pakietu 19, poz. 1 Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 19, pozycja 1 przyrządu do transferu leków z fiolki typu spike. Z kolcem o długości całkowitej 6.4 cm; długość igły 1,8cm, objętość wypełnienia 0,1ml, z odpowietrzeniem z filtrem hydrofobowym 0,2um. Pakowany jałowo, indywidualnie. Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu. Apirogenny. Opakowanie 100 szt.	Zamawiający dopuszcza opakowanie 100 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałe zapisy SWZ bez zmian
80	Dotyczy § 3 wzoru umowy (dział XIV SWZ) Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca dostarczy fakturę w wersji elektronicznej (pdf) na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego, a adres zostanie uwzględniony w umowie?	W odpowiedzi na pyt 39 Zamawiający zezwala na przesyłanie elektronicznych faktur.
81	Dotyczy § 5 ust. 3 wzoru umowy (dział XIV SWZ) Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia wraz z dostawą dokumentów dopuszczających towar do użytkowania w placówkach ochrony zdrowia (...), kiedy takie dokumenty (deklaracje zgodności) należy złożyć już wraz z ofertą?	Zamawiający nie odstępuje od niniejszego wymogu, jest on wskazany w umowie, więc dokumenty należy złożyć na etapie dostawy przedmiotu zamówienia
82	Zadane nr 16 poz. 3 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania drenu o średnicy wewnętrznej 6mm jako równoważnej do wymaganej w SWZ średnicy 5mm. Większa średnica drenu jest zdecydowanie korzystniejsza, ponieważ zapewnia swobodniejszy przepływ odsysanych treści oraz przeciwdziała jej zakrzepianiu. Pozostałe wymagania zgodne ze SWZ Zadane nr 16 poz. 3 i 4 W związku z tym, że dreny zakończone konektorem stożkowym, służące do połączenia z cewnikami, występują w dwóch wersjach tzn. standardowej, oraz w wersji, w której standardowe łączniki do cewników są uzupełnione o trwale zawieszony kapturki nakrywające, służące zabezpieczeniu przed kontaktem z otoczeniem zainfekowanych końcówek po każdorazowym zdjęciu cewnika, bardzo prosimy o sprecyzowanie, jakiego typu rozwiązanie Zamawiający oczekuje, t.zn: standardowych, czy z dodatkowo zamocowanym kapturkiem nakrywającym? Informacja jest niezbędna dla poprawnego wypełnienia formularza cenowego, ponieważ wyroby te identyfikowane są odrębnymi numerami katalogowymi	Poz.3 Zamawiający dopuszcza średnicę wew. Drenu 6 mm pozostałe wymagania SWZ bez zmian, Poz.3 i4 Zamawiający oczekuje typu standardowego tj. końcówki lejek-stożek do podłączenia systemu odsysania z cewnikami bez zamocowanego dodatkowo kapturka nakrywającego końcówkę

Do niniejszych wyjaśnień załącza się załącznik:

1. Zmodyfikowany zał. nr 2 do SWZ oraz projekt umowy

2 Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

Zmianie ulega § 3 Projektu Umowy poprzez dodanie do niego pkt 3.10.-3.14 o następującej treści:

3.10. Na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ZAMAWIAJĄCY udziela WYKONAWCY zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany w pkt 3.12. adres e-mail, ze wskazanych w ust. 3.11. adresów poczty e-mail WYKONAWCY.

3.11. WYKONAWCA oświadcza, że faktury będą przesyłane wyłącznie z następujących adresów e-mail:

.....

3.12. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że adresem e-mail właściwym do przesyłania faktur jest następujący adres e-mail: sekretariat@pcrsopot.pl.

3.13. Strony zobowiązują się co najmniej na trzy dni przed zmianą danych, o których mowa w pkt 3.11 i 3.12 poinformować o tym drugą stronę drogą elektroniczną. Zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

3.14. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do cofnięcia zgody na przesyłanie przez WYKONAWCĘ faktur w formie elektronicznej. W przypadku cofnięcia zgody, kolejne faktury będą wystawiane w formie papierowej, począwszy od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Wykonawca otrzyma oświadczenie o cofnięciu zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. WYKONAWCA ma prawo do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej w przypadku, gdy konieczność taka będzie wynikać z braku możliwości przesłania faktury w formie elektronicznej. Cofnięcie zgody może nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej.

Pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia na sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o. o. – Znak: 11/TP/21- nie zmienia się.

DYREKTOR
ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY

mgr Danuta Szkutnik

