

Skierniewice, dnia 24.06.2024 r.

L. Dz. DZP-460/2024

**Strona internetowa
prowadzonego postępowania**

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa urządzeń laboratoryjnych, nr 25/ZP/2024**, udziela odpowiedzi na otrzymane od Wykonawcy pytanie:

Pytanie nr 1

W wymaganiach technicznych dla Pakietu 5 - Miernik natężenia zielonej barwy Zamawiający wpisał konieczność dostarczenia w zestawie oprogramowania do transferu danych na komputer. Czy zamawiający dopuści urządzenie, które po podłączeniu do komputera instaluje się jako dysk przenośny, z którego można czytać plik danych zapisanych w pamięci bez konieczności stosowania specjalnego oprogramowania? Plik następnie można otworzyć w arkuszu kalkulacyjnym (np. Excel) celem dalszej obróbki danych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie urządzenia, które po podłączeniu do komputera instaluje się jako dysk przenośny, z którego można czytać plik danych zapisanych w pamięci bez konieczności stosowania specjalnego oprogramowania. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie Załącznika nr 2.5 do SWZ - Formularz wymaganych warunków technicznych poprzez wykreślenie w poz. 8 wymagania „*dołączone oprogramowanie do transferu danych na komputer z systemem MS Windows*”.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. Załącznik nr 2.5 do SWZ – Formularz wymaganych warunków technicznych ze zmianami stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Z poważaniem,

DYREKTOR
INSTYTUTU OGRODNICTWA
D. Konopacka
prof. dr hab. Doroła Konopacka
③